

3. 分项报价表

供应商名称：永亨科技集团有限公司

项目编号：HZGH-2026-072

序号	名称	品牌型号	制造厂家	规格和说明	单位	数量	单价 (人民币：元)	总价 (人民币：元)	备注
1	手动单摇病床（机械手动带轮）	帝全 / DQ-DY2000	成都帝全医疗科技有限责任公司	 图片： 1、规格尺寸：2100×900×500mm 公差±5mm； 2、床板采用 0.7mm 冷轧带钢一次性拉伸成型床条，床条正面为两根 6mm 宽、深度为 2mm 加强筋；床条宽度是 63mm 公差±3mm，高度为 15mm 公差±1mm，两根加强筋中心距离为 28mm 用于加强。（提供以上床条的实物小样，样品尺寸为：300mm×63mm。 3、主床框采用 30mm×60mm×1mm 优质矩形管焊接，背板外框采用 30mm×30mm×1mm 优质矩形管焊接，背板两支加强筋为 40mm×20mm×1mm 的型材。 4、病床：表面经过处理后具有极强的耐化学性、耐腐蚀性；试件的主要表面与垂直线呈 15-30 角度放置在盐雾箱内，用	张	146	1120.00	163520.00	

			50g/L±5g/L 的氯化钠溶液(PH 值 6.5-7.2)连续喷雾 240h, 表面无锈。床面在承受 600KG 载荷时, 床体不垮塌; 床框任一边侧中部承受 300KG 载荷时, 床体不得倾斜和翻倒, 床身整体静电喷塑。 5、床头床尾板: 采用 PP 材料吹塑成型工艺制造, 壁厚 4mm, 挂式装配, 拆卸方便, 设有旋钮型锁定装置, 四周配有直角形防撞包角与床框架连接。 6、护栏: 铝合金护栏型材厚度 1.2mm, 开关采用铝合金材料压铸成型, 护栏带自锁机构, 六支金属立柱, 能收缩平放; 总高度 370mm, 总长度 1650mm。(提供国家认可的第三方检测机构病床的护栏以上内容的检测报告) 安全可靠: 护栏承受水平纵向 1200N 推力, 持续 150 小时, 不得产生变形; 护栏承受水平横向 1200N 推力, 持续 150 小时, 不得产生变形; 将护栏上主管向上用 1200N 拉力, 持续 150 小时, 护栏不得产生永久性变形; 将护栏上主管中间点位置处垂直向下施加 1200N 压力, 持续 150 小时, 护栏不会产生变形。护栏疲劳耐久性: 护栏使用寿命 60000 次。正常使用情况下, 护栏上主管承受 1200N 压力, 连续使用开闭功能, 连续升降 60000 次后及运行过程中, 无功能性损坏; 正常使用情况下, 护栏上主管均匀负载 20kg 沙袋, 连续使用开闭功能, 连续升降 60000 次后及运行过程中, 无功能性损坏; 护栏经过 60000 次疲劳测试后, 左右单向晃动 10mm, 应无功能性损坏。 7、手摇式病床双臂水平滑动转轴组件: 背板升降采用双臂水平滑动转轴, 双滑轮支撑, 转动角度可任意调节, 背板调节范围 0-75°; 腿板升降采用双臂水平滑动转轴, 双滑轮支撑,				
--	--	--	--	--	--	--	--

			滑轮在腿板轨道中运行；手摇式病床双臂水平滑动转轴组件承受水平纵向 3000N 推力，持续 150 小时，不得产生变形；手摇式病床双臂水平滑动转轴组件承受水平横向 3000N 推力，持续 150 小时，不得产生变形；将手摇式病床双臂水平滑动转轴组件上主管向上用 3000N 拉力，持续 150 小时，手摇式病床双臂水平滑动转轴组件不会产生永久性变形。（提供国家认可的第三方检测机构的病床双臂水平滑动转轴组件以上内容的检测报告）。 8、升降手柄：背板、腿板双向过盈保护丝杆总成保护性能：每次使用过程中，背板、腿板升降到最大位置后，过盈保护丝杆总成应出现空转状态，背段、腿段不再继续升起。反之每次背段、腿段降到最低位置后（即水平位置），过盈保护丝杆总成应出现空转状态。背部和腿部均可升起相应角度；背板可调节范围 0~75°，腿板可调节范围 0~45°。（提供国家认可的第三方检测机构的病床升降手柄以上内容的检测报告）。 9、床体对角预留输液架插孔，同时可作为拉升杆插孔，床体两侧各有两个可引流挂钩。 10、脚轮：采用直径 125mm 医用静音脚轮，压制钢制结构，精密滚珠轴承置于旋转头和轮子中，轮架配有合成材料制的轮盖。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

2	床垫	帝全 / DQ-CD60	成都帝全医 疗科技有限 责任公司	图片： 规格：与床配套，厚度$\geq 60\text{mm}$，床垫与床的各段匹配，床垫由一层$\geq 30\text{mm}$天然椰丝垫，椰丝回弹率 95%，甲醛含量$< 200\text{mg/Kg}$，一层$\geq 30\text{mm}$高弹海绵，床垫海绵密度$\geq 69\text{kg/m}^3$，回弹率 62%，和一层防水布制成侧面并带透气孔。具有良好的弹性不易变形，床垫套全脱设计，方便拆洗。（提供国家认可的第三方检测机构的床垫以上内容的检测报告）	张	146	220.00	32120.00	
3	床头柜	帝全 / DQ-CG480	成都帝全医 疗科技有限 责任公司	图片： 1、规格尺寸：480$\times$480$\times$760mm 公差$\pm 5\text{mm}$； 2、采用高级工程塑料制成，一抽一柜，带伸缩式毛巾架。	个	146	214.00	31244.00	
4	餐板	帝全 / DQ-CB100 0	成都帝全医 疗科技有限 责任公司	图片： 采用高级工程 ABS 塑料制成，带伸缩型板架。	个	146	105.00	15330.00	

5	电动护理床 (五功能， 核心产品)	瑞朗 / RN-DD500 0	四川瑞朗医 疗器械有限 公司	 图片： 1、规格：2330×1050×1140-960mm 公差±5mm； 2、床头、床尾板、床板采用 ABS 工程塑料吹塑成型，带定位装置，尾板外侧设置患者信息卡插槽，装卸方便； 3、升降装置采用电动丝杠，丝杠外表面光滑耐用，使用双向到位打滑保护装置，安全可靠，使用方便轻松无噪音。背板可调节范围 0-75°，腿板可调节范围 0-45°；前倾斜 0-12°，后倾斜 0-12°，整体升降 500-760(公差±20mm)； 4、电气参数 最大功率：500W 电源：电压 AC220V 频率 50HZ 输出电压：24V； 5、脚轮：采用直径 125mm 医用静音脚轮，压制钢制结构，精密滚珠轴承置于旋转头和轮子中，轮架配有合成材料制的双面轮子； 6、床架上下框架 60mm×30mm×1mm 冷拉矩形钢管； 7、护栏：四小叶 PP 护栏，PP 材质； 8、床面板厚 1.0mm 碳钢冷轧板；床面板采用整板，压制成型，床面四边带 10×45° 的边角，四边采用滚圆工艺，增加床面强度，表面无锋棱，滚圆直径 6mm；每段床面板四角均圆弧 R 过渡，R20mm，带透气孔。(提供病床以上技术参数床面板实物样品，样品尺寸为 880mm×240mm×32mm；	张	4	6900.00	27600.00	
---	-------------------------	-----------------------	----------------------	--	---	---	---------	----------	--

				9、整体经多次表面处理静电喷塑，使其具有更完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，颜色可选； 10、配置引流挂钩，输液杆插孔。					
6	床垫	帝全 / DQ-CD60E	成都帝全医疗科技有限 责任公司	 图片： 规格：与床配套，厚度 60mm，床垫与床的各段匹配，床垫由一层 30mm 天然椰丝垫，椰丝回弹率 80%，甲醛含量<200mg/Kg，一层 30mm 高弹海绵，床垫海绵密度 69kg/m³，回弹率 62%，和一层防水布制成侧面并带透气孔，具有良好的弹性不易变形，床垫套全脱设计，方便拆洗。（提供国家认可的第三方检测机构的床垫以上内容的检测报告）	张	4	246.50	986.00	
	运输费和保 险费						0		
	其他						0		
总 计（人民币：元）								270800.00	（大写 贰拾柒 万零捌 佰元 整）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）： 王旭 （供应商单位公章）

日 期：2026 年 10 月 26 日