购置清单

产品名称	数量	最高限价（元）	备注
组织脱水机	1 台	300000.00	各产品投标报价不得超过该产品对应的最高限价，否则视为无效投标。
冰冻切片机	1 台	300000.00	

招标技术参数	
一、设备名称	组织脱水机
二、数量	1 台
三、用途	适用于病理分析前样本脱水处理。
四、主要技术规格要求	
4.1	彩色触摸屏幕，尺寸≥10 英寸；
▲4.2	组织脱水缸数量≥2 个，且可独立运行；
4.3	样本最大容纳数量≥400 个；
4.4	组织脱水缸试剂温度可调，最大温度≥50℃；
▲4.5	组织脱水缸有常温、加压、减压、加压与真空交替等功能，最大正压≥40 kPa，最大负压≤-60 kPa；
▲4.6	组织脱水缸具有搅拌功能；
4.7	脱水程序：可自由编辑程序，预装常用程序数量≥5 个；
4.8	支持活检等小组织样本快速脱水，脱水时间≤3 小时；
▲4.9	液位传感器数量≥3 个；
4.10	石蜡缸数量≥4 个，每个缸容量≥3.5L；
4.11	石蜡缸温度可调范围：45～70℃；
4.12	试剂瓶数量≥10 个，容量≥3.5L；
4.13	具有清洗程序；
4.14	具有陶瓷材质的多向旋转阀；
4.15	具有试剂管理系统，智能识别试剂，自动监测试剂用量及纯度；
4.16	具有断电保护功能，断电或故障时，可确保样本保持完好无损；
4.17	具有远程监控和报警功能。

招标技术参数	
一、设备名称	冰冻切片机
二、数量	1 台
三、用途	适用于病理分析前人体样本组织的切片。
四、主要技术规格要求	
4.1	切片模式：电动进样，手动切片；
4.2	切片厚度范围：1-100μm；
4.3	修片厚度范围：1-600μm；
4.4	修片厚度设置步进：厚度 1.0μm－10.0μm 时以 1.0μm 增幅；厚度 10.0μm－20.0μm 时以 2.0μm 增幅；厚度 20.0μm－50.0μm 时以 5.0μm 增幅；厚度 50.0μm－100.0μm 时以 10.0μm 增幅；厚度 100.0μm 以上时以 50.0μm 增幅；
4.5	具备样品回缩功能；
4.6	水平行程≥25mm，垂直行程≥55mm；
4.7	电动进样速度可调；
4.8	具备半刀切片功能；
4.9	冷冻箱制冷温度≤-35℃；
4.10	速冻架冷冻位点数≥17 个，速冷架制冷温度≤-42℃；
▲4.11	半导体速冻点数≥2 个，最低温度≤-60℃；
▲4.12	具有刀架独立主动制冷功能；
▲4.13	具有样品头独立制冷功能，最低温度≤-50℃；
4.14	具有自动除霜功能；
▲4.15	具有紫外消毒功能；
4.16	具有滑窗加热功能；
4.17	样本定位调向：≥±8°可调，360°旋转。