商洛市疾病预防控制中心

情况说明

陕西省九标项目管理有限责任公司:

我单位组织的职业卫生技术现场采样和检测仪器采购项目（项目编号：SXJB-SLS-2026034），因实际业务需求、现场使用条件、技术可行性等原因，经研究同意对招标文件部分技术参数予以调整，具体变更内容如下:

变更前内容：原招标文件第第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求3.3技术要求及技术参数中，【标的名称：皮托管+微压计技术参数与性能指标】10.分辨率：≥1Pa11.L型皮托管，直径8mm,长度1.5mm，微压计与皮托管配套连接管5米（硅胶材质），描述有误。

现将3.3技术要求及技术参数中，【标的名称：皮托管+微压计技术参数与性能指标】更改为10.分辨率：≥1Pa11.L型皮托管，直径8mm,微压计与皮托管配套连接管5米（硅胶材质）。

本次参数变更除上述更正以外，该项目其他招标参数、资格条件、评标办法等内容保持不变。请贵司按本次变更说明发布澄清公告，告知所有已获取招标文件的潜在投标人。

特此说明

商洛市疾病预防控制中心

2026年11月13日