澄城县医院
关于核磁共振维修服务采购项目采购需求

一、基本要求

1、功能要求：对医院现用核磁共振机的冷头、线圈、水机等维修服务。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：

2.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2.2《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

2.3《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地

区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。

2.4《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023 年第 1 号）。

2.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23 号）。

2.6《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35 号）、《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发<政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南>的通知》（ 财办库〔2023〕52 号）。若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书或相关证明。

2.7《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书或相关证明。

3、服务期限：自合同签订之日起 15 日历日

4、服务地点：渭南市澄城县医院

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

执行最新标准规范

三、服务指标的具体要求

1、服务项目概况：我院核磁共振于2014年投入使用，至今已有12年时间，病人流量较大，一直超负荷运行，现核磁共振冷头、线圈、水机故障频发，严重影响患者就医，现申请对核磁共振进行紧急维修。

2、服务内容：

对医院现用核磁共振机的冷头、线圈、水机等维修服务。

四、拟投入本项目的费用测算

费用组成明细测算表

序号	采购品目	技术参数	数量	合计金额（万元）
1	核磁共振冷头、线圈、水机等维修服务	见详单	1	69
合　计		69		

五、服务质量、标准、期限、效率等要求

1、供应商需要提供合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。

2、供应商需要提供实施方案，包括在规定的时间内有计划的完成项目需求。

3、供应商需要提供安装服务实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。

4、售后服务要求：

（1）免费送货上门，免费安装调试合格，免费技术培训。按国家有关产品三包规定执行“三包”。质保期内，所有产品均享受免费维护服务。

（2）在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后2个小时内响应，4个小时到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时。

（3）重大故障处理时限不超过48小时，若72小时内不能修复，必须提供应急必选使用方案。

（4）提供7*24小时系统故障电话响应。

6、项目团队要求：

结合医院实际情况，拟定详细的项目实施计划，含测试、试运行、培训计划。承诺保证在合同规定时间内设备运行基本平稳。

实施工程师2人以上：负责项目安装调试、试运行、数据整理、汇总等工作。

六、付款方式

1、合同总价包括：包括设备采购、安装调试、试运行、验

收、技术及操作培训等。进口产品包含进口关税及附属费，手续费等相关费用。

2、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

3、合同结算

3-1、付款比例：合同签订后15个工作日预付合同价款的40%，满足项目要求，提交最终成果后付款60%。

3-2、结算方式：银行转账。

3-3、结算单位：由 采购人负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交采购人。

七、验收标准

1、所供产品的规格、数量符合采购文件供应商投标承诺及采购合同约定的要求。

2、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

3、采购文件供应商投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全。

2026年5月28日