

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称：小丘中心卫生院医疗设施设备能力提升项目(二次)

采购项目编号：ZHQB2026-GK1002.1B1

铜川市耀州区小丘中心卫生院

陕西正华项目管理有限公司共同编制

2026年07月28日

第一章 投标邀请

陕西正华项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受铜川市耀州区小丘中心卫生院委托，拟对小丘中心卫生院医疗设施设备能力提升项目(二次)进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：ZHQB2026-GK1002.1B1

二、采购项目名称：小丘中心卫生院医疗设施设备能力提升项目(二次)

三、招标项目简介

小丘中心卫生院医疗设施设备能力提升项目

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1（小丘中心卫生院医疗设施设备能力提升项目）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、法定代表人身份证明/法定代表人授权书：法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明。法定代表人委托代理人参加投标的，须出具法定代表人授权书（附法定代表人、代理人身份证复印件）。

2、企业资质：（1）供应商为经销商的应提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》（投标产品须在其经营范围内）；供应商为制造厂家的应提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》（投标产品须在其生产范围内）。（2）拟投产品属于医疗设备的需提供产品《医疗器械注册证》或《医疗器械产品备案凭证》。

3、信用信息查询：供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（此项以采购代理机构现场查询为准，查询时限为投标文件递交截止之日）。

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身

份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线服务：通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告。

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告。

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人：铜川市耀州区小丘中心卫生院

地址：铜川市耀州区小丘镇街道

邮编：727103

联系人：徐孝平

联系电话：13992936785

代理机构：陕西正华项目管理有限公司

地址：陕西省西安市雁塔区电子正街南段万象春天2幢1单元15层11504室

邮编： 710068

联系人： 张梅梅

联系电话： 18292991811

采购监督机构：铜川市耀州区政府采购管理股

联系人： 郭伟

联系电话： 0919-6602227

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：400,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	采购包1：综合评分法 (详见第五章)
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。

6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第五章。
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。
9	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
10	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第五章。
11	投标保证金	缴交方式：否 注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。
12	标书费信息	免费获取
13	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
14	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。

15	招标代理服务费 (实质性要求)	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和国家发展和改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的有关规定执行。中标供应商在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。 招标代理服务费账户： 户名：陕西正华项目管理有限公司 开户行：西安银行股份有限公司西安曲江文创支行 账号：391011580000108527 请中标供应商按照要求将招标代理服务费转入以上指定账户，如因自身原因发生错误，产生的不利后果均由供应商自行承担。
16	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
17	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
18	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告； 政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
19	进口产品	不允许
20	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否
21	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。
22	其他说明	本采购文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由铜川市耀州区小丘中心卫生院和陕西正华项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由铜川市耀州区小丘中心卫生院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西正华项目管理有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是铜川市耀州区小丘中心卫生院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西正华项目

管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3 招标文件

2.3.1 招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）评标办法；
- （六）投标文件格式；
- （七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2 招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4 投标文件

2.4.1 投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2 计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购

人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下：

按合同约定执行。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6 投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7 投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8 投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10 投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11 投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5 开标、资格审查、评标和中标

2.5.1 开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为60分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4评标

详见招标文件第五章。

2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

采购包1：

（1）货物到达指定地点后，供应商在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观。（2）供应商应保证货物到达指定地点时完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。（3）供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。（4）产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

（5）供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（6）采购人需要供应商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，供应商应予以配合，并出具书面意见。

2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五) 不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

(2) 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

(3) 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

(4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西正华项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西正华项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西正华项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

(一) 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

(二) 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日;

(三) 对中标或者成交结果提出质疑的, 为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑, 供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

(一) 质疑书正本1份(政府采购供应商质疑函范本详见附件);

(二) 法定代表人或主要负责人授权委托书1份(委托代理人办理质疑事宜的需提供);

(三) 法定代表人或主要负责人身份证复印件1份;

(四) 委托代理人身份证复印件1份(委托代理人办理质疑事宜的需提供);

(五) 针对质疑事项必要的证明材料(针对招标文件提出的质疑, 需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单)。

答复主体: 代理机构

联系人: 张梅梅

联系电话: 18292991811

地址: 陕西省西安市雁塔区电子正街南段万象春天2幢1单元15层11504室

邮编: 710068

注: 根据《中华人民共和国政府采购法》的规定, 供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意, 或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的, 供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位: 本采购项目同级财政部门(政府采购供应商投诉书范本详见附件)。

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

小丘中心卫生院医疗设施设备能力提升项目

3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：400,000.00

采购包最高限价（元）：400,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	小丘中心卫生院医疗设施设备能力提升项目	1.00	400,000.00	批	工业	是	否	否	否	是

3.3技术要求

采购包1：

标的名称：小丘中心卫生院医疗设施设备能力提升项目

序号	参数性质	技术参数与性能指标					
		序号	设备名称	产品描述	数量	单位	备注

1	中频治疗仪	1、具有改善局部血液循环，促进炎症消散的作用:对狭窄性腱鞘炎具有软化瘢痕松解粘连的作用。 2、立式推车 3、PVC薄膜按键 4、高亮白色背光源，彩色LCD显示。 5、额定功率：$\leq 60\text{VA}$ 6、中频载波波形:双向对称方波 ▲7、中频载波脉冲宽度:$50\mu\text{s}\sim 500\mu\text{s}$，允差$\pm 10\%$。 8、输出电流:在$500\Omega$的负载下，频率$\leq 1500\text{Hz}$，每路最大输出$\leq 80\text{mA}$，频率$> 1500\text{Hz}$，每路最大输出$\leq 100\text{mA}$。 9、输出电流稳定度:不同负载下的输出电流变化率应$\leq 10\%$。 10、输出峰值电压:在开路条件下测量时，中频输出峰值电压$\leq 500\text{V}$。 11、运行:输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。 12、调制频率：0-150Hz 13、输出强度：0~70Vp-p ▲14、≥ 4组输出：3组电疗（药疗）输出，1组拔罐电疗复合输出。 15、治疗按键全程有语音播报，语音按键可进行关闭和开启语音。 16、输出波形：正弦波，方波，三角波，疏密波，脉冲调制波，间歇波，锯齿波，混合波等十几种波形。 17、内置≥ 35个固定处方，也可自定义新处方。 18、治疗结束有提示音，有语音导航功能。	1	台	
2	坐式体重秤	1、最大称量$\geq 160\text{kg}$ 2、最小称量$\leq 5\text{kg}$ 3、分度值0.5kg 4、准确度等级：四级 5、长度计量：量度范围70~190（cm）分度值0.5cm。 6、承重板面积：$370\times 270\text{（mm）}\pm 10\%$。	2	台	

3	医用臭氧治疗仪	1、功率：≤300VA 2、氧气流量范围：≥0.5L/min-2L/min 3、压力范围：≥0.5Mpa-0.35Mpa 4、臭氧浓度：0-100mg/L，连续可调 ▲5、臭氧产量：2000-10000mg/h 6、工作方式：即开即用，可持续工作。 7、抽取方式：全自动液压式喷嘴，长时间释放O ₃ 采用安全排气口。 8、连续工作时间：≥4h。	1	台	
4	冲击波治疗仪（核心产品）	1、电磁式冲击波源 2、触摸屏高亮液晶显示 3、额定输入功率:250VA±20VA 4、治疗输出1组手柄 5、手柄等级：电磁手柄 6、打击菜单：开机默认预设总计2500次，最高≥9900次。 7、屏幕显示当前打击次数，并具有清零按键，可清除当前击打次数。 8、工作频率范围：1Hz~16Hz。 ▲9、工作能量：调节范围≥30mj-200mj。 ▲10、具备自动识别手柄与主机连接状态功能。	1	台	
5	神经肌肉电刺激仪	1、立式推车 2、PVC薄膜按键 3、亮白色背光源，彩色LCD显示。 4、使用频率：≤50Hz 5、脉冲频率：1KHz-3KHz 6、输入功率：≤90W 7、输出强度：≥0~70Vp-p 8、具有定时功能 9、治疗温度可调 ▲10、输出组数：3组电疗输出，1组拔罐电疗输出，3组红外热疗输出。 11、治疗按键全程有语音播报，语音按键可进行关闭和开启语音。 12、输出波形：正弦波、方波、三角波、疏密波、脉冲调制波、间歇波、锯齿波、混合波等。	1	台	
		1、适用范围：主要用于院内、院前等临床环境下对病人进行：手动体外除颤、手动体内除颤、同步电复律、AED除颤、CPR功能、无创体外起搏、生命体征监护等。			

				2、通用要求 2.1主机屏幕：≥7英寸TFT彩色液晶显示屏，分辨率≥800×480 2.2主机重量（含电池）：≤6.0kg 2.3符合除颤国际专用安全标准 IEC60601-2-4:2018 2.4防尘防水等级:IP54以上 2.5通过自由跌落试验要求，可承受六面1m以上跌落冲击，需提供测试报告 3、技术参数 3.1▲采用双相指数截断波（BTE）除颤波形，具有阻抗自动补偿。 3.2▲除颤能量选择最小为1J，最大除颤能量≥360J。 3.3除颤能量选择范围：能量≥20档，可通过体外电极板进行调节。 3.4旋钮式能量选择，快速选择能量。 3.5除颤充电至200J≤5S，充电至360J≤8S 3.6病人阻抗范围：体外手动除颤，≥25-200欧 3.7▲成人/儿童一体化电极板，至少具有能量选择、充电、放电功能 3.8手动除颤电极板具有阻抗提示灯，屏幕可显示具体阻抗数值，屏幕阻抗指示条颜色区分阻抗范围 3.9 AED功能具备一键切换成人和儿童模式 3.10支持指导CPR辅助功能，符合2020 AHA/ERC指南 3.11体外起搏模式： 3.11.1按需起搏、固定频率起搏，具有降速起搏功能 3.11.2起搏波形：单相方波，脉冲宽度≥20ms 3.11.3起搏频率：≥40ppm~170ppm 3.11.4起搏电流：0mA~200mA范围以上 3.12标配5导联心电（ECG）、呼吸（Resp）、体温（Temp）等监护功能 3.13监护患者类型：新生儿、儿童、成人 3.14心电监护模式：至少具有监护模式，治疗模式，诊断模式3种 3.15 ECG扫描速度包括：至少包括6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s 3.16 ECG灵敏度：×0.25、×0.5、×1、×2、×4等5种以上 3.17心率测量：成人：≥15bpm~300bpm，小儿			
		6	除颤仪		1	台	

			: ≥15bpm~350bpm, 新生儿: ≥15bpm~350 bpm 3.18▲心律失常分析: 通过心电电极片, 可监测的心律失常分析种类≥20种 3.19呼吸测量: ≥0rpm~120rpm 3.20体温测量, 具备双通道测量 3.21体温测量范围: ≥0℃~50℃ (32°F~122°F) 3.22同屏显示≥3通道监护参数波形 3.23具备高分辨率热敏点阵打印记录仪, 记录纸宽≥50mm, 可同时打印≥3道波形 3.24具备黑夜触点功能, 能在黑暗环境迅速开启并操作设备 (需提供证明文件) 3.25可充电锂电池, 工作时间最大能量除颤≥100次, 200焦耳除颤≥180次, 或起搏≥2h, 或监护≥3h, 低电量报警后, 还可连续进行≥20min的生命体征监护, 同时可进行最少 6 次最大能量除颤。 3.26存储要求:内置≥16GB, 可存储≥240小时连续 ECG 波形, 数据可导出至电脑查看 3.27 AED模式抢救过程支持录音功能, 存储时间≥180min 3.28趋势资料: 可存储≥168小时的趋势资料 3.29可存储≥2000条自检记录, ≥1200条事件记录, ≥200条病人档案 3.30具备USB接口, 可导出数据分析 3.31可升级WIFI、蓝牙和4G数据通讯功能 3.32具有自动自检功能, 在关机状态下, 在设置的时间点进行自动自检 3.33可充电锂离子电池, 具有电池电量检查按钮和电池电量指示灯。			
			1、自动识别各种品牌注射器, 规格: 10 ml、20 ml、30 ml、50 ml等。 2、流速范围: 1)10 ml注射器: 0.1-400 ml /h; 2)20 ml注射器: 0.1-600ml/h; 3)30ml注射器: 0.1-900ml/h; 4)50ml注射器: 0.1-1300ml/h。5) 流速误差: ≤±2% 3、流速调节精度<100mL/h可按0.1mL/h、1mL/h速度递增或递减, ≥100mL/h可按1mL/h、10mL/h速度递增或递减。 4、预置量范围: 0.1mL~9999.9mL 误差: ±2%			

			<100mL可按0.1mL、1mL数值递增或递减，≥100mL可按1mL、10mL数值递增或递减。 5、丸剂量/预充速度:10mL注射器：400mL/h；20mL注射器：600mL/h;30mL注射器：900mL/h；50mL注射器：1300mL/h;误差：±5% 6、丸剂量范围：0.1ml-5ml可调；可按0.1ml递增或递减。 7、阻塞灵敏度：≥3档可选。 8、KVO: 保持静脉开放，速度范围0.1ml/h-1ml/h可调，可按0.1mL/h速度递增或递减； 9、KVO流速误差≤±5%。 10、注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、简易模式。 11、按键和穿梭键两种操作模式。 12、给药单位至少包括：ml/h；ml/min；mg/kg/min；mg/kg/h；ug/kg/h；ug/kg/min。 ▲13、报警功能：阻塞报警、注射器脱落报警、接近完成报警、注射完成报警、欠压报警、电池耗尽报警、交流掉电报警、电机异常报警、遗忘操作报警、安装错误报警等。 14、其他功能：注射器自动识别、预充功能、累计量显示、阻塞压力释放功能、静音功能、速度超范围控制、交直流自动切换、残留提示、记忆功能、防虹吸功能、清除累计量功能、自定义注射器功能、按键锁功能、时钟设置、背光延时。 15、电池工作时间：内部电池充电完成后，在5mL/h流速下连续工作≥5小时。 16、整机功耗：≤15VA 17、重量：≤2.5KG 18、安全分类：II类CF型。 19、外壳防护等级≥IPX3，可连续运行。	2	台
--	--	--	---	---	---

8	可移动医用无影灯	1、照度无极调节，降低照度并不改变色温范围。 2、色温范围：3800K±500K 3、照明区的大小可调节。 4、采用LED光源。 5、光源寿命≥20000小时。 6、灯头带单独的记忆开关，本次使用完毕下次打开照明灯，亮度保持上次关闭照明灯时的位置。 7、带有ABS灯头把手。 8、透光板采用防碎材质。 9、底座采用隐藏空间防水设计。 10、中心照度≥55000LX 11、光斑直径120mm≤d10≤220mm 12、显色指数Ra≥85 13、光柱深度≥450mm 14、灯臂角度：上摆、下摆各≥10°。	1	台	
9	清创缝合器械包	1、手术刀柄 4# 1把 2、手术剪 14cm直 1把 3、手术剪 14cm弯尖 1把 4、止血钳 16cm直全齿 1把, 5、止血钳 16cm弯全齿 1把 6、持针钳 14cm粗针 1把 7、组织镊 14cm直形 1x2钩 1把 8、医用镊 14cm横齿(敷料) 1把 9、不锈钢腰子盘 规格190X116x25 2把	1	套	

10	空气波压力治疗系统	1、预热时间 $\leq 2\text{min}$; 2、输入功率 $150\text{VA} \pm 10\text{VA}$; 3、一键飞梭的操作模式; 4、柜式一体机型, 推车设计带锁止万向轮; 5、设备可连续工作 ≥ 8 小时以上; 6、工作噪声 $\leq 65\text{dB(A)}$; 7、治疗时间: $1 \sim 99\text{min}$ 可调, 调节步长为 1min , 定时误差 $\leq \pm 2\%$; 8、空气压力+神经肌肉电刺激“两功合一”; 9、标配4腔充气, 可选配转接口扩展为8腔; ▲10、空气波充气模式: ≥ 5 种; 11、空气波压力范围: $5\text{kPa} \sim 25\text{kPa}$ 可调, 调节步长 1kPa ; 12、配备紧急制动按钮; 13、具有四重自动泄压功能; 14、电疗输出频率 $0 \sim 900\text{Hz}$, 误差为 $\pm 10\%$, $1 \sim 99$ 级无纲常数调节; 15、电疗输出波形: 无序波、菱形波、矩形波和钟形波等 ≥ 4 种; 16、电疗治疗处方: 脑梗塞模式、脑出血模式、脑外伤模式、小儿脑瘫模式等 ≥ 4 种; 17、电疗最大输出幅度有效值 $\leq 25\text{V}$; 18、电疗输出强度: $1 \sim 99$ 级无纲常数调节; 19、电疗比率: $1 \sim 99$ 级无纲常数调节; 20、电疗脉冲宽度: $0.15 \sim 100\text{ms}$; 21、内嵌型软件具有软著权。	1	台
----	-----------	--	---	---

11	高频振动排痰系统	1、台式机。 2、单通道（成人款）。 3、液晶显示界面。 4、一键飞梭的操作模式。 5、C型标准传动形式。 6、传动轴，采用不锈钢制作。 7、动力头：C型标准传动形式，动力头外径尺寸90mm±10%。 ▲8、C型标准传动形式：标配≥6种治疗头，可适用于不同体质患者的体位引流。 9、操作手柄可360度自由传动。 10、工作模式：手动模式及≥四种智能 11、定时时间：1-60分钟连续可调。 12、振动频率10-60Hz,连续可调，步距1Hz。 13、定时范围5、10、15、20分钟（自动模式）。 14、振动频率：10-60 Hz，连续可调，步距1Hz（自动模式）。 15、连续工作时间≥24小时。 16、脚轮带刹车。	2	台	
12	胶片打印机（激光）	1、直接热敏成像（干式打印，明室操作） 2、空间分辨率：≥320dpi（12.6像素/mm） 3、灰阶对比：≥14比特 4、打印速度：14"×17"≥70张/小时 8"×10"≥90张/小时 5、启动时间：≤3分钟。 6、同时在线2个耗材供片盒，每个可容纳50-100张胶片 7、胶片尺寸：14"×17"、11"×14"、10"×12"8"×10"等 8、供片盒：所有胶片均采用一次性包装盒封装 9、界面接口：标准：10/100/1000Base-T以太网（RJ-45） 10、网络协议：DICOM3.0标准 11、根据连接设备自动完成图像处理 12、大屏幕背光LCD中文触摸显示屏，显示警报、故障及状态 13、打印功率≤600W。	1	台	

13	儿童体重秤	1、重量计量：最大称量 $\geq 50\text{kg}$ 最小称量 $\leq 2\text{kg}$ 分度值 0.2kg 。 2、长度计量量度范围 $60\text{cm}\sim 160\text{cm}$ ，坐高 $40\text{cm}\sim 100\text{cm}$ ，分度值 0.5cm 。 3、承重板面积：（长 $\times$ 宽） $375\text{mm}\times 275\text{mm}\pm 10\%$ 。	2	台	
14	超短波电疗机	1、振荡频率：1) $40.68\text{MHz}\pm 1.5\%$ ；2) $27.12\text{MHz}\pm 1.5\%$ 。 2、输出功率： $\geq 50\text{W}$ 、 $\leq 200\text{W}$ 。 3、治疗时间：0-30分钟，可调。 4、 $\geq$ 一种输出模式 5、输入功率： $\leq 1000\text{VA}$ 。	1	台	
15	药品储藏阴凉柜	1、温度范围：冷藏 $2\sim -8^{\circ}\text{C}$ 2、输入总功率： $270\text{W}\pm 10\%$ 。 ▲3、容积： $\geq 445\text{L}$ 4、环保制冷剂。 5、箱内温度均匀性 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 。 6、立体冷风循环冷风。 7、五路传感器。 8、具有密码锁。 9、温湿度大屏幕数字显示。 10、温度感应精度 0.1°C ，湿度感应精度 1% 。 11、温湿度自动记录存储功能，自带除湿功能，自带USB接口，数据可通过箱体的USB接口导出保存。 12、具有多重故障报警功能，能够实现高低温报警传感器故障报警，湿度异常报警等功能报警时有声光提示。 13、除湿功能蒸发器是沁水铝的，管道采用铜管。 14、双层中空玻璃门,双层镀膜。 15、蒸发器配置加热丝。	2	台	
16	PT训练床（电动升降可折叠）	1、外形尺寸： $1980\times 1200\times 500\sim 800\text{mm}$ （ $\pm 20\text{mm}$ ） 2、床面高度升降范围： $500\sim 800\text{mm}$ 3、背部升降 $0\sim 70^{\circ}$ 4、额定承载： $\geq 225\text{kg}$ 。 5、床面尺寸： $1950\times 1200\text{mm}\pm 10\%$ 。 6、由床面、支架、电控盒、直线驱动系统、控制器、升降支架、升降脚轮。 7、用于诊疗及PT训练患床上活动。	1	张	床、凳一套
		1、四方起子 $1.2\times 90\text{mm}$ 1把			

				2、四方起子 1.5*90mm 1把			
				3、T型取出器 普通 1把			
				4、六角取出器 万向 1把			
				5、环钻 4.0*90mm 1把			
				6、环钻 5.0*90mm 1把			
				7、环钻 6.5*90mm 1把			
				8、十字起子 2.0*90mm 1把			
				9、一字起子 3.0*90mm 1把			
				10、一字起子 6.0*90mm 1把			
				11、三角起子 2.0*90mm 1把			
				12、梅花起子 T2.0*90mm 1把			
				13、梅花起子 T2.3*90mm 1把			
				14、梅花起子 T2.7*90mm 2把			
				15、梅花起子 T3.0*90mm 1把			
				16、梅花起子 T3.4*90mm 1把			
				17、梅花起子 T3.9*90mm 1把			
				18、梅花起子 T4.3*90mm 1把			
				19、梅花起子 T4.5*90mm 1把			
				20、梅花起子 T5.3*90mm 1把			
				21、六角起子 SW1.5*90mm 1把			
				22、六角起子 SW2.0*90mm 1把			
				23、六角起子 SW2.5*90mm 2把			
				24、六角起子 SW3.0*90mm 1把			
				25、六角起子 SW3.5*90mm 1把			
				26、六角起子 SW4.0*90mm 1把			
				27、六角起子 SW4.5*90mm 1把			
				28、六角起子 SW5.0*90mm 1把			
				29、六角起子 SW5.5*90mm 1把			
				30、打滑取出器 2.5*90mm 1把			
				31、打滑取出器 2.7*90mm 1把			
				32、打滑取出器 3.5*90mm 1把			
				33、打滑取出器 4.0*90mm 1把			
				34、断钉取出器 2.0*90mm 1把			
				35、断钉取出器 2.7*90mm 1把			
				36、断钉取出器 4.0*150mm 1把			
				37、断钉取出器 5.0*150mm 1把			
				38、断钉取出器 6.5*150mm 1把			
				39、断钉取出器 8.0*150mm 1把			
				40、断钉取出器 10.0*150mm 1把			
				41、内六角套筒 SW7.0*90mm 1把			
		17	内固定取出器械包		1	套	

			42、内六角套筒 SW8.0*90mm 1把 43、较刀 1把 44、锐钩 1把 45、T型快装手柄 1把 46、直型快装手柄 1把 47、断钉拔出器 3.5mm 1把 48、断钉拔出器 4.5mm 1把 49、大力螺钉夹持钳 1把 50、圆骨刀 8mm 1把 51、钨钢钻头 4.0mm 1支 52、钨钢钻头 6.0mm 1支 53、锦钢钻头 5.0mm 1支 54、器械盒 1只			
	18	电动牵引床	1、结构及组成、由床体、牵引床面、躯体床面、腰椎绑带、手柄开关、控制台、颈椎牵引杆、颈椎绑带、颈椎牵引绳组成。 2、额定输入功率$\leq 50VA$。 3、牵引速度与牵引行程： 3.1 牵引无负载速度$\geq 8mm/s$, 允差$\leq \pm 20\%$; 3.2牵引行程：颈椎牵引0~250mm, 腰椎牵引0~200mm, 允差$\leq \pm 10mm$。 4、最大牵引力范围 4.1颈椎牵引力范围：牵引力在0~300N 范围内连续可调，级差10N; 4.2腰椎牵引力范围：牵引力在0~990N 范围内连续可调，级差10N; 4.3当牵引力$\leq 200N$时，允许误差$\leq \pm 10\%$或$\pm 10N$取大值；当牵引力$\geq 200N$ 时，允许误差$\leq \pm 20\%$或$\pm 50N$ 取小值。 5、牵引时间： 5.1 牵引总时间可在0~99min 范围内设定，级差1 min。 5.2牵引持续时间0~9min, 级差 1min; 5.3牵引间歇时间0~90s, 级差10s, 允差$\pm 3s$。 6、牵引角度 6.1成角功能：向下$\geq 10^\circ$,向上$\geq 30^\circ$,连续可调，级差1°,允差$\leq \pm 2^\circ$。 6.2摇摆动作角度：左右各$\geq 25^\circ$连续可调，级差1°,允差$\leq \pm 2^\circ$。	1	台	

		7、安全保护、急复位线控手柄开关。 8、承载能力 8.1颈椎牵引架：应能承受300N 牵引力，牵引过程中颈椎牵引架弯曲角度$\leq 10^{\circ}$，解除牵引力后，颈椎牵引架无弯曲、变形。 8.2牵引绳：应能承受990N 牵引力，牵引绳不得破损、断裂。 8.3绑带：颈椎牵引绑带应能承受300N 牵引力，腰椎牵引绑带应能承受990N 牵引力，牵引力解除后，绑带无脱落、破损、断裂。 8.4 脚轮应转动灵活、无卡滞及松落现象，制动性能可靠。 9、牵引模式≥ 8种，至少包括： a)间歇式牵引；b) 间歇式上阶梯牵引；c) 间歇式上下阶梯牵引；d) 反复式牵引；e)反复式上阶梯牵引；f) 反复式上下阶梯牵引；g) 持续式牵引；h) 持续式上阶梯牵引。 10、工作噪声$\leq 60\text{dB}$。 ▲11、控制及适用范围：可同时进行2人颈椎牵引和腰椎牵引，也可分别单独控制颈椎牵引和腰椎牵引适用范围。 12、病历档案：存储≥ 20个病例档案。			
19	医用观片灯	1、外形尺寸（长×宽×高mm）：870×500×105$\pm 10\%$。 2、阅片区域（长×宽mm）：790×420$\pm 10\%$。 3、功率：120W$\pm 10\%$。 4、观察屏平均亮度：$\geq 2000\text{cd/m}^2$。 5、观察屏亮度均匀性系数 $\geq 70\%$。 6、夹片装置 圆柱斜滚压紧式夹片装置 7、安装方法 台式；挂壁式	2	台	

		20	艾灸烟雾净化器双头 1、基本要求 1.1输入功率：330W±10%。 1.2空载转速：≥6500转/分钟 1.3运行噪音：≤65分贝 1.4外形尺寸：长390mm×宽330mm×高470mm±10%。 1.5负压：2500Pa±10%。 1.6系统风量流量：≥360立方米/小时 2、吸烟风道相关参数 2.1进风口法兰（支持单口、双口使用）：直径115mm±10%。 2.2标配吸烟臂：铝合金材质，长度≥1.2米。 2.3单口作业风速：≥25米/秒 2.4双口同时作业风速：≥13米/秒 3、过滤系统参数 3.1滤芯结构：叠加式逐级过滤 3.2滤芯层数：≥5层 3.3过滤精度：≤0.03微米 3.4烟尘滤净率：≥99.97% 4、配置	1	台	
3.4商务要求 3.4.1交货时间 采购包1： 10个日历日 3.4.2交货地点 采购包1： 采购人指定地点 3.4.3支付方式 采购包1： 分期付款 3.4.4支付约定 采购包1： 1、进度款，合同签订后，达到付款条件起3个工作日内，支付合同总金额的40.0% 2、进度款，所有产品供货完成并验收合格后，达到付款条件起4个工作日内，支付合同总金额的60.0% 3.4.5验收标准和方法 采购包1： （1）货物到达指定地点后，供应商在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观。（2）供应商应保证货物到达指定地点时完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。（3）供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正			主机1台、电源线1根、吸烟管2根、过滤芯1套、吸烟罩1个。			

常。3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。（4）产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

（5）供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（6）采购人需要供应商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，供应商应予以配合，并出具书面意见。

3.4.6包装方式及运输

采购包1：

（1）包装：必须适应货物特性和交通运输要求，以及国家有关标准或企业标准。在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、锈蚀、遭受冲撞及其他不可预见的损坏。（2）运输：供应商负责完成产品及相关物件的包装、运输，且承担一切运输费用，包括但不限于运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

质保期：1年

3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

合同各方应本着诚信的态度及共同合作的精神，通过协商及谈判来努力解决由本合同而产生的或与本合同有关（包括本合同项下某一特定货物买卖合同）的任何争议及不同意见。协商、谈判不能解决的，应向采购人所在地仲裁委员会申请仲裁或人民法院申请处理。

3.5其他要求

无

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章：a.具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。b.财务状况证明：提供2025年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）。c.社会保障资金缴纳证明：提供投标文件递交截止时间前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。d.税收缴纳证明：提供投标文件递交截止时间前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。e.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。f.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。	供应商应提交的相关资格证明材料.docx 投标函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	供应商应提交的相关资格证明材料.docx

3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	供应商应提交的相关资格证明材料.docx 投标函
---	---	---------------------------------------	-----------------------------

4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	法定代表人身份证明/法定代表人授权委托书	法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明。法定代表人委托代理人参加投标的，须出具法定代表人授权书（附法定代表人、代理人身份证复印件）。	供应商应提交的相关资格证明材料.docx
2	企业资质	（1）供应商为经销商的应提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》（投标产品须在其经营范围内）；供应商为制造厂家的应提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》（投标产品须在其生产范围内）。（2）拟投产品属于医疗设备的需提供产品《医疗器械注册证》或《医疗器械产品备案凭证》。	供应商应提交的相关资格证明材料.docx
3	信用信息查询	供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；（此项以采购代理机构现场查询为准，查询时限为投标文件递交截止之日）。	供应商应提交的相关资格证明材料.docx

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件
---	----------------	-----------------------------------	-------------------------------

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序 and 标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- (一) 招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- (二) 招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- (三) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (四) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (五) 招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- (六) 招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- (七) 招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单
2	投标文件签署盖章	按招标文件要求加盖了供应商公章和有法定代表人或其委托代理人签字或加盖人名章。	投标文件封面

3	投标文件格式	应符合“投标文件格式”要求	投标文件封面
4	交货期	应满足招标文件中要求的交货期	开标一览表 投标函 商务应答表 标的清单 投标文件封面
5	投标有效期	有效期满足招标文件要求的	投标函 投标文件封面
6	投标报价	投标人的投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。	开标一览表 供应商认为有必要说明的其它内容或资料.docx 标的清单 投标文件封面

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料；
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办

法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观赋分有关事项的通知》（陕财办函〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；
- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.6评标细则及标准

- 一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。
- 二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	技术参数	技术参数要求完全满足招标要求得36分：▲号指标每负偏离一项扣0.4分，非▲号指标每负偏离一项扣0.1分。注：（1）标注▲的参数须提供对应证明材料，有效佐证材料包含：国家认可第三方检测机构出具的检测报告、产品彩页、技术白皮书、官方网站截图，提供其一即可；所有佐证材料复印件须加盖投标人公章，材料无法对应参数、缺失、无效均视为该项参数负偏离。 （2）投标人应完整、清晰提供对应佐证材料，因材料缺失、无法印证参数、未加盖公章产生的扣分风险，由投标人自行承担。	36.0000	客观	产品技术参数表 投标方案说明.docx
	实施方案	根据供应商提供的①供货、运输安排、安装调试、验收方案等说明；②供货进度计划及保障措施；③管理制度、协调方案及项目验收方案；④人员配置分工。评审标准：每一项内容描述详细，切实可行符合项目实际内容得2分，合计得8分。内容①～④项任意一项缺项扣2分，扣完为止；内容①～④项每出现一项内容缺陷（缺陷是指：内容不详细具体、条理不清晰、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、出现常识性错误、不可能实现的夸大情形、存在不适用项目实际情况的情形等）扣0.2分；未提供不得分。	8.0000	主观	投标方案说明.docx

详细评审	质量保障	根据供应商提供的①投标产品性能说明；②产品来源渠道合法，供货渠道正常，检验手续完善、合法有效，无产权纠纷；③质量保证承诺，保证措施完善，符合国内相关标准。评审标准：每一项内容描述详细，切实可行符合项目实际内容得2分，合计得6分。内容①～③项任意一项缺项扣2分，扣完为止；内容①～③项每出现一项内容缺陷（缺陷是指：内容不详细具体、条理不清晰、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、出现常识性错误、不可能实现的夸大情形、存在不适用项目实际情况的情形等）扣0.2分；未提供不得分。	6.0000	主观	投标方案说明.docx
	售后服务	根据供应商提供的①售后服务总体计划及应急处理措施；②故障响应时间、处理方式及服务承诺；③售后服务方式及售后服务人员保障。评审标准：每一项内容描述详细，切实可行符合项目实际内容得1分，合计得3分。内容①～③项任意一项缺项扣1分，扣完为止；内容①～③项每出现一项内容缺陷（缺陷是指：内容不详细具体、条理不清晰、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、出现常识性错误、不可能实现的夸大情形、存在不适用项目实际情况的情形等）扣0.1分；未提供不得分。	3.0000	主观	投标方案说明.docx

培训方案	根据供应商提供的①培训方案、培训时间；②培训内容、培训次数。 评审标准：每一项内容描述详细，切实可行符合项目实际内容得1.5分，合计得3分。内容①～②项任意一项缺项扣1.5分，扣完为止；内容①～②项每出现一项内容缺陷（缺陷是指：内容不详细具体、条理不清晰、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、出现常识性错误、不可能实现的夸大情形、存在不适用项目实际情况的情形等）扣0.1分；未提供不得分。	3.0000	主观	投标方案说明.docx
来源渠道证明文件	供应商提供所投全部产品来源渠道证明材料（包含但不限于原厂销售协议、区域代理协议、原厂专项授权文件）；提供有效证明材料得2分，未提供不得分。	2.0000	客观	投标方案说明.docx
质保期及交货期	供应商承诺整机免费质保期限满足招标文件最低1年要求的，本项基础不加分；在1年基础上每延长整机质保1年加1分，累计最高加3分。供应商承诺全部设备完成送货、安装调试周期不超过招标文件要求10个日历日，仅满足最低标准不加分；在10个日历日基础上每提前2个日历日加1分，累计最高加2分。	5.0000	客观	商务应答表 投标方案说明.docx
增值服务	针对本项目的特点和需求等内容提供免费增值服务承诺（例如：整机免费校准、计量检定、上门巡检服务、免费提供备用机置换、免费提供分层培训等增值服务）。每提供一项承诺，得1分，最多得5分。无承诺不得分。	5.0000	客观	商务应答表 投标方案说明.docx
业绩	供应商提供2023年1月至今的类似业绩，每提供一份合同复印件或中标通知书并加盖公章得1分，满分2分，提供资料不全或者无法辨认的不得分。	2.0000	客观	投标方案说明.docx

异常低价 审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	开标一览表 标的清单 供应商认为有必要说明的其它内容或资料. docx
------------	--------	---	--------	----	--

价格评审	价格分	按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100	30.0000	客观	开标一览表 标的清单
------	-----	---	---------	----	---------------

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	关于符合本国产品标准的声明函

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8 定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2 定标程序

- 一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。
- 二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。
- 三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。
- 四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9 评审专家在政府采购活动中承担以下义务

- （一）遵守评审工作纪律；
- （二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- （三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- （四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- （五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- （六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- （七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

- （一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。
- （二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。
- （三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。
- （四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

- （五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。
- （六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。
- （七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 产品技术参数表

详见附件: 商务应答表

详见附件: 开标一览表

详见附件: 标的清单

详见附件: 关于符合本国产品标准的声明函

详见附件: 供应商应提交的相关资格证明材料.docx

详见附件: 供应商认为有必要说明的其它内容或资料.docx

详见附件: 投标方案说明.docx

第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：拟签订采购合同文本.docx