

采购清单

采购单位		铜川市第二生态环境监测站			备案函号	ZCSP-铜川市-2026-00675	
项目名称		铜川市生态环境监测基础能力提升项目					
政府预算资金		¥ 1,770,000.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
单位资金		¥ 0.00			保障性资金	¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	环境监测仪器及综合分析装置	离子色谱仪	480,000.00	1	台	480,000.00	常规检测：可实现水中阴、阳离子单通道或双通道全自动同时检测。设备符合国家标准规范，满足采购需求。
2	环境监测仪器及综合分析装置	全自动高锰酸盐指数分析仪	200,000.00	1	台	200,000.00	用于地表水、生活饮用水等样品中高锰酸盐指数的全自动大通量分析检测，包括自动加液、消解、滴定分析和结果计算全自动完成，无需人工切换。仪器操作依照国家标准：《水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原酸性滴定法》(HJ 1445-2026)、《水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原碱性滴定法》(HJ 1446-2026)。
3	环境监测仪器及综合分析装置	全自动便携式紫外测油仪	250,000.00	1	台	250,000.00	用于石油类应急监测全自动快速定量分析，设备一体化整体设计，光学系统稳定性好，萃取装置、测量主机、样品瓶、废液瓶、试剂瓶、移动电池均集成放置在一个箱体内，设备具有抗振性能，可在监测车行驶状态下工作，设备应具有不低于IP67的防水性能，外箱一体式注塑成型无缝隙及开口。设备符合国家标准规范，满足采购需求。
4	环境监测仪器及综合分析装置	全自动总磷总氮分析仪	280,000.00	1	台	280,000.00	用于水中总磷、总氮项目的全自动大通量分析检测，实现高压锅自动开关盖、加液、消解、混匀、定容、显色、检测等动作自动化，完成数据计算及处理，自动出检测报告。符合标准《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB 11893-89）《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ 636-2012）。
							适用于地表水、地下

5	环境监测 仪器及综 合分析装 置	全自动氨 氮分析仪	275,000.00	1	台	275,000.00	水、工业废水和生活污 水中氨氮项目的全自动 大通量分析测定，符合 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 (HJ535-2009)要求。
6	环境监测 仪器及综 合分析装 置	全自动COD 智能分析 仪	285,000.00	1	台	285,000.00	适用于水中化学需氧量 项目的全自动大通量分 析测定，实现硫酸亚铁 铵自动滴定，智能颜色 识别判定终点，完全符 合《水质 化学需氧量 的测定-重铬酸盐法》 (HJ 828-2017)。
7							
8							
9							