

采购清单

采购单位		杨凌示范区医院			备案函号	ZCSP-杨凌示范区-2026-00109	
项目名称		杨凌示范区医院医用液氧充装服务采购项目					
政府预算资金		¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
单位资金		¥ 1,200,000.00			保障性资金	¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他医疗卫生服务	杨凌示范区医院医用液氧充装服务采购项目	600,000.00	2	年	1,200,000.00	采购需求应当完整、明确，包括以下内容： （1）采购需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求； 核心功能：满足医院临床治疗（如吸氧、呼吸机支持）、手术急救、重症监护、新生儿保育等场景的医用液氧稳定供应，保障医疗设备正常运转及患者生命支持需求。服务目标：建立安全、高效、可持续的医用液氧供应体系，确保无断供风险，提升医疗供氧保障能力。落实政府采购节能环保政策，液氧生产及运输需符合国家低碳、环保要求（如能耗标准、污染物排放限制）。优先支持中小企业参与，供应商若为小微企业，需按规定提供《中小企业声明函》；监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。（2）采购需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范； 中药药典2020第一增补版：液氧纯度、杂质含量（一氧化碳、二氧化碳、气态酸和碱、臭氧等）需符合医用级要求。《危险化学品安全管理条例》（国务院令 第645号）：液氧储存、运输、使用的安全管理规范。《道路危险货物运输管理规定》：液氧运输车辆及人员的资质与操作规范。需同时满足陕西省《医用液氧储存运输安全管理办法》）。（3）采购需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求； 液氧纯度：≥99.5%（体积分数），杂质

							含量需符合GB 8982-2022中“医用氧”标准（具体参数：一氧化碳≤5ppm，二氧化碳≤100ppm，水分≤露点-43℃等）。每批次液氧需提供第三方检测机构出具的《质量检测报告》，注明检测时间、项目及结果。运输安全：运输车辆需具备《危险化学品道路运输许可证》，配备防泄漏、防静电装置及应急处置器材（如消防器材、堵漏工具），运输路线需提前报备医院及当地监管部门。安全防护：供应商需制定《液氧供应安全应急预案》，涵盖泄漏、火灾等突发情况的处置流程，并定期（每季度）向医院提供安全培训。液氧温度：≤-183℃（常压沸点），满足低温储存及输送要求。输送管道：材质需为不锈钢（如304L），具备保温、耐压性能，接口符合GB 50751-2012标准，避免污染或泄漏。（4）采购的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：1、预估需求量：500吨/年，供应商需报单价和总价，具体以实际订单为准，分批次供应。2、交付时间：常规供应：接到医院采购订单后24小时内送达。应急供应：突发紧急需求时，需在3小时内响应并完成配送。3、交付地点：杨凌示范区医院。（5）采购需
2							
3							
4							
5							