

采购清单

采购单位		杨凌示范区生态环境局			备案函号	ZCSP-杨凌示范区-2025-00169	
项目名称		杨凌示范区省控环境空气质量网监测设备耗材采购项目					
财政拨款		¥ 900,000.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 0.00			保障性资金	¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	大气污染防治设备	备机耗材	900,000.00	1	批	900,000.00	氮氧化物 技术参数 采用化学发光法，测量范围0 - 500ppb；最低检测限≤2ppb，示值误差±2%F. S.，24小时零点漂移±5ppb；响应时间≤300秒，NO转化效率>96%；抗干扰能力强，受H0、NH等干扰时误差≤4%F. S.；支持4 - 20mA信号输出及RS485远程控制。 验收要求依据HJ654 - 2013标准做零点、量程漂移测试，7天长期漂移需符合±20ppb要求；连续运行验证平均故障间隔天数≥7天；通过标准气体校准，采样口与校准口浓度偏差≤1%；检查仪器对环境温度变化的适应能力，同时核验数据传输的稳定性与准确性。
2							
3							
4							
5							