

采购清单

采购单位	洛川县人民医院		备案函号	ZCSP-洛川县-2026-00065			
项目名称	洛川县人民医院2025年公立医院改革与高质量发展医疗设备采购示范项目						
政府预算资金	¥ 0.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
单位资金	¥ 6,590,000.00		保障性资金	¥ 0.00			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他医疗设备	医疗设备	6,590,000.00	1	批	6,590,000.00	<p>一、医用高压氧舱及舱内设备：一舱两室结构，舱径≥2200mm，舱长≥7200mm，额定容纳≥6人，人均舱容≥3m³，最高工作压力0.2MPa。配置≥4套轻便自动锁紧医用舱门，冷光源外照，观察窗透光直径≥300mm，摄像窗≥4只。舱内配可调节座椅、吸痰/供氧/对讲/呼叫、过舱导联、输液架；空调永磁耦合送风，广角摄像监控，水喷淋消防符合GB/T12130-2020，满足医用安全规范。二、高端多功能彩色超声诊断系统：全身应用型，主机配≥22英寸高分辨率屏、≥12英寸触控面板。探头接口≥4，宽频变频，最高频率≥18MHz，单晶体探头≥2种，凸阵探测深度≥30cm。二维线密度≥512，帧速率满足临床；支持PWD、CWD、DTI、超声造影、弹性成像，具备伪像消除、血管增强功能。内置≥1T存储，USB≥6，支持DICOM3.0，一体化工作站，通用图像格式存储。三、高清电子支气管镜系统及配套设备：处理器分辨率≥1920×1080，数字放大≥4倍，具备窄带成像等特殊光成像，染色模式≥3种，触控操作，存储≥1TB，兼容多镜种。光源为四路LED，寿命≥30000小时气管镜2条，视场角≥110°，弯曲角度灵活，钳道满足诊疗需求，防水设计便于使用与消毒。监视器≥27英寸，高清分辨率，防眩广视角，支持画中画模</p>

							<p>式，系统可兼容多种内镜拓展使用。四、高清电子鼻咽喉镜：图像处理系统支持高清输出，具备数字放大、特殊光成像、图像增强、降噪、白平衡等功能，支持存储、USB传输与DICOM协议。LED光源长寿命，显色指数≥ 90。配置检查与治疗用电子鼻咽喉镜各1条，视场角$\geq 110^\circ$，头端纤细，弯曲灵活，满足不同诊疗场景。监视器≥ 27英寸，高清分辨率，防眩广视角，支持画中画功能。五、耳石复位仪：适用于良性阵发性位置性眩晕诊疗及前庭功能辅助评估。设备可多维运动，角度、速度、加速度数字化控制；配备操控台、患者安全固定装置、红外眼震观察系统。具备常用前庭检测与康复功能，支持方案存储、数据回放与分析，配有应急安全保护装置，采用220V供电并配置UPS应急电源，安装使用便捷。质保大于等于1年。</p>
2							
3							
4							
5							