

采购清单

采购单位	西安市中心血站		备案函号	ZCBN-西安市-2026-01674			
项目名称	医学检验耗材						
政府预算资金	¥ 0.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
单位资金	¥ 0.00		保障性资金	¥ 1,174,741.00			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他医药品	医用棉签 自粘弹性绷带★ 一次性使用捆扎止血带 一次性无菌敷贴 创可贴 创口贴 血型凹纸板	259,885.00	1	批	259,885.00	1标段 1.1医用棉签 1.1.1) 规格: 50支/包, 长度≥10cm, 单棉头。 1.1.2) 材质: 医用脱脂棉。 1.1.3) 包装袋具有自封口功能, 打开包装直接使用。 1.1.4) 经消毒灭菌处理, 为无菌产品。 1.1.5) 产品名称、规格、生产厂商、生产日期、有效期标识清楚。 1.2 自粘弹性绷带 1.2.1) 采用无纺布(全棉)、天然乳胶材质, 符合环保要求。 1.2.2) 自身粘合, 不粘毛发、皮肤、衣物, 去除时无揭除疼痛。粘性好, 固定后不松、不脱、不移位、遇汗水不脱落。 1.2.3) 弹性良好, 拉伸度强, 可自行调节绷带松紧度。 1.2.4) 易手撕、易打开。柔软、舒适、透气性好。 1.2.5) 一次性使用。 1.2.6) 规格: 7.5cm×450cm ±0.5cm, 独立包装。 1.2.7) 经过消毒处理; 产品名称、规格、生产厂商、生产日期、有效期标识清楚。 1.3 一次性使用捆扎止血带 1.3.1) 材质: 医用级的热塑性弹性体(TPE)。 1.3.2) 规格: ≥ 2.2cm×35cm/条, 50条/盒。 1.3.3) 伸缩性强。 1.3.4) 长条扁平型, 点连叠型装盒, 可连续性抽取, 一次性使用。 1.3.5) 产品使用范围: 供医疗机构静脉采血一次性使用。 1.4 一次性无菌敷贴 1.4.1) 规格: ≥ 8cm×7cm ; 独立包装。 1.4.2) 材质: 医用胶带、吸水垫、离型

						<p>纸，具有防水性能。</p> <p>1.4.3) 具有特殊防粘结构。 1.5 创可贴</p> <p>1.5.1) 具有防水性能。 1.5.2) 规格：$\geq 7\text{cm} \times 1.8\text{cm}$，100片/盒。 1.5.3) 产品名称、规格、生产厂商、生产日期、有效期标识清楚。 1.5.4) 具有相关资质证明和检测检验报告。 1.6 创口贴</p> <p>1.6.1) 组成:创口贴是由医用胶带、敷垫、保护层构成。 1.6.2) 规格: 直径$22\text{mm} \pm 1\text{mm}$，100片/盒。 1.6.3) 产品名称、规格、生产厂商、生产日期、有效期标识清楚。 1.6.4) 具有相关资质证明和检测检验报告。 1.7 血型凹纸板</p> <p>1.7.1) 空白纸卡。 1.7.2) 适用于代替玻片，鉴定血型。 1.7.3) 规格: 30人份/张。 1.8 便携式氧气瓶 1.8.1) 便携式氧气瓶容量1L。 1.8.2) 铝合金瓶，罐体压力$1\text{MPa} \pm 0.1\text{MPa}$，兼顾医疗急救、高原应急、户外便携等场景，符合医用气体容器安全要求。</p>	
2	其他医药品	一次性使用采血护理包	540,000.00	1	批	540,000.00	<p>2标段 一次性使用采血护理包 2.1) 护理包组成: 每个护理包配有无菌垫巾1张、止血带1条 (其它名称均可，满足使用要求。)、止血贴1块 (其它名称均可，材质、尺寸、性能满足使用要求。)、大容量碘伏棉签≥ 3支、采血管固定胶贴一枚 (其它名称，有无敷芯均可。)、外包装防水，无需托盘。 2.2) 止血贴: 材质为医用胶带、吸水垫、离型纸，外尺寸$\geq 8\text{cm} \times 7\text{cm}$；$300\text{g}/\text{m}^2$，敷芯尺寸$\geq 3\text{cm} \times 3\text{cm}$；生物材料止血，弹性佳，粘度高，具有高防水性能，具有透湿性。具有特殊防粘结构。 2.3) 止血带: 厚度为$\geq 0.8\text{mm}$、无嗅无味的可降解环保复合乳胶，手感柔滑，拉伸强度$\geq 19.5\text{Mpa}$，扯断伸长力$\geq 700\%$，尺寸$\geq 45\text{cm} \times 2.5\text{cm} \times 0.08\text{cm}$。 2.4) 无菌垫巾为可降解环保无纺布，</p>

						<p>质软透气性好，尺寸≥30cm×30cm，各项指标满足FZ/T 64005-2011《卫生用薄型非织造布》的要求。 2.5) 为采血穿刺专门定制的大容量碘伏棉签，每只棉签有效碘含量≥0.5%，长度≥12cm，确保满足皮肤10cm×10cm的有效消毒面积。 2.6) 采血管固定胶贴一枚，规格≥9cm×3cm，不能单独包装，内含两条及以上固定胶条，中间有宜撕切口。 2.7) 护理包具有国家法定部门检查检验合格报告。 2.8) 采用医用纸袋包装，易撕开，符合医用卫生材料包装要求，不产生碎屑，环保卫生无二次污染，有消毒产品卫生许可证。 2.9) 规格：独立包装。</p>	
3	其他医药品	<p>一次性末梢采血器 ★ 一次性使用静脉采血针 一次性吸头 一次性使用吸管（滴管） 冷冻管（1.8mL） 20mL注射器 载</p>	374,856.00	1	批	374,856.00	<p>3标段 3.1 一次性末梢采血器 (1) 使用前后针尖隐藏不外露，防止刺伤。(2) 一次性使用，采血器在发射过后，针芯将被锁卡而无法再次处于发射状态，使用后针芯自动锁上。(3) 针头必须严格灭菌消毒。(4) 针头锋利，产品须为自带发射机构的采血器，高速发射穿刺。(5) 采血器有不同型号，可满足各种采血量需求。(6) 产品为末梢采血用，适用于血站快速血红蛋白、转氨酶、表面抗原检查等项目所需的人体指端末梢采血使用，一次采血量要求≥200 μl；(7) 灭菌方式：γ射线辐射灭菌，灭菌有效期≥3年。(8) 规格：50个/盒 3.2 一次性使用静脉采血针 (1) 规格：7# 针、单翼或双翼，100个/包。(2) 与真空采血管配套，供采集静脉血样用。(3) 材质：医用级聚氯乙烯弹性料。(4) 须灭菌处理，无菌、无毒、无热原。 3.3 软试管 (1) 产品名称、规格、生产厂商、生产日期标识清楚。(2) 塑料软试管大小12×104mm、±1mm。(3) 满足离心率2800-</p>

		玻片 软试 管 硬试 管 酶免 管 肝素管					3500转/分钟和实验使用要求，透亮。（4）规格：500支/盒。 3.4 硬试管 （1）产品名称、规格、生产商、生产日期标识清楚。（2）塑料硬试管大小12×75mm、±1mm。（3）满足离心率2800-3500转/分钟和实验使用要求，透亮。（4）规格：500支/包。 3.5 酶免管（1）规格：12×100mm（5ml），100支/盒。（2）安全帽颜色：紫色。（3）添加剂种类：EDTA K2。（4）试管材质：PET。 3.6 酶免管（1）规格：13×75mm（2ml），100支/盒。（2）安全帽颜色：紫色。（3）添加剂种类：EDTA K2。（4）试管材质：PET。 3.7 肝素管（1）规格：12×100mm为（5ml），100支/盒。（2）安全帽颜色：绿色。（3）添加剂种类：肝素钠。（4）试管材质：PET。
4							
5							