

项目编号：ZCYJ-2026015

岚皋县中医医院两专科一中心 医疗设备采购项目

招标文件

采 购 单 位：岚皋县中医医院

采购代理机构：安康致诚远景项目管理有限责任公司

二〇二六年九月

目 录

第一部分	招标公告
第二部分	投标须知前附表
第三部分	投标须知
第四部分	采购内容及要求
第五部分	合同主要条款
第六部分	投标文件格式

第一部分 招标公告

项目概况

岚皋县中医医院两专科一中心医疗设备项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）获取招标文件，并于 2026 年 10 月 27 日 16 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZCYJ-2026015

项目名称：岚皋县中医医院两专科一中心医疗设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：897900.00 元

采购需求：

合同包 1(岚皋县中医医院两专科一中心医疗设备项目)：

合同包预算金额：897900.00 元

合同包最高限价：897900.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)
1-1	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	采购两专科一中心医疗设备一批（11台）	1(项)	详见采购文件	897900.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自签订合同后 20 个日历日内完成全部货物的配送、安装调试工作

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(岚皋县中医医院两专科一中心医疗设备项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

（1）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；（2）《部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕

141 号)；(3)《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23 号)；(4)《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9 号)；(5)《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》(财库〔2019〕27 号)；(6)《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15 号)；(7)关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46 号)；(8)《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19 号)；(9)财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知(财库〔2022〕19 号)；(10)其他需要落实的政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1(岚皋县中医医院两专科一中心医疗设备项目)特定资格要求如下：

(1) 供应商必须是具有独立承担民事责任的能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照(或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证)；

(2) 法定代表人授权委托书、被授权人身份证(法定代表人参加投标时, 只需提供法定代表人身份证)；

(3) 财务状况报告：提供 2025 年度经审计的财务会计报告(至少应包含资产负债表、利润表和现金流量表)，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表；或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；

(4) 税收缴纳证明：自 2025 年 10 月 1 日以来至少 1 个月的纳税证明或完税证明(提供增值税、企业所得税至少一种)，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

(5) 社会保障资金缴纳证明：自 2025 年 10 月 1 日以来已缴存的至少 1 个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

(6) 参加政府采购活动前三年内(2023 年至今)，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(7) 投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明(格式自拟)；

(8) 投标人通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案

件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国”网站、中国政府采购网查询结果为准（投标文件中提供查询结果网页截图并加盖投标人公章，查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前，评标现场通过网站对信用记录进行核实）；

（9）投标人为代理商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证和制造厂商的医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证及医疗器械经营许可证；

（10）所投产品如属于医疗器械应出具产品对应类别的医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；

（11）本项目为专门面向中小企业项目，投标人应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。投标人为中小企业的，提供《中小企业声明函》；投标人为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投标人为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）；

（12）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2026年10月1日至2026年10月13日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午12:00:00至18:00:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）

方式：在线获取

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年10月27日16时00分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）投标供应商使用捆绑陕西省公共资源交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击“我要投标”并完善相关投标信息；（2）未完成网上投标成功

的或未在规定时间内在平台上下载文件，导致无法完成后续流程的责任自负；（3）本项目采用电子化投标方式，投标相关操作流程详见公共资源交易平台（陕西省·安康市）网站上的投标指南；（4）请各投标人获取招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购投标人库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：岚皋县中医医院

地址：岚皋县城关镇四坪路 12 号

联系方式：15291529599

2. 采购代理机构信息

名称：安康致诚远景项目管理有限责任公司

地址：陕西省安康市高新技术产业开发区天一城市之光 2 号楼 12204

联系方式：15114857491

3. 项目联系方式

项目联系人：寇小草

电话：15114857491

安康致诚远景项目管理有限责任公司

2026 年 9 月 30 日

第二部分 投标须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	采购人	岚皋县中医医院
2	采购代理机构	安康致诚远景项目管理有限责任公司
3	项目名称	岚皋县中医医院两专科一中心医疗设备采购项目
4	项目编号	ZCYJ-2026015
6	合同履行期限	自签订合同后 20 个日历日内完成全部货物的配送、安装调试工作。
7	付款方式	合同签订后 15 天内,甲方向乙方支付合同总价款 40%作为预付款,货物全部运抵甲方指定地点,经甲乙双方开箱核对数量、型号、外观、合格证、医疗器械注册证/备案凭证等,设备安装调试完毕,并按招标文件技术参数通过最终验收,且乙方完成甲方操作人员培训后,签署《验收合格证书》,甲方向乙方支付合同总价款的 60%,乙方提供保函履约质保服务约定。
8	投标保证金	本项目不设置投标保证金
9	投标有效期	投标文件递交截止时间起算,投标有效期为 90 日历天
10	资格证明文件	(1) 供应商必须是具有独立承担民事责任的能力的法人、其他组织或自然人,提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照(或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证); (2) 法定代表人授权委托书、被授权人身份证(法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证); (3) 财务状况报告:提供近 2025 年度经审计的财务会计报告(至少应包含资产负债表、利润表和现金流量表),成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债

	表；或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证； （4）税收缴纳证明：自 2025 年 10 月 1 日以来至少 1 个月的纳税证明或完税证明(提供增值税、企业所得税至少一种), 纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明； （5）社会保障资金缴纳证明：自 2025 年 10 月 1 日以来已缴存的至少 1 个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保障参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； （6）参加政府采购活动前三年内（2023 年至今），在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （7）投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）； （8）投标人通过“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、 重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国 ”网站、、中国政府采购网查询结果为准（投标文件中提供查询结果网页截图并加盖投标人公章，查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前，评标现场通过网站对信用记录进行核实）； （9）投标人为代理商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证和制造厂商的医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证及医疗器械经营许可证； （10）所投产品如属于医疗器械应出具产品对应类别的医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；
--	---

		(11) 本项目为专门面向中小企业项目，投标人应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。投标人为中小企业的，提供《中小企业声明函》；投标人为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投标人为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）； (12) 本项目不接受联合体投标。
11	采购方式	公开招标
12	评标办法	综合评分法
13	开标时间、地点	开标时间：2026 年 10 月 27 日 16 时 00 分 开标地点：安康不见面开标大厅系统（采用电子化投标及远程不见面开标方式）（如有变动，另行通知）。
14	招标文件递交截止时间	2026 年 10 月 27 日 16 时 00 分
15	评标小组构成	根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律规定组建评标小组。
16	现场勘察	1. 采购代理机构不组织统一现场勘察，由供应商自行安排。 2. 供应商勘察现场发生的一切费用自理，并自行负责在勘查现场发生的人员伤亡和财产损失。
17	答疑	如有疑问，投标人需书面提出，经采购人收集问题后，统一答疑。
18	其他说明事项	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 工业的划型标准为：从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

第三部分 投标须知

一、名词解释

- 1、采 购 单 位：岚皋县中医医院
- 2、监 督 机 构：岚皋县财政局
- 3、招标代理机构：安康致诚远景项目管理有限责任公司
- 4、标 书：招标文件与投标文件的统称
- 5、供 应 商：参加本次招标活动的的制造商或代理商

二、招标文件

- 1、招标文件包括目录中所列的六部分。

2、投标人应仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在投标文件中对招标文件的各方面都作出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

- 3、招标文件的澄清及修改

采购代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对投标人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认；不足十五日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 4、质疑提出与答复

（1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。属于采购程序问题的，向采购代理机构提出质疑；属于采购需求的（包括资质要求、技术指标、参数、评分办法等），应向采购人提出质疑；

（2）提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

（3）潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件（以供应商填写报名登记表的时间为准）起7个工作日内提出。

（4）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应包括下列内容：

- ① 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- ② 质疑项目的名称、编号；
- ③ 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- ④ 事实依据；
- ⑤ 必要的法律依据；
- ⑥ 提出质疑的日期。

（5）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。

（6）供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章并加盖公章。

（7）采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

（8）接收质疑函的方式和联系方式：

① 接收质疑函的方式：书面递交质疑函纸质版（当面递交）或 PDF 格式扫描件（发至电子邮箱），业务受理时间为工作日的 08:30 至 17:30。

② 联系方式

名称：岚皋县中医医院

地址：岚皋县城关镇四坪路 12 号

联系方式：15291529599

采购代理机构：安康致诚远景项目管理有限责任公司

地址：陕西省安康市高新技术产业开发区天一城市之光 2 号楼 12204

联系方式：15114857491

5、投诉：

（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。

（2）投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

- ① 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- ② 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- ③ 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- ④ 事实依据；
- ⑤ 法律依据；
- ⑥ 提起投诉的日期。

（3）投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（4）投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- ① 提起投诉前已依法进行质疑；
- ② 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号令）的规定；
- ③ 在投诉有效期限内提起投诉；
- ④ 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
- ⑤ 财政部规定的其他条件。

（5）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

6、各投标人应认真仔细阅读招标文件，如有问题或异议及时函告。否则，视为同意招标文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。

7、招标文件的解释权归招标代理机构。

三、投标要求

1、投标内容：

本次投标内容为岚皋县中医医院两专科一中心医疗设备采购项目。

2、投标资格要求：

（1）供应商必须是具有独立承担民事责任的能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；

（2）法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加投标时，只需提供法定代表人身份证）；

（3）财务状况报告：提供 2025 年度经审计的财务会计报告（至少应包含资产负债表、利

润表和现金流量表), 成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表; 或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证;

(4) 税收缴纳证明: 自 2025 年 10 月 1 日以来至少 1 个月的纳税证明或完税证明 (提供增值税、企业所得税至少一种), 纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明;

(5) 社会保障资金缴纳证明: 自 2025 年 10 月 1 日以来已缴存的至少 1 个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明, 单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明;

(6) 参加政府采购活动前三年内 (2023 年至今), 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

(7) 投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 (格式自拟);

(8) 投标人通过 “信用中国 ” 网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、 重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人, 将拒绝其参与政府采购活动; 以 “信用中国 ” 网站、中国政府采购网查询结果为准 (投标文件中提供查询结果网页截图并加盖投标人公章, 查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前, 评标现场通过网站对信用记录进行核实);

(9) 投标人为代理商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证和制造厂商的医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证; 投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证及医疗器械经营许可证;

(10) 所投产品如属于医疗器械应出具产品对应类别的医疗器械注册证或医疗器械备案凭证;

(11) 本项目为专门面向中小企业项目, 投标人应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。投标人为中小企业的, 提供《中小企业声明函》; 投标人为监狱企业的, 应提供监狱企业的证明文件; 投标人为残疾人福利性单位的, 应提供《残疾人福利性单位声明函》 (监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业);

(12) 本项目不接受联合体投标。

供应商要保证在投标文件中有上述资质扫描件并加盖公章。经审查不合格的供应商, 其响应文件按无效文件处理。

3、投标文件的编制

3.1 投标文件必须根据招标文件提供的内容及格式编制，并对招标文件做出实质性响应。

具体内容（包括但不限于）：

- （一） 投标响应函
- （二） 开标一览表
- （三） 投标人资格证明文件
- （四） 供应商概况
- （五） 招标文件确认书
- （六） 技术服务响应偏离表
- （七） 商务条款偏离表
- （八） 投标方案
- （九） 拟投入项目人员情况表
- （十） 投标人类似项目业绩表
- （十一） 供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺
- （十二） 其他证明资料

3.2 投标报价：

3.2.1 投标报价为完成本项目所要求货物、服务的全部内容、中标服务费及国家按现行税收政策征收的一切税费。

3.2.2 投标人须对采购内容要求进行完整报价。采购人拒绝只对部分采购内容要求进行报价的投标。投标人应在投标文件中的投标分项报价表上标明对本次招标拟提供货物、服务的单价和总价，任何有选择的报价将不予接受。

3.3 投标分项报价表上的的价格应按下列要求分项填写：

3.3.1 所供货物、服务的分项报价

3.3.2 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标报价中。

3.4 本项目采购最高限价为：897900.00 元，投标报价大于或等于采购限价的则视为废标。

3.5 投标人不得以低于成本的报价参加投标。当评标委员会认为某个投标人的投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，依据《关

于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序

3.5.1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50% 的，即投标（响应）报价 $\leq$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times 50\%$ ；

3.5.2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50% 的，即投标（响应）报价 $\leq$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times 50\%$ ；

3.5.3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价 $\leq$ 采购项目最高限价 $\times 45\%$ ；

3.5.4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

4、投标费用自理。

5、投标响应文件有效期为自投标之日起九十个日历天，中标供应商的投标响应文件有效期延长至合同执行完毕。

四、开标

1、招标代理机构组织招标、开标、评标工作，招标整个过程接受监督机构的监督。

2、评标委员会的组成及要求

为确保评标工作公平、公正，依法成立评标委员会。评标委员会由采购人及有关专家组成，专家比例不少于评委总数的三分之二。专家名单由有关方面在政府采购专家库中随机抽取。评标委员会成员应当遵守并履行下列职责义务：

2-1 遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价；

2-2 要求投标人对投标文件有关事项作出解释或澄清；

2-3 按照招标文件的要求和评标标准进行评标，推荐中标候选人名单，对评审意见承担个人责任；

2-4 对评标过程和结果以及投标人的商业秘密保密；

2-5 参与评标结果报告的起草；

2-6 配合招标人、招标代理机构答复投标人提出的质疑；

2-7 配合有关部门处理投诉工作；

3、招标代理机构在规定的的时间和地点组织公开开标，投标人须委派代表参加，并签名

报到以证明其出席。

4、开标时，招标代理机构以公开唱标的形式将投标报价表的内容公布。

5、开标结束到向中标单位授予合同期间，凡与审查、澄清、评价和比较评标的有关资料及评审意见等内容，评标委员会均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

6、最低报价不作为唯一中标原则。

五、安康市公共资源交易平台全流程电子化政府采购项目内容（此项内容请着重阅读）

1、关于需要特别提醒供应商的内容

1.1、本项目采用电子化投标的方式投标供应商须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时请务必携带数字认证证书，如因供应商自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

1.2、制作电子投标文件

投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”

1.3、递交电子投标文件

登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

2、关于报名

2.1 投标供应商使用捆绑陕西省公共资源交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击“我要投标”并完善相关投标信息；

2.2 投标供应商须在招标文件发售截止前登录电子交易平台下载电子招标文件，未完成网上投标成功的或未提供授权信息或未在规定时间内在平台上下载文件，导致无法完成后续流程的责任自负；

2.3 本项目采用电子化投标的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；

2.4 电子招标文件技术支持：4009280095、4009980000。

3、关于文件的制作和签名

3.1. 编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

（1）电子招标文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）；

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

（2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)》，下载网址：

<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20180827/c8c8fb15-a7cc-4011-a244-806289d7cf3b.html>，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》，下载网址：

<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20170821/c3afa05b-f5e6-4e64-9fb0-e397ef73413d.html>；

（3）制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

4、关于响应文件递交与解密

4.1. 文件递交

（1）电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

4.2. 文件开启与解密

4.2.1 采购代理机构组织开标、文件开启、评审工作，开标整个过程接受监督部门的监

督。

4.2.2 采购代理机构在规定的的时间和地点组织开标，响应供应商须委派代表参加，参加谈判的授权代表在不见面开标大厅签名报到以证明其出席。

(1) 不见面开标系统：打开页面网址 <http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login> 选择点击右上角“登录”，在左侧选择“投标人”身份，登录地区选择“安康市不见面开标”插入 CA 锁登录，输入密码后，点击“登录”，投标人登录之后可以看到当前投标人今日开标项目：1、选择要开标的项目，点击进入，页面首先阅读开标流程，点击“我已阅读”进入开标大厅，点击“取消”返回项目列表页面。

(2) 开标签到：投标人等待开标时需要签到，等候开标。请在开标前完成签到，开标时间到了之后就不能签到；点击页面上“签到”按钮进行签到，开标前 60 分钟可以签到。签到成功之后，按钮灰化，无需再次签到，同时第一个座位图右下角出现绿色√。

(3) 开标时，供应商须使用电子响应文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）自行解密电子响应文件，系统默认解密时长为 60 分钟，供应商需在解密时间规定内完成文件解密。

(4) 解密成功后，依次导入投标企业电子投标文件。

(5) 采购代理机构将在开标会议现场做会议记录，会议记录包括按本项目开标会议的全部内容。

4.2.3 在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

(1) 供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；

(2) 因供应商自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

(3) 上传的电子投标文件无法打开的；

(4) 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

4.2.4 特殊情形下的应急处置

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，代理机构应及时与公共资源交易中心工作人员联系，故障在 2 小时内可修复的，可延续电子开标评标流程；2 小时内无法修复的，由采购人根据《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法（试行）》的通知选择处理方法。

六、评标

1、 采购人将审查资格证明文件是否齐全有效。

资格性审查	序号	审查因素	审查标准
	1	有效的主体资格	供应商必须是具有独立承担民事责任的能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；
	2	授权委托书	法定代表人授权委托书、被授权人身份证(法定代表人参加投标时, 只需提供法定代表人身份证)；
	3	财务审计报告	提供 2025 年度经审计的财务会计报告(至少应包含资产负债表、利润表和现金流量表)，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表；或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；
	4	税收缴纳证明	自 2025 年 10 月 1 日以来至少 1 个月的纳税证明或完税证明(提供增值税、企业所得税至少一种), 纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；
	5	社会保障资金缴纳证明	自 2025 年 10 月 1 日以来已缴存的至少 1 个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；
	6	无重大违法违纪的书面声明	参加政府采购活动前三年内（2023 年至今），在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
	7	履约能力声明	投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）；

	8	主体信用查询记录	投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国”网站、中国政府采购网查询结果为准（投标文件中提供查询结果网页截图并加盖投标人公章，查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前，评标现场通过网站对信用记录进行核实）；
	9	资质要求	投标人为代理商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证和制造厂商的医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证及医疗器械经营许可证；
	10	产品资质	所投产品如属于医疗器械应出具产品对应类别的医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；
	11	中小企业声明函	本项目为专门面向中小企业项目，投标人应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。投标人为中小企业的，提供《中小企业声明函》；投标人为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投标人为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）；
	12	非联合体投标	本项目不接受联合体投标，提供非联合体投标声明。
	注：以上资料审查不合格将视为非响应投标。		
符合性	1	投标人名称	与营业执照、税务登记证和组织机构代码证一致
	2	项目名称、项目编号	本项目完全一致

审 查	3	投标文件的签署、盖章	签署、盖章均符合招标文件要求，且无遗漏。
	4	投标有效期	符合招标文件要求
	5	投标报价	符合招标文件规定
	6	服务期	符合招标文件要求
	7	其他	没有出现法律法规或招标文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形。

1.1 评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。重大偏离或保留是指实质上影响供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或供应商的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受将影响供应商的综合得分。评标委员会只根据投标文件本身的内容确定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

1.2 如发现下列情况之一的，将视为非响应：

- (1) 投标文件无供应商公章、无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的；
- (2) 提供的必备资格证明文件不全、无效或达不到招标文件规定要求的；
- (3) 投标有效期不足的；
- (4) 供应商不接受相关规定的或投标文件附有采购人不能接受的条件的；
- (5) 工期或付款支付方式不满足文件要求的；
- (6) 供应商提供虚假证明资料，除按无效标处理外，还将上报政府采购管理部门按照有关规定进行处罚；

1.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

1.4 评标委员会将只对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- 1) 投标报价表中内容与投标文件投标分项报价表内容不一致的，应以投标报价表为准；

2) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

1.5 评标委员会将按上述修正错误的原则调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2. 投标文件的详细评审

2.1 评标委员会将按照第 22 条规定只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行详细的评价和比较。

3、评标办法及内容

序号	评审要素	分值	赋分标准
1	投标报价	30 分	以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分 30 分,其他供应商的价格分按照下列公式计算: 投标报价得分= (评标基准价/投标报价) × 30 注: 投标报价明显低于其他投标人, 经评标委员会质询后不能再规定时间内说明理由, 或说明理由但评标委员会认为理由不能成立的, 客观上形成不良竞争, 按无效标处理。
2	商务响应	5 分	经过有效性和符合性审核合格的投标人, 对付款、交货期、验收等合同主要条款进行响应, 完全响应且逐项详细说明了的计 5 分, 未做详细响应的, 每缺一项扣 1 分, 扣完为止。
3	产品性能及指标	35 分	据投标人对所投产品技术参数的响应情况进行评审: 完全符合、响应招标文件要求, 没有负偏离计 35 分; 核心参数每负偏离一项扣 4 分, 其他每负偏离一项扣 2 分, 扣完为止。注: 投标人应提供充足的佐证材料 (如: 经厂家确认的销售授权委托书、产品彩页、 检测报告、技术白皮书等证明材料, 证明资料须加盖生产厂家公章) 予以佐证, 佐证材料应编制在投标文件中, 供应商自行承担因证明材料不全面被视为技术参数偏离的风险。

4	项目实施方案	20 分	提出针对本项目的项目实施方案，内容包括但不限于：①供货及安装 方案；②配套服务方案；③验收方案；④培训方案；⑤售后服务方案。 评审依据：各项内容全面详细、阐述条理清晰、对评审内容中的各项要求有详细描述及说明得 20 分，每有一项缺项扣 4 分，每有一项内 容存在一处缺陷扣 0.5 分，扣完为止。 备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的 等任意一种情形。
5	业绩	10 分	提供核心产品（下肢外骨骼步行康复器）2024 年 10 月 1 日以来所投产品同型号的业绩证明材料。 评审依据：以加盖公章的采购合同复印件为准，合同至少需包含合同首页、产品清单页、签章页及合同编码，以备现场核查。核心产品出具一个有效合同得 2 分，满分 10 分。 注：业绩认定时间以合同签订时间为准
备注： 1、投标人的招标响应文件中必须提供与以上评分因素相关的证明材料。如果有弄虚作假的，评标委员会将取消其招标资格。			

采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分顺序推荐中标候选人。具体评审因素和分值如下。

6. 本项目落实政府采购政策

6-1 投标企业政府采购政策

（1）中小企业落实政府采购政策

①财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知——财库〔2020〕46 号。提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

②投标人须提供《中小企业声明函》，以此为依据享受政府采购政策。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：“工业”。

（2）监狱和戒毒企业落实政府采购政策

监狱和戒毒企业应符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》—财库[2014]68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明，开标时提供原件备查。

（3）残疾人福利性单位落实政府采购政策

①残疾人福利性单位应符合财库〔2018〕141号规定，提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

②投标人须按照财库〔2018〕141号规定，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。以此为依据享受政府采购政策。

③中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（4）投标人应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

6-2 投标产品政府采购政策

（1）节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

（2）环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

（3）投标人在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品优惠明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予优惠。

（4）若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

（5）同一标段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于清单内的非强制类产品进行优惠，强制类产品不给予优惠。

（6）节能、环保、环境标志产品不重复优惠；同时列入国家级清单和省级清单的产品不

重复优惠。

(7) 获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。

6-3 价格优惠比例

(1) 投标企业优惠比例符合招标文件规定的小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位优惠条件的投标人，价格给予 10% 的扣除（不重复优惠，最高为 10%），用扣除后的价格参与评审，不重复享受政策。

(2) 投标产品优惠比例投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，符合招标文件要求的，价格给予 6% 的扣除（不重复优惠，最高为 6%），用扣除后的价格参与评审，不重复享受政策。

七、政府采购信用担保及融资

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库〔2011〕124 号文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23 号文件，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。投标供应商在缴纳投标保证金及中标供应商缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标（成交）供应商如果需要融资贷款服务的，可凭中标（成交）通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购网(www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)重要通知专栏中查询了解。

八、推荐中标候选人单位

评标小组根据以上内容进行综合打分，由高到低进行汇总排序，推荐出一个以上三个以下中标候选人单位。

九、确定中标单位

1、依据评审结果编写评标结果报告，送招标单位。

2、在投标文件规定的有效期内，招标人在审查评标结果报告的基础上确定中标单位，招标组织单位向确定的中标单位发出“中标通知书”。

十、合同

1、中标通知书发出后，中标单位与招标人洽谈合同条款，并签订合同。招标文件及中标单位投标文件均作为合同的组成部分。

2、监督机构在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、招标内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

十一、中标服务费

成交服务费参照国家发展和改革委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）计取，由中标单位支付。

十二、其它事项

1、开标时，实际投标单位或有效投标单位不足三家，报请有关监督部门确定，可以进行重新招标或采用其他采购的方式组织招标。

2、定标或确定中标单位后，中标单位无正当理由拖延或拒签合同，采购人有权取消其中标资格，并按评标结果顺序重新确定中标单位，同时报请监督机构予以通报，取消其进入政府采购市场的资格，其投标保证金不予退还。

3、拒绝商业贿赂

投标人必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见投标格式第六部分）编制在投标文件中。

4、公开招标拟转为竞争性谈判程序

招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构依据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十七条第二款规定并经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购，具体程序如下：

4.1 谈判小组

（1）原公开招标组建的评标委员会现转为谈判小组。

（2）谈判小组负责谈判工作，对谈判响应文件进行审查和评估，并向采购人提交书面提交评审报告，推荐成交候选人。

4.2 谈判程序：

谈判的全过程分为第一次谈判报价（原参加公开招标的投标供应商的投标报价作为第一次谈判报价）、资质审查、谈判过程、第二次谈判报价、最终评审等阶段，最终报价采取集中报价形式。

通过资质审查合格的各供应商，只有在谈判响应文件（原参加公开招标的投标供应商的投标文件作为谈判响应文件）及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的才有最

终报价和评审的机会。谈判小组按其最终承诺和报价内容，推荐成交候选单位排序。

（1）第一次报价：原参加公开招标的投标供应商的投标报价作为第一次谈判报价

（2）符合性评审：主要对各供应商资格以及谈判响应文件进行商务和技术符合性的审定。

（3）谈判过程：谈判小组应在符合性评审的基础上对各供应商的谈判响应文件认真阅读，并对采购内容等有关要求进行谈判

① 谈判方案（原投标方案）

② 服务措施

③ 综合评定，推荐候选成交单位。

④ 谈判澄清：采购代理机构有权就谈判响应文件中有疑义之处或前后表述不一致的问题，向供应商提出询问或澄清。供应商必须在谈判文件规定的时间内派技术和商务人员进行澄清，有关澄清的内容应以书面形式（包括电传、传真）提交，并由供应商法定代表人或被授权人签名确认。

（4）第二次谈判报价

通过资质审查合格，供应商的谈判响应文件及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的，在规定的时间内报出第二次谈判报价。

（5）最终评审

谈判小组根据符合采购需求、质量和服务，以综合评审有效报价（第二次谈判报价）最低者推荐为成交第一候选人，其次低价者第二候选人，以此类推。若成交候选人的报价相同时，谈判小组将分别依次序以：技术方案、商务响应的优劣的原则，确定成交候选人排序。

29.3 谈判小组根据原始谈判记录和谈判结果编写谈判结果报告，报采购人。

5、财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

第四部分 采购内容及要求

序号	设备名称	数量	参数要求
1	电子直乙结肠镜	1	1. 主要用于观察检查和诊断肛门至乙状结肠下段约 200mm 肠道并提供图文报告。 2. 主要技术规格及系统概述： （一）成像系统 1. 固态光电传感器（前置镜头），摄像机分辨率：$\geq 8\text{LP/mm}$； 2. 视频输出：通道接口，可连接医用监视器和其他微型计算机系统 （二）光源系统 1. 检查灯：前置 LED 照明灯； 2. 视场角：$\geq 45^\circ$（$\pm 15^\circ$）； 3. 视向角：$\geq 9^\circ$（$\pm 2^\circ$）； 4. 使用寿命：≥ 10 万小时； 5. 使用年限：≥ 6 年； 6. 色温：$\geq 3000\text{K}$； 7. 光照强度：$\geq 3500\text{lux}$，可调节； 8. 工作长度：$\geq 14 \times 200$（L）mm （三）显示器尺寸≥ 19 寸； 2. 显示分辨率$\geq 1280 \times 1024$； 3. 操作系统：Windows10 以上。 （四）汽通道： 具有充气功能，用于循腔进镜； （五）清洗与消毒：无需清洗消毒，一次性护套将内窥镜与肠腔完全隔离，避免交叉感染。 （六）图文工作站 1. 操作系统：$\geq \text{win10}$； 2. CPU:5 核及以上； 3. 内存：$\geq 16\text{G}$； 4. 高分辨率同步显示实时动态影像； 5. 具有备份、查询统计、图像病例管理、设定报告审核功能； 6. 可实现患者年龄的检索； 7. 具备诊断词库，影像所见、影像诊断，在修改后可一键存为诊断词库； 8. 可自定义检查的项目输入； （七）一次性内窥镜护套及扩肛器 受检者可以随到随查；检查时使用一次性保护套，一人一管，避免交叉感染。 1. 护套头端直径：$\leq \Phi 20\text{mm}$ 2. 有效工作长度：$\geq 200\text{mm}$； 3. 水通道：用于检查过程中冲水 气通道：在检查时冲气。用于膨胀腔道，给手柄进入提供宽阔的空间，提高进镜安全性。 中心通道：此为工作通道，在影像系统引导下可以进行活检、电烙、电凝、息肉勒除等。
2	电 刀	1	一、六种输出模式： ①切割、②混切 1、③混切 2、④电凝 1、⑤电凝 2、⑥双极电凝 二、功能特点：

		1、★具有记忆功能，重新启动开机时出现上次使用功率设定值。 2、具有中性电极接触质量监测电路，可以检测极板和病人接触面积，系统检测评估极板与皮肤的有效接触面积，一旦发现接触面积下降到危险水平，系统自动切断输出，并报警提示。可以检测使用单极、双极负极板。 3、★具有自动补偿功能，稳定输出功率，使损耗降至最低。 4、可做水下切割，包括富脂区的组织切割。 5、可以配合氩气系统、内镜、宫腔镜等使用。 6、高清晰大数码显示。 7、具有自动监测并错误提示功能。 8、输出功率可手动调节。 三、技术参数： 1、环境温度范围：5 °C ~ 40 °C； 2、相对湿度范围：≤80%； 3、大气压力范围：86.0 ~ 106.0kpa； 4、电源：220V±22V，50Hz±1； 四、额定输出功率： a) 切割 1W ~ 350W（负载 500 Ω） b) 混切 1：1W ~ 200W（负载 500 Ω） c) 混切 2：1W ~ 150W（负载 500 Ω） d) 电凝 1：1W ~ 120W（负载 500 Ω） e) 电凝 2：1W ~ 100W（负载 500 Ω） f) 双极电凝：1W ~ 70W（负载 200 Ω） 整机功耗：≤1000VA。（切割功能 350W） 五、标准配置： <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>名称</th><th>数量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>高频手术电极</td><td>五把</td></tr> <tr> <td>2</td><td>中性电极</td><td>十片</td></tr> <tr> <td>3</td><td>中性极板连接线</td><td>一条</td></tr> <tr> <td>4</td><td>双脚踏开关</td><td>一个</td></tr> <tr> <td>5</td><td>双极电凝镊子及连线</td><td>一套</td></tr> <tr> <td>6</td><td>电源线</td><td>一条</td></tr> <tr> <td>7</td><td>保险管</td><td>二个</td></tr> <tr> <td>8</td><td>说明书（保修单）</td><td>一本</td></tr> <tr> <td>9</td><td>合格证、装箱单</td><td>一套</td></tr> </tbody> </table>	序号	名称	数量	1	高频手术电极	五把	2	中性电极	十片	3	中性极板连接线	一条	4	双脚踏开关	一个	5	双极电凝镊子及连线	一套	6	电源线	一条	7	保险管	二个	8	说明书（保修单）	一本	9	合格证、装箱单	一套
序号	名称	数量																														
1	高频手术电极	五把																														
2	中性电极	十片																														
3	中性极板连接线	一条																														
4	双脚踏开关	一个																														
5	双极电凝镊子及连线	一套																														
6	电源线	一条																														
7	保险管	二个																														
8	说明书（保修单）	一本																														
9	合格证、装箱单	一套																														
3	▲下肢外骨骼步行康复器	1 技术参数要求： 1、适用范围： 1.1、用于中枢神经病变导致的双下肢步行功能障碍患者进康复训练。 1.2、★设备适配身高范围：1.5m-1.9m，允差±10%。 2、产品组成：主体组成为外骨骼主体、动力电池、动力电池充电器、辅助支撑装置和配件组成。 3、吊架参数要求： 3.1、吊架最大支撑高度≥1300mm，允差±50mm。 3.2、吊架最小支撑高度≥720mm，允差±50mm。 3.3、吊架最大转向宽度≥1500mm，允差±50mm。 3.4、吊架负载≥150kg。 4、腿长调节：																														

		4.1、大腿长度可自动调节，调节范围不少于400mm~500mm，允差±20mm。 4.2、★小腿长度可自动调节，调节范围不少于410mm~580mm，允差±20mm。 4.3、设备可电动调节大腿长度或小腿长度。 4.4、★设备主机带有屏幕，可通过屏幕自动进行大腿和小腿长度调节。 4.5、★腿长初次调节后数据会被主机存储，再次登录后无需再次调节参数。 4.6、用户登录设备后，设备会根据当前用户信息自动调节大小腿长。 5、胯部调节： 5.1、胯部可调宽度范围不少于380mm~470mm，允差±20mm。 5.2、胯部深度尺寸≥200mm，允差±20mm。 6、主机屏幕： 6.1、屏幕可见下肢外骨骼步行康复器剩余电量。 6.2、当屏幕显示电量低至20%时，设备语音提醒。 6.3、当屏幕显示电量低至10%时，设备有语音和提示灯提醒。 6.4、开机自检正常，屏幕自动跳转至医生登录界面。 6.5、开机自检过程未通过，屏幕显示本次开机检查出的问题。 6.6、医生可使用手机扫描二维码完成注册登录。 6.7、医生和患者登录设备方式不少于三种。 6.8、训练过程中可在背包屏幕的设置界面进行对应的参数修改。 7、行走速度调节： 7.1、行走速度可调节。 7.2、★行走速度范围不小于1s/步-5s/步。 7.3、步速可调范围≥2档。 8、步长调节： 8.1、单步步长可调节。 8.2、默认单步步长为30厘米，允差±20% 8.3、单步步长可调范围≥2档。 9、训练模式： 9.1、被动模式。 9.2、★包含自然和流畅两种步态。 9.3、包含初级、中级和高级三种步态模式。 10、关节运行角度： 10.1、髋关节最大屈曲角度不少于120°±5°。 10.2、髋关节最大伸展角度不少于40°±5°。 10.3、膝关节最大屈曲角度不少于120°±5°。 10.4、膝关节最大伸展角度不少于5°±5°。 10.5、踝关节最大运行角度不少于30°±3°。 10.6、关节最大驱动力矩不少于180Nm。 11、动力电池： 11.1、电池容量≥5Ah。 11.2、充电时间≤3小时。 11.3、设备单块动力电池续航能力≥5小时。
--	--	--

			11.4、设备电池采用插拔设计，可快速从设备主机上手动分离，设备电量不足可随时更换。 12、上机下机时间要求：穿脱时间≤3分
4	认知能力测试与训练仪	1	一、应用范围：针对认知损害进行全面评估与训练，包括各种筛查测验以及覆盖5大模块（注意、记忆、计算、思维、知觉等） 二、主要技术参数 1、可储存上百万条以上的病历信息以及评估治疗数据。可进行病历建档功能，包含患者各种基本信息和临床诊断等相关信息。可以浏览、检索、添加、删除患者病历信息。选中某个患者进入训练系统，可对其进行分模块管理。 2、可查看患者基本信息、患病症状以及病情发展情况、治疗计划、排班情况、评估结果以及训练报告等。方便治疗师根据病程发展情况制定精准的训练方案以及学术交流和共享。 3、记录患者训练数据，可实时查看训练记录，训练报告。支持导出PDF格式报告或打印患者的训练报告数据。 4、支持自动生成患者可视化训练数据统计分析，以图和表形式从训练时长、训练成绩、反应时间、到达等级、进步情况等方面显示训练情况及趋势。 5、提供心理学和认知康复相关量表，评估量表至少30个以上，包括认知、注意力、记忆力等多方面能力的测试评定，并得出相应的评估报告。 6、可记录患者所有评估数据，可随时查看每次的评估记录和评估报告。支持打印评估报告和可生成PDF格式文件。 7、★系统可根据评估结果提供推荐训练方案，治疗师也可自定义制定训练方案，根据患者情况进行个性化选择。 8、★训练项目数量80个以上，包括5大能力：计算训练、思维训练、知觉训练、记忆训练和注意力训练。训练项目1-10个等级不等，可设置难度等级。 9、计算训练应包含不少于4个子训练类型，至少包含数字与顺序、加减法、数量与比较、应用计算。 10、思维训练包含不少于3个子训练类型，至少包含逻辑推理、分类判断、综合分析。 11、知觉训练包含不少于4个子训练类型，至少包含视空间关系、视觉完型、视觉扫描、视觉记忆。 12、记忆训练包含不少于4个子训练类型，至少包含短期记忆、记忆广度、空间记忆、听觉记忆。 13、注意力训练包含不少于4个子训练类型，至少包含注意力广度、持续注意力、注意力分配、集中性注意力。 14、眼动训练：系统内置眼动训练模块，可针对注意力障碍、知觉障碍和计算障碍等进行康复训练。

			15、眼动追踪训练时,可以实时绘制眼球的运动轨迹,根据眼动频率分析训练者的专注度,以可视化波动曲线实时反馈。 16、★眼动评估:系统内置眼动评估模块,可针对注意力障碍、执行能力、反应抑制、单侧忽略、阅读障碍、视觉跟踪进行辅助评估。评估项目不少于7项,评估结束后可给出图形化的评估报告,并支持回看评估记录。 17、具有结局管理模块,可按照所选条件(比如年龄、性别、教育程度、就诊信息)进行检索,检索后可查看所检索出的患者各项数据,包括数据概况、病历详情、评估报告、训练报告。 18、系统配备的屏幕支持多点式触摸操作。 19、软件可以通过系统设置控制音量以及训练方案时长的参数。 20、软件可进行排班管理,设置排班相关参数,保证资源最大利用率。 21、≥15寸触摸屏,支持多点式触摸操作,屏幕分辨率不小于1920*1080。 22、背部设有可调支架,可调节显示器倾斜角度。 23、工作电压:220V,50Hz;功率:≥50VA。 24、电脑参数:CPU性能不低于英特尔酷睿i5同等性能;主流操作系统,内存不小于8GB,硬盘不小于256GB。 25、材质:ABS。重量:≤6KG。尺寸:高≤500mm,宽≤70mm,长≤550mm。 26、专用软件质量要求符合GB/T 25000.51-2016标准要求。 三. 产品标准配置 <table><tr><td>1、设备主机</td><td>1套</td></tr><tr><td>2、内置高性能电脑一体机</td><td>1台</td></tr><tr><td>3、内置专用训练软件系统</td><td>1套</td></tr><tr><td>4、眼动追踪仪</td><td>1套</td></tr></table>	1、设备主机	1套	2、内置高性能电脑一体机	1台	3、内置专用训练软件系统	1套	4、眼动追踪仪	1套
1、设备主机	1套										
2、内置高性能电脑一体机	1台										
3、内置专用训练软件系统	1套										
4、眼动追踪仪	1套										
5	成人电动起立床	1	技术参数: 1、正常工作条件: a)温度:5℃~40℃; b)相对湿度:≤80%; c)大气压力:860hPa~1060hPa;允差±10% d)电源:A.C. 220V,50Hz; e)功率:≥500VA 2、床面尺寸:1870±100(mm)×630±60(mm); 3、床面最低高度:580±60(mm); 4、最大安全载荷≥150kg; 5、站立角度的设置范围为0°~75°,最大角度误差±5°;背板可调节至与水平面的夹角≤85%; 6、连续可调的扶手桌面,方便不同体型的使用者。 扶手桌面尺寸:740±60(mm)×380±50(mm);扶手桌面上下调节行程≥1000(mm),扶手桌面前后调节行程≥130(mm) 7、配备两个独立可调的踝关节矫正踏板								

			脚托板尺寸：340±50（mm）×165±50（mm） 左右翻：在-35° ~ +35° 范围之内，上下翻在-20° ~ +40° 范围之内； 8、可通过手控开关控制床面倾斜角度，按压手控器按钮的力≤5N，手控器按钮表面尺寸，直径≥15mm，各按钮之间的距离>10mm； 9、★电动起立床的床板从水平到直立位置时的运行时间≥30s； 10、脚轮能可靠定位，脚轮移动<10mm； 11、电动起立床工作噪音应≤65dB(A)； 12、该站立床有急停开关，在紧急情况下可按下急停开关，中断所有电动机构的动作；
6	神经机电刺激仪	1	技术参数： 1、工作条件： a) 环境温度 5℃~40℃； b) 相对湿度 ≤80%； c) 大气压范围 860hPa~1060hPa；允差±10% d) 电源 AC220V 50Hz； e) 输入功率： ≥50VA； 2、台式机设计，小巧便携，可选配推车结合使用； 3、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现； 4、不少于四通道 8 路电极独立输出； 5、★具有失载显示，用于判断电极线和电极连接回路是否断路； 6、输出脉冲波形为双向不对称方波。 7、可选择治疗处方，两种档位可选，可根据情况选择对应的模式，再进一步调节； 8、脉冲频率： 第 I 档：输出脉冲频率为 500Hz，周期 2ms；调制波频率为 0.5Hz~5Hz，周期 0.2s~2s； 第 II 档：输出脉冲频率为 0.5Hz~5Hz，周期 0.2s~2s；允差为每档最高频率的±15%。 9、脉冲宽度： 第 I 档：输出脉冲宽度为 1ms，调制波宽度为 10ms； 第 II 档：输出脉冲宽度为 10ms。允差±30%； 10、输出强度：500Ω 负载下 0mA~100mA 连续可调，步进 1mA，最大输出值允差±30%； 11、治疗时间：5min~30min 连续可调，步进 1min，允差±10%，到时后有声音报时； 12、连续工作时间≥4h；
7	经皮电刺激仪	1	技术参数： 1、工作条件： 1) 环境温度 10℃~40℃； 2) 相对湿度 ≤80%； 3) 大气压范围 860hPa~1060hPa，允差±10% 4) 电源 220V±10% 50Hz±2% 5) 输入功率 ≥ 65VA 2、高清触摸屏操作加一键飞梭的操作模式，既

			能通过飞梭调节各个治疗参数,也可通过触控按压, 长按屏幕快速调节; 3、柜式一体机型, 推车设计带锁止万向轮, 各种角度灵活转动; 4、不少于三通道, 各个通道的参数能单独调节; 5、输出波形: 双向不对称方波; 6、★不少于三种输出模式: 各个模式输出波形可显示; 7、脉冲宽度: $20\mu s \sim 500\mu s$, 步距 $1\mu s$, 允差 $\pm 20\%$; 8、脉冲频率: $2Hz \sim 160Hz$, 步距 $1Hz$, 对应的周期 T 为 $6.25ms \sim 500ms$, 允差为 $\pm 20\%$; 9、输出电流: 在 $1K\Omega$ 负载阻抗时, 输出电流的峰值 I_p 从 $0mA \sim 100mA$ 连续可调, 最大输出值允差 $\pm 30\%$; 10、治疗时间: $5min \sim 30min$ 分档可调, 允差 $\pm 10\%$; 11、治疗仪连续工作时间 $\geq 4h$; 12、开机或治疗结束有提示功能;
8	中药熏蒸床	1	技术参数: 1、工作条件: a) 环境温度: $5^{\circ}C \sim 40^{\circ}C$; b) 相对湿度: $10\% \sim 80\%$; c) 大气压力: $860hPa \sim 1060hPa$; 允差 10% d) 电源适应范围: $AC\ 220V \pm 22V$, $50 \pm 1Hz$; e) 输入功率: $\geq 1500VA$ 2、设备属于 I 类 B 型设备; 3、产品结构: 躺式; 4、数字显示功能: 液晶触摸屏, 治疗过程中所设置的参数以及运行信息都通过数字显示; 5、★自动控温: 启动治疗后, 当舱内温度低于设定温度时启动加热, 当高于设定温度时停止加热, 使舱内温维持在设定值附近, 温度设定范围为 $35^{\circ}C \sim 45^{\circ}C$ (任意设定), 误差 $\pm 5^{\circ}C$; 6、熏蒸温度均匀性 $\leq \pm 5^{\circ}C$, 熏蒸温度稳定性 $\leq \pm 5^{\circ}C$; 7、自动控时: $1min \sim 99min$ 任意设定, 当完成熏蒸时间时, 停止输出蒸汽, 并有声音提示; 8、自动控送中药蒸汽: 当启动治疗后, 将自动启动蒸汽输出; 9、自动防止干烧: 水槽液位低于防干烧装置时, 不能加热; 并有提示信息; 10、超高温自动断电保护功能: 两路独立的超温保护装置 a) 当容器内溶液超过 $90^{\circ}C$ 时, 第一路保护装置应启动, 停止加热。当温度降低到设定值以下后可以恢复加热。 b) 如果第一路保护装置失效导致患者皮肤温度升高至 $50^{\circ}C$ 时, 第二路保护装置应立即启动, 切断加热装置的电源;

			11、在患者易触级的位置设有切断加热电源的装置，并有声光提示装置； 12、治疗舱可以由患者自行打开； 13、音乐播放功能，启动治疗设备后可开启音乐播放功能； 14、药蒸：具有中药熏蒸治疗及热疗作用； 15、缺液报警功能：缺液（或水量不足）超过20s时，熏蒸机会发出“滴滴滴”警告声。
9	深层肌肉电刺激仪	1	技术参数 1、电池容量（$\geq 2500\text{mAh}$）； 2、转速：400~4500rpm连续可调，点动按键（“+”“-”）电机速度步进100rpm；长按按键（“+”“-”）电机速度步进10rpm。 3、按摩头不少于20种。 4、显示方式：具备清晰的显示方式。 5、振动幅度：$\geq 6\text{mm}$； 6、工作时间：$\geq 10\text{min}$ 7、充电器类型：DC插口； 8、具有电机过载保护。
10	内热式针灸治疗仪	1	技术参数： 1、供电电源：AC220V 50Hz 2、温度测量范围：$30^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ 3、温度测量精度：$\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ 4、温度设置范围：$38^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ 5、控温定时时间：60s~1800s 6、具备自动控制的人机界面，≥ 6寸液晶显示屏，≥ 28路针，每一支针温度分颜色、分区域直观时时液晶显示，各种操作用手轻轻点触即可实现。 7、针体功能端恒温发热，实现针与灸的完美结合，对浅层及深层病灶炎症兼顾治疗。 8、≥ 28路针，具备安全保护功能和合理的温度设置范围，安全温度设定不超过50°C，确保患者治疗中不被灼伤，安全有效。 9、★≥ 28路针，单针具备时时测温、显温功能，每一路内热针都含有温度传感器，每一路内热针均可单独加热、测温、显温，温度时时检测，温度值真实显示，测温精度$\pm 1.0^{\circ}\text{C}$。 10、内热针温度设置，可以统一设置同一温度，每8路内热针可以单独设置不同的治疗温度，满足临床治疗不同温度的需要。 11、具备二线制测控温技术，仅利用两根导线即可实现温度测量、温度显示、温度控制加热功能，结构简单，技术先进，安全可靠。 12、配置1.1mm银质针不少于100支。 13、★内热针设备有效期不低于10年
11	整脊床	1	技术参数 1、电动升降床面，具备矫正功能。 2、额定功率：额定输入功率$\leq 120\text{W}$。 3、产品尺寸：长(1850)mm×宽500mm×高(700)mm，长宽高允差$\pm 50\text{mm}$； 4、床体承重：床体承重$\geq 250\text{kg}$

			5、升降高度：床面高度电动升降范围（525-750）mm；允差±50mm； 6、升降时间：升降高度调节时间：≤30 秒 7、调节角度：头与颈部调节角度：以水平为基准下倾 0-27°、以水平基准上倾 0-17° 8、头部升降行程：头部垂直升降行程：≥120mm。 9、胸椎顿压角度：胸椎沙发顿压板角度以水平基准朝前仰 5 - 10° 10、臀部顿压角度：臀部沙发顿压角度：以水平基准后仰 4 - 8° 11、床面软体：高密度海绵≥65mm，床面皮革，厚海绵，不易变形，舒适度好。 12、防滑装置：底座前端配承重防滑脚垫、后端配移动滑轮。 13、推杆推力：推杆推力≥8000N。 14、升降开关：脚踏式或脚碰式控制升降开关。 15、顿压模块：具有颈椎、胸椎、腰椎、骨盆、腿部、脚踝六套顿压装置。 16、腿部延伸：腿部延伸可以加长腿部支撑。 17、下肢模块：在治疗过程中下肢支撑板可调节延伸，满足 1.5-1.9 身高的下肢自定义延伸。 18、床架用材：不低于国标方钢 63 度铁。 19、头部治疗：具备头部平摆功能，液压高低升降功能。 20、设备噪声：在正常工作时工作噪声（A 计权）不大于 60dB。 21、安全性能：GB4706.1-2005<通用电器类安全要求>。
12	总计		

注：▲为核心产品，★为核心参数

第五部分 合同主要条款

医疗设备供货合同

合同编号：_____

采购方(甲方)：

供货方(乙方)：

甲乙双方协商，并根据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定，在平等互利、协商一致的基础上，双方自愿达成如下协议：

第一条 设备明细表如下：

货物名称	品牌	规格型号	数量	单位	单价	总价
合计（元）：（大写）						

乙方随货提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、检验合格证、服务指南等。

第二条 技术标准

在符合招标文件采购需求和技术要求以及国家相关技术标准的基础上，甲、乙双方根据投标文件、技术标准和规范及本合同约定进行技术验收；甲方验收合格后，双方在《验收合格单》上签字确认。

第三条 交货期及交货地点：

1. 交货期：合同签订后 20 个日历日内完成货物的配送及安装调试。
2. 交货地点：甲方指定地点

第四条 货款及支付方式

1. 合同总价为人民币：（大写）；（¥：00 元）
2. 合同总价包括：货物费、运杂费、装卸费、安装调试及其它相关的费用，合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。。
3. 付款方式：银行对公转账
4. 付款条件（进度和方式）：

4.1. 合同签订后 15 天内，甲方向乙方支付合同总价款 40%作为预付款，货物全部运抵甲方指定地点，经甲乙双方开箱核对数量、型号、外观、合格证、医疗器械注册证/备案凭证等，设备安装调试完毕，并按招标文件技术参数通过最终验收，且乙方完成甲方操作人员培训后，签署《验收合格证书》，甲方向乙方支付合同总价款的 60%，乙方提供保函履约质保服务约定。

4.2. 甲方每次付款前，乙方应向甲方开具相应金额的合规增值税发票。甲方逾期付款的，每逾期一日，按逾期金额的万分之五/日向乙方支付违约金。

4.3. 甲方不得以内部审批流程、财政资金拨付延迟等理由拖延付款。乙方开具发票后甲方超过约定付款期限 30 日仍未付款的，乙方有权暂停后续服务，由此产生的后果由甲方承担。

第五条 安装和验收

1. 乙方负责设备安装、调试。

2. 货物到达医院，乙方接到采购人通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证甲方正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

3. 乙方就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，乙方对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

4. 履约验收标准：如出现未在采购文件中明确规定的，以国家或行业相关标准为准。如采购双方对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在采购文件与投标文件中按质量要求和技术指标、行业标准比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。如出现争议，在场验收人员无法确定的，委托第三方质检机构进行检测，检测费用由乙方垫付，最终验收标准以检测结果为准，如检测合格由甲方承担检测费用，如检测不合格由乙方承担。验收的主要依据如下：（1）国家相关的法律法规；（2）国家或行业相关标准规范；（3）本项目招标文件、投标文件；（4）项目合同及其附件；（5）其他相关文件资料。

第六条 售后服务及质量保证

1. 乙方对货物实行三包(包修、包换、包退)。

2. 自验收合格之日起，质保期2年，质保期内免上门费、检测费、差旅费及更换部件费（从机器安装之日起计算（耗材及人为原因造成的损坏除外），在质量保证期内进行售后服务不收取任何费用。

3. 设备出现故障，甲方通知乙方后，乙方在 4 小时内响应，48 小时内到现场解决。如因甲方原因导致设备无法使用或乙方无法进入现场维修的，响应时间相应顺延。

4. 质保期内，同一台设备同一故障经乙方 2 次维修仍不能正常使用的，乙方更换同型号同规格产品；若该型号停产，乙方提供不低于原型号功能的产品替换，更换产品的质保期自更换之日起重新计算。

4. 技术升级：质保期内，如产品技术升级，甲方享有产品升级的权利。升级工作须获得甲方同意方可实施。

5. 设备运至甲方指定处，乙方指派技师对甲方操作人员安装、使用设备进行培训，直至甲方操作人员能熟练操作为止，乙方承担培训技师的薪资等全部费用。

6. 不在免费保修范围内的情况

下列情形乙方不负责免费保修，维修费用由甲方承担：

（1）甲方未按照乙方提供的操作手册或使用说明书正确使用设备导致故障或损坏的；

（2）甲方擅自拆卸、改装设备或使用非乙方提供的配件、耗材导致故障或损坏的；

（3）因甲方使用环境不符合设备要求（如电压不稳、温湿度超标、水源水质不达标等）导致故障或损坏的；

（4）消耗性材料（包括但不限于一次性使用配件、试剂、电极、探头等按使用次数或时间需定期更换的部件）的正常更换；

（5）因不可抗力或第三方行为造成的设备损坏。

第七条 验收交付标准和方法

1. 本项目现场验收由甲方组织，乙方配合进行。

2. 项目验收

（1）验收标准：①按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本项目合同约定标准进行验收；②乙方提供的设备均须是原厂生产的全新正品，相关标签明晰，证票齐全，包装完好，设备构造和设备功能正常，外观无划伤、裂痕、凹陷和破损，同时提供用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等配备完整；安装调试所需工具设施物料由乙方自备、运到现场，完工后搬走；乙方提供的设备须经甲方查验后方可启封。乙方在供货同时向甲方提供所有有关本项目执行的技术文件。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料，以确保甲方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作需要的所有内容。③严格按照招标文件要求及投标文件应答进行验收。

（2）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其他不符合标准及本合同规定之情形者，甲方做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作

补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

(3) a、如质量验收合格，双方签署质量验收报告。b、乙方将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。c、如验收事项经乙方 3 次整改仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付产品且须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。d. 其他未尽事项按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）文件的规定要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容进行验收。

(4) 验收主体：甲方使用科室，设备管理科室。

(5) 验收时间：以甲方书面通知为准（或以乙方发出验收申请 15 日内组织）

第八条 知识产权归属和处理方式

1. 乙方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由乙方承担所有相关责任。

2. 如采用乙方所不拥有的知识产权，则在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用。

第九条 成本补偿和风险分担约定

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 90 天以上，双方通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十条 违约责任

1. 乙方逾期供货，每逾期 1 日，按合同总金额的 万分之五 向甲方支付违约金。乙方逾期供货超过 45 日，甲方有权解除合同，并按合同总金额的 5% 向甲方支付违约金。

2. 乙方交付产品不符合质量约定的，乙方在收到甲方书面通知后 15 日内提供符合约定的产品，每逾期一日按合同金额的 0.5% 承担违约金。甲方逾期付款的，每逾期一日按逾期金额的 万分之五 向乙方支付违约金。

3. 因甲方原因（包括但不限于未按时提供安装条件、未按时组织验收、未按时指定接收人员等）导致交货或安装延误的，乙方不承担违约责任，交货期相应顺延。

4. 甲方逾期付款的，每逾期一日按合同金额的 1% 向乙方支付违约金。

第十一条 不可抗力

甲、乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十二条 争议解决方法

甲、乙双方因履行本合同发生争议时，友好协商；如协商未果的，任何一方均有权将争议向合同签订所在地人民法院提起诉讼。

第十三条 其他内容

1. 本合同未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同一式 4 份，甲方 3 份、乙方 1 份，自双方签字、盖章之日起生效。

甲方(盖章)：	乙方(盖章)：
经办人：	法定代表人或代理人：
法人或法人委托人：	
日期：	日期：

第六部分 投标文件格式

项目编号：ZCYJ-2026015

电子投标文件

岚皋县中医医院两专科一中心医疗设备采 购项目

投标文件

投 标 人：_____（盖章）

法人或授权代表：_____（签字或盖章）

时 间：_____

目 录

- 一、投标响应函
- 二、开标一览表
- 三、投标人资格证明文件
- 四、供应商概况
- 五、招标文件确认书
- 六、技术服务响应偏离表
- 七、商务条款偏离表
- 八、投标方案
- 九、拟投入项目人员情况表
- 十、投标人类似项目业绩表
- 十一、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺
- 十二、其他证明资料

一、投标响应函

安康致诚远景项目管理有限责任公司：

根据贵方为_____（采购项目名称）招标采购货物及服务的招标公告_____（项目编号），
签字代表_____（姓名、职务）经正式授权并代表投标人_____（投标人名称、地址），提交电子投标文件一份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币金额数（同时用汉字大写和数字表示的投标总价）。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本投标有效期为自开标日起_____个日历日（中标人的投标文件有效期延长与合同有效期一致）。

5. 投标人完全理解并同意贵方在招标文件中的有关不予退还投标保证金和拒绝投标的条款。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

7. 若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付中标服务费。

8. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人名称（公章）：_____

详细地址：_____

邮政编码：_____

电话：_____

传真：_____

电子邮件地址：_____

开户银行：_____

帐号：_____

年 月 日

二、开标一览表

（一）开标一览表

项目编号：ZCYJ-2026015

项目名称	投标报价（元）	交货期	备 注
岚皋县中医医院两专科一 中心医疗设备采购项目			
投标报价（大写）			

表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。

投标人（盖章）：_____

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

（二）分项报价表

项目名称：

项目编号：

序号	货物名称	品牌/型号	数量	单价（元）	小计（元）	备注
合计： 大写： 小写：						

本表中的“总价”与“开标一览表”中的“总价”一致。

注：1. 投标报价以人民币为结算货币

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件要求。

3. 本表为样表，仅供参考，供应商根据项目实际需求进行填写，报价精确到小数点后两位。

投标人（盖章）：_____

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

三、投标人资格证明文件（复印件并加盖公章）

（1）供应商必须是具有独立承担民事责任的能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；

（2）法定代表人授权委托书、被授权人身份证（法定代表人参加投标时，只需提供法定代表人身份证）；

（3）财务状况报告：提供 2025 年度经审计的财务会计报告（至少应包含资产负债表、利润表和现金流量表），成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表；或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；

（4）税收缴纳证明：自 2025 年 10 月 1 日以来至少 1 个月的纳税证明或完税证明（提供增值税、企业所得税至少一种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（5）社会保障资金缴纳证明：自 2025 年 10 月 1 日以来已缴存的至少 1 个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（6）参加政府采购活动前三年内（2023 年至今），在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）；

（8）投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国”网站、中国政府采购网查询结果为准（投标文件中提供查询结果网页截图并加盖投标人公章，查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前，评标现场通过网站对信用记录进行核实）；

（9）投标人为代理商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证和制造厂商的医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证及医疗器械经营许可证；

（10）所投产品如属于医疗器械应出具产品对应类别的医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；

（11）本项目为专门面向中小企业项目，投标人应为中型企业或小型、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。投标人为中小企业的，提供《中小企业声明函》；投标人为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；投标人为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》（监狱企业或残疾人福利性单位视同小型、微型企业）；

（12）本项目不接受联合体投标。

附件 1

法定代表人身份证明书

安康致诚远景项目管理有限责任公司：

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____系_____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：自然人参与投标的此处只附身份证复印件。

附件 2

法定代表人授权委托书

安康致诚远景项目管理有限责任公司：

本授权书声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目编号为（项目编号）的（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于____年____月____日签字生效，特此声明。

法人代表身份证复印件 (正面)	法人代表身份证复印件 (反面)
法人代表签名：_____	(公章)： _____ 年 月 日

被授权人身份证复印件 (正面)	被授权人身份证复印件 (反面)
被授权人签字：_____	年 月 日

四、供应商概况

4.1 供应商简介（格式自拟）

4.2 供应商基本情况表

企业名称					
注册地址			邮政编码		
联系方式	联系人		电话		
	传真		网址		
单位性质					
法定代表人		技术职称		电话	
技术负责人		技术职称		电话	
企业资质等级		成立时间			
注册资金	万元	固定资产	原值	万元	
流动资金（上年度）	万元		净值	万元	
开户银行		职工总数	生产工人	人	
基本银行账号			技术人员	人	
经营范围					
备注					

投标人（盖章）：_____

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

五、招标文件确认书

本单位对岚皋县中医医院两专科一中心医疗设备采购项目招标文件及相关的修正内容、答疑内容均无异议。

投标人（盖章）：_____

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

六、技术服务响应偏离表

序号	招标文件要求	投标响应	偏离	说 明
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注：

1. 供应商须对“采购内容及要求”逐条响应，未按要求响应的，漏项的，自行承担被视为无效投标响应文件的风险。

2. 投标文件要求指标响应内容必须按照投标实际指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则视为负偏离。

3. 务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

投标人（盖章）：_____

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

七、商务条款偏离表

序号	招标文件要求	投标响应	偏离	说 明
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“合同主要条款”中的要求

投标人（盖章）：_____

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

八、投标方案

（格式自拟）

注：依照招标文件中的采购内容及要求、评审办法进行编制方案，包括但不限于评审办法及评审内容。

九、拟投入项目人员情况表

序号	姓名	性别	年龄	拟在本项目中担任的工作或岗位	职称	工作年限	备注

注：供应商应根据招标文件评分细则的要求在本表后附人员的相关证明材料。

投标人（盖章）：_____

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

十、投标人类似项目业绩表

序号	项目名称	合同金额 (元)	日期	业主及联系方式	备注

注：1、后附业绩证明材料。

2、投标人应如实填报，如有虚假，一经查实将导致其投标文件被拒绝。

投标人（盖章）：_____

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

十一、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（盖章）

全权代表：_____（签字或盖章）

地 址：_____

电 话：_____

年 月 日

承诺书（一）

致：安康致诚远景项目管理有限责任公司		
作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日 期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

承诺书（二）

致：安康致诚远景项目管理有限责任公司		
作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日 期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

承诺书（三）

致：安康致诚远景项目管理有限责任公司

作为参加贵公司组织的采购项目的投标供应商，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

本公司承诺：本次谈判标的物为正品行货。

供应商	法定代表人	日 期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

承诺书（四）

致：安康致诚远景项目管理有限责任公司

作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人	日 期
（公章）	（签字或盖章）	年 月 日

十二、其他证明资料

（供应商认为对其有利的资料）

附件 1:

★投标人对身份声明的真实性负责，提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标（成交），依照《政府采购法》有关规定追究相应责任。

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 2:

残疾人福利性单位声明函(如有)

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：如供应商不符合要求无需填写此表。

附件 3:

《中国政府采购网》最新颁布“节能产品政府采购清单”和“环境标志
产品政府采购清单”(如有)

注：供应商所投产品在《中国政府采购网》最新颁布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”中的，有则提供复印件，没有不提供。