版本号：THJT2026ZC—030.1B120261030001

招 标 文 件

（货物类）

采购项目名称：心理、睡眠设备采购项目(二次)

采购项目编号：THJT2026ZC—030.1B1

采 购 人 ： 城固县中医医院

采购代理机构：陕西天恒金泰项目管理有限公司

2026年11月04日

第一章 投标邀请

陕西天恒金泰项目管理有限公司 （以下简称“代理机构”）受 城固县中医医院 委托，拟对 心理、睡眠设备采购项目(二次) 进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号： THJT2026ZC—030.1B1

二、采购项目名称： 心理、睡眠设备采购项目(二次)

三、招标项目简介

城固县中医医院采购心理、睡眠设备一批。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购促进中小企业发展的相关政策

采购包1：不属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、主体资格：供应商应是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人、其他组织须提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书）等证明资料， 自然人须提供身份证明。

2、法定代表人身份证明或授权委托书：供应商应授权合法的人员参加本项目投标活动全过程，其中法定代表人直接参加投标活动的，应出具法定代表人证明书及法定代表人合法有效的身份证扫描件，且应与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标活动的，应出具法定代表人证明书、法定代表人授权书及授权代表合法有效的身份证扫描件。

3、汉中市政府采购供应商资格承诺函：供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录、参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在信用中国网站未列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、在中国政府采购网未列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，供应商需提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》。

4、资质要求：投标人为代理商的须提供有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》及所投产品的医疗器械产品注册证或备案凭证；投标人为制造商的须提供有效《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》及所投产品的医疗器械产品注册证或备案凭证。本项目中非医疗器械产品无需提供医疗器械相关资质。

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采

购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线服务：通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告。

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告。

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人： 城固县中医医院

地址： 城固县西环一路中段

邮编： 723200

联系人： 城固县中医医院经办

联系电话： 0916-7209317

代理机构： 陕西天恒金泰项目管理有限公司

地址： 汉中市汉台区太白路252号百嘉汇广场B 座14楼0201室

邮编： 723000

联系人： 王工

联系电话： 0916-8836688

采购监督机构： 城固县政府采购管理股

联系人：刘老师

联系电话：0916-3189266

第二章 投标人须知

2.1投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下: 采购包1：1,800,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	（详见第五章）
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的 如有 产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的 如有 产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的 如有 产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。

7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第五章。
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。
9	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
10	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第五章。
11	投标保证金	采购包1保证金金额：20,000.00元 缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：陕西天恒金泰项目管理有限公司 开户银行：农行汉中天台路支行 银行账号：26653001040011635 注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。
12	标书费信息	免费获取
13	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
14	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于 90 天。
15	招标代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：招标代理服务费参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）文件计取。
16	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。

17	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
18	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
19	进口产品	不允许
20	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否
21	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。
22	其他说明	本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由城固县中医医院和陕西天恒金泰项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由城固县中医医院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西天恒金泰项目管理有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是城固县中医医院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西天恒金泰项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容:

（一）投标邀请;

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4投标文件

2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下：

中标（成交）供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5开标、资格审查、评标和中标

2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为 30 分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义

，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4评标

详见招标文件第五章。

2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包；

2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

采购包1:

验收依据： 合同文本及合同补充文件（条款）， 招标文件， 中标人的投标文件， 合同货物清单， 其他证明资料。

2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标:

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标;

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人;

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通;

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益;

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判;

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同;

八、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同;

九、将政府采购合同转包或者违规分包;

十、提供假冒伪劣产品;

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同;

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况;

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应

商的资格或认定中标无效。

2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西天恒金泰项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的招标文件的询问、质疑由陕西天恒金泰项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西天恒金泰项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：王工

联系电话：0916-8836688

地址：汉中市汉台区太白路252号百嘉汇广场B 座14楼0201室

邮编：723000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

城固县中医医院采购心理、睡眠设备一批。

3.2采购内容

采购包1:

采购包预算金额（元）: 1,800,000.00

采购包最高限价（元）: 1,800,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	城固县中医医院心理、睡眠设备	1.00	1,800,000.00	批	工业	是	否	否	否	是

是否涉及本国产品:

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	其他医疗设备	城固县中医医院心理、睡眠设备	心理、睡眠设备

采购包1:

（1）报价要求:

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	城固县中医医院心理、睡眠设备	批	元	1,800,000.00	总价	无

（2）报价明细要求:

城固县中医医院心理、睡眠设备

序号	报价明细内容	报价要求	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	城固县中医医院心理、睡眠设备	城固县中医医院心理、睡眠设备	批	元	1,800,000.00	总价	无

3.3技术要求

采购包1：

标的名称：城固县中医医院心理、睡眠设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		1

1、采购产品数量

序号	产品名称	单位	数量
1	生物电刺激治疗仪	台	1
2	心理测量软件系统	套	1
3	失眠认知行为疗法系统（e-cbti）	套	1
4	心理咨询热线管理系统（12356）	套	1
5	3D心理数字沙盘系统	套	1
6	多导睡眠监测仪（床旁）	台	1
7	多导睡眠监测仪（便携式）	台	2
8	失眠综合治疗仪	台	1
9	虚拟现实心理训练系统	套	1
10	经颅磁刺激仪	台	1

2、技术参数

1、生物电刺激治疗仪

一、适用范围：用于人体肌电信号采集。以微电流、视觉、听觉的形式进行信号刺激，用于改善失眠状态、促进局部血液循环、缓解神经肌肉疼痛（提供医疗器械注册证）。

二、产品组成：智能检测、康复系统软件及数据库，检测报告软件系统，数据采集设施，操作台，电动可调沙发，液晶显示器。

三、系统功能：

1、通过高精密度传感器采集人体细胞生物电信号，全方位科学评估人体功能现状、各系统健康风险

					，预警早期重大疾病风险的易感性。 2、科学精准查找器官组织功能失衡的根源，通过平衡生物电，活化细胞，平衡器官组织功能，提升人体自愈功能。 3、身心同调，多病同治，针对睡眠障碍、心脑血管、神经肌肉功能异常精准治疗，有效辅助亚健康、抗衰老、慢性病的绿色康复。 4、具备全自动检测功能，智能化完成检测、病因分析，自动生成检测评估报告，不需要人工操作。 5、动态监测高风险，及时评估器官组织功能失衡的现状，启动平衡修复功能，调整相关失衡的生物频率，实现智能化一键修复。 ▲6、检测完成后自动生成健康风险评估报告，给出健康干预方案，内置个性化干预治疗方案≥1200种。 四、智能化检测功能 1、疾病风险评估检测包含消化系统、免疫系统、内分泌系统、心血管系统、呼吸系统、泌尿生殖系统、骨骼肌肉系统、感觉系统、脑和神经系统等风险项。 2、基础生命力检测包含毒素、矿物质、维生素、氨基酸、神经-情绪、脊椎系统、经络系统、抗衰老等系统。 3、常见亚健康慢性病症状原因分析包括毒素堆积、引起失眠、免疫功能下降、记忆力下降、头晕头痛、消化不良、腹泻、胸闷心悸等常见原因检测。 五、智能化康复功能 ▲1、精准评估睡眠障碍致因，靶向干预治疗，提供睡眠障碍个性化解决方案。 （1）释放各种压力源，深度放松，平衡精神情绪情志； （2）改善内分泌失衡状况； （3）平衡异常脑电波：DELTA波（深睡眠波）、THETA波（浅睡眠波）； （4）平衡交感神经、副交感神经正常调节功能； （5）针对各类头痛引发的睡眠障碍； （6）针对不同慢性疾病引发的睡眠障碍，进行精准个性化修复； （7）针对睡眠暂停综合症，进行精准个性化修复。 2、精准评估心脑血管致病因，干预治疗心脑血管	

					问题。 （1）提升代谢能力，高密度生物电共振热效应，加速脂肪代谢，清除脂质垃圾，促进全身血液循环，改善高血脂及动脉粥样硬化； （2）改善循环、预防血栓，增强血液及体质液循环运行，补充负电、抗自由基，改善动脉粥样硬化，抗血栓，修复心脑血管内皮细胞； （3）调节血压心率，调节钾、钠、钙、镁离子等营养元素的平衡，释放情绪压力，平衡与血压心率相关的神经内分泌功能，改善高血压及心率不齐； （4）平衡神经内分泌功能，平衡神经递质、多种激素分泌，激活疏通神经网络、促进受损神经功能恢复等，改善脑卒中所致上肢、下肢功能障碍、左半球损伤、右半球损伤、面瘫、认知语言功能障碍等； （5）修复肌肉功能障碍，通过精准靶向发送不同肌肉治疗频率，提高患者肌肉功能、有效调节肌肉和软组织的收缩和舒张，改善肌无力、吞咽障碍等； （6）心血管康复项目包括：高血压、高血脂、冠心病、心律不齐、心肌缺血、房颤、动脉硬化、中风后遗症等。 3、神经肌肉康复项目包括：三叉神经痛、坐骨神经痛、偏头痛、颈椎病、风湿性关节炎、骨质疏松等。 六、数据随访及导出：设备可以统计图形式进行数据的分析、随访、存储和导出。 七、技术参数要求 1、分辨率：≤2μV； 2、输入噪声≤1μV； 3、输出频率：0-50KHz； 4、输出波形：包括方形波、正弦波、三角波等； 5、使用年限≥8年。 八、配置要求 1、电脑1套，电脑i7,14代，内存≥32G，固态硬盘≥500G，集成显卡，高清屏幕≥23寸；彩色喷墨打印机1台。 2、电动沙发可调位，便于患者检测。 3、所有软件终身维护，不定时免费升级，永久使用授权。 4、头部数据采集线连接带、四肢数据采集线连接	

				带各5套。 5、连接医院HIS系统。 6、硬件质保期≥2年。 九、免费提供医疗设备培训使用。 **2、心理测量软件系统** 一、系统适用范围：适用于辅助医护人员对被试人员的精神、心理状况相关的信息进行采集、存储、测评及报告打印，辅助医生诊断用（提供医疗器械注册证）。 二、产品组成：软件由医生端、工作站组成，医生端包括测评管理模块、任务管理模块、档案管理模块、预警管理模块、用药管理模块、统计分析模块等；工作站包括评估模块。 三、系统数据库包含量表：不少于260个（提供注册证附件-医疗器械产品技术要求） 广泛性焦虑自评量表（GAD-7）、阿森斯失眠量表（AIS）、宗（Zung）氏焦虑自评量表（SAS）、抑郁症筛查量表（PHQ-2）、匹兹堡睡眠质量指数量表、宗（Zung）氏抑郁自评量表（SDS）、连线测验、艾森克个性测验（EPQ）、心理压力指数、贝克焦虑量表（BAI-I）、儿童焦虑性情绪障碍筛查量表（SCARED）、儿童抑郁障碍自评量表（DSRSC）、30项抑郁症状自评问卷（IDS-SR30）、长谷川痴呆测验、痴呆简易筛选量表（BSSD）、不自主运动评定量表、阿尔茨海默病筛查表（AD8）、执行功能失常问卷等。 认知范式不低于9个，包括言语流畅性测验、ACVLT听觉词语学习测验、短时数字记忆测验、画钟试验、舒尔特方格、连线测验等。 四、系统技术特点要求： 1、系统核心数据库具备百万以上数据承载量，全面记录每一位患者的测评数据。 2、系统具备数据备份功能，避免数据丢失。 3、可按条件导出患者的治疗数据，导出数据格式可与SPSS完全兼容，便于进行科研统计和分析。 五、系统功能特点要求： ▲1、涵盖面广：系统包含精神心理、神经心理、心理体检、女性全周期心理、学生心理、儿童心理及老年心理的常用临床精神心理评估量表。 2、多级管理：系统支持多级管理，可对功能权限和数据权限进行个性化设置。		

				3、信息配置：系统提供信息配置模块，可以对人口学信息，包含档案号、门诊号、住院号、民族、职业、家族病史、身份证号、家庭月收入、工作年限、家庭排行、子女数量、是否独生子女等，用户可以根据需求，灵活设置选填项和必填项以及报告是否展示，便于后期数据统计分析。 4、暂停继续：系统可对患者端的任务进行暂停/继续管理，提高患者端的使用率。 5、任务管理：系统提供个性化报告，医院可根据临床实际需求自行选择相应报告模块，形成详版报告、简版报告及趋势报告。 6、档案管理：为便于统筹管理患者病历，可一键导出患者所有测评数据形成健康档案。可根据实际需要选择详版档案和简版档案；同时提供筛选功能，方便查找。 7、预警管理：对于心理指标或测量分数异常，具备预警提示功能，加强对于心理异常者的敏感度，及时干预。 8、用药管理：包含用药记录及药品管理。用药记录：在界面中查看到所有用药记录的患者信息列表，继而执行新增、查看、删除患者的用药记录操作。药品管理：在界面中查看到系统内所有药品信息，继而执行新增、修改、删除药品信息操作。 9、统计分析：提供多种类型的统计数据，满足不同用户需求。系统支持进行测评统计、科研统计、绩效统计、量表统计。 10、科研统计:在科研管理中添加科研组操作，在添加的科研组执行添加人员、移除人员修改操作。在科研分析中选择科研组、量表、字段、时间段进行科研分析，点击导出Excel，即可生成科研分析数据。 11、开放方案：可自行创建评估方案，便于个性化评估。 12、系统管理：内置系统帮助，医生解决日常操作可能出现的疑问。 13、断点续测：支持患者端测评中途退出，并保存测评数据，减少再次测评耗时。 14、支持移动端测评，便于住院患者床旁评估。 15、个性化设置：量表库中的量表顺序根据本账号量表使用频率进行排序；支持报告修改功能，医生	

				可依据与受测者的面诊情况及自身治疗经验，对受测者的系统评估报告进行个性化的修改；报告管理、预警管理、档案管理（详版档案）首次点击预览/下载，按钮会变色，便于识别已操作的文件；患者端提供语音读题及字体放大功能，满足临床的个性化需求。 16、高级搜索功能：系统支持根据姓名、性别、出生日期等对数据进行检索。 17、综合报告：可出具以个人批次任务为单位的综合报告。 18、针对添加任务过程中出现的不符合患者测评的量表，可自动进行筛选并给出说明。 ▲19、一键去重：可自动标识已选中的重复量表，支持一键去重。 20、报告格式多样：提供WORD、PDF两种格式的测查报告。 21、自主设置详版报告/档案内容：支持详版报告/档案自主设置，可以根据实际需要从测试目的、图片展示、测试时长、参考范围、重点提示、趋势图中选择相应的模块，组成相应报告/档案内容，可满足临床、科研等不同需求。 22、测试时长显示功能：系统可为测试时长提供准确的时间记录。 六、配置要求 1、医生管理端电脑1套，患者端电脑6套；电脑i7，14代，内存≥32G，固态硬盘≥500G，集成显卡，高清屏幕≥23寸，机箱15—20L。 2、患者端平板4套；高清屏幕≥10寸。 3、医生管理端软件1套，患者端软件10套。 4、黑白普通激光打印机1台。 5、产品使用年限≥5年。 6、网络覆盖，保证软件正常运行。 7、所有软件终身维护，不定时免费升级，永久使用授权。 8、硬件质保期≥2年。 9、连接医院HIS系统。 10、电脑桌椅7套。 七、免费提供系统培训使用。 **3、失眠认知行为疗法系统（e-cbti）** 一、系统适用范围：系统适用于短期或慢性失眠障碍者、焦虑和抑郁伴发的失眠、昼夜节律失调导致	

				的失眠、入睡困难、睡眠维持困难、条件性觉醒、睡眠卫生知识匮乏患者的辅助诊断与治疗。 二、产品组成：软件由医生端、患者端组成，医生端包括信息管理模块、标准方案模块、自由方案模块、开放方案模块、森田疗法模块、正念疗法模块、家庭作业模块、用药管理模块、档案管理模块、数据统计模块等；患者端包括手机端模块、网页端模块。 三、系统量表库必须满足以下要求包含量表≥85个： 阿森斯失眠量表（AIS）、匹兹堡睡眠质量指数（PSQI）、失眠严重程度指数量表（ISI）、Epworth嗜睡量表（ESS）等。 四、系统技术特点要求： 1、系统核心数据库具备百万以上数据承载量，全面记录每一位患者的测评数据。 2、系统具备数据备份功能，避免数据丢失。 3、可按条件导出患者的治疗数据，导出数据格式可与SPSS完全兼容，便于进行科研统计和分析。 五、系统功能特点要求： 1、系统支持手机端（安卓、IOS、鸿蒙等系统）、电脑端、平板端多种端口的评估与治疗。 2、患者可手机小程序端自主注册人口学信息，也可在管理端网页进行录入。 3、系统可一键智能分配方案，分配方案后自动出具治疗方案，无需二次分配。 4、系统分配方案可设置方案开启时间，治疗任务按照设定的开启时间进行定时开启，也可以在管理端进行手动开启治疗方案。 5、系统可出具方案评估综合报告。 6、报告详情可根据节点预览或下载，包括测试目的、图片展示、重点提示、趋势图、测试时长等部分。 7、报告下载模式支持word或pdf格式，支持批量下载。 8、治疗方案可出具治疗综合报告。 9、可分配自由方案，任务包含量表测评、认知行为疗法（文字）、认知行为疗法（视频）、简短行为疗法、心理疗法及开放方案。 ▲10、心理疗法需包含不少于一百个音频素材，至少包括诱发α波音乐、催眠音频、冥想放松训练、	

					肌肉渐进放松、全身扫描、萨提亚系列音频、正念疗法。 11、系统具备开放方案功能，可将量表测评、认知行为疗法（文字）、认知行为疗法（视频）、简短行为疗法、心理疗法进行自由组合形成特有方案。 12、系统具备家庭作业模块，可查看、录入家庭作业，家庭作业包含积极活动表、思维记录表、活动记录表、强迫行为记录表、睡眠日志、思维改变记录表、自动化思维记录表、核心信念记录表、现实暴露记录表、暴露自我监测表等。 13、家庭作业具备下载模块，可下载13个家庭作业表单，包含6个初级阶段家庭作业表单、4个中级阶段家庭作业表单及3个高级阶段家庭作业表单。 14、系统具备用药管理功能，医师可为患者添加用药记录，便于了解患者综合治疗情况；用药可根据输入名称模糊搜索，填写名称后可自动填入注意事项、禁忌证等内容。 15、系统具备档案管理功能，可将患者所有的测评、治疗数据进行下载。 16、系统具备数据统计功能：提供多种类型的统计数据，满足不同用户需求。系统支持进行科研统计、量表统计。测试数据可以导入到专业统计软件或以 Excel 格式导出，进行更深入的统计分析；可以对系统的使用情况和工作绩效进行自动统计。 17、患者端可展示整个治疗阶段开启时间，便于进行下一阶段治疗。 18、针对添加任务过程中出现的不符合患者测评的量表，可自动进行筛选并给出限制说明。 19、支持患者端密码重置功能。 20、手机端提供心理健康知识科普及趣味测验，包括心理压力测试、左右脑测试、探索真实的内心世界等，帮助患者提升心理健康水平。 21、小程序端可完成家庭作业，家庭作业内容可实时与管理端同步，便于调整治疗策略。 22、系统具备单独正念疗法模块。 23、系统具备单独森田疗法模块。 六、配置要求 1、医生管理端电脑1套，患者端电脑4套；电脑i7，14代，内存≥32G，固态硬盘≥500G，集成显卡，高清屏幕≥23寸，机箱15-20L。 2、医生管理端软件1套，患者端软件4套；	

3、黑白普通激光打印机1台。

4、高品质耳机10套；降噪，听力保护，人工学设计。

5、电脑桌椅5套，其中4套带隔断。

6、所有软件终身维护，不定时免费升级，永久使用授权。

7、硬件质保期≥2年。

七、免费提供系统培训使用。

4、心理咨询热线管理系统（12356）

一、适用范围：心理热线是危机干预的一种形式，能及时调节求助者的心理危机，减轻或消除其情绪、行为表现上的问题，从而渡过危机或逆境，有效降低自杀风险、改善负面情绪。可以作为心理咨询的延伸工作助手，帮助心理咨询师开展心理辅导工作。

二、产品组成：心理咨询热线系统，智能心理云平台，可视化大屏，移动工作台，工作电脑、电话。

三、功能要求：

（一）系统要求

1、系统以语音交互技术结合计算机信息化管理方式，集心理咨询、心理预约、危机干预、心理放松、语音留言等功能于一体，系统须具有呼叫中心、咨询记录、来访者管理、知识文库、常用电话、系统设置等功能模块。

2、系统须具有智能IVR语音导航功能，咨询者拨打电话后，系统自动启动互动式语音应答功能，调用系统预设的应答流程和语音文件，自动识别并对咨询者电话按键做出响应，引导咨询者进行功能选择。系统具有应答按键超时提醒和判断，超过响应时间后自动挂断。

3、咨询者来电后系统自动弹屏，显示来电号码，同时显示该电话号码的历史通话记录和当前咨询者的个人基本信息，点击“查看详细”，要求可查看历史通话记录的咨询档案内容。

4、系统须支持电话语音留言功能，咨询者拨打电话后，通过按键操作进入语音留言模块，按照语音提示操作，系统自动将咨询者留言信息通过高保真压缩存储在电脑硬盘上，语音留言文件可随时回放和下载。

5、系统须具有音乐放松功能，咨询者拨打电话后

				，通过分机按键操作选择放松减压音乐进行自我放松训练。 6、系统支持通过软件拨号外呼，可通过点击来电号码记录的方式，将号码发送到软件的电话拨号盘上，减少手工拨号流程，实现快速的外呼拨号操作。 7、系统须支持建立咨询档案记录功能，电话接通后，自动添加心理热线通话记录，可添加咨询记录、咨询小结、咨询分类、接线员、咨询者信息等内容，支持咨询记录档案查询，咨询档案记录可导出为文档格式。 8、系统须具有全程通话录音功能，当电话接通后，系统自动对通话过程全程录音，采用高保真压缩技术，将录音文件存储在电脑硬盘上，语音留言文件可随时回放。支持播放、暂停、停止等操作，并可下载当前的录音文件。 9、系统须具有专业知识文库功能，提供常用热线咨询的知识文章，用户可自定义管理添加文章信息。 10、系统须具有常用电话簿功能，可录入紧急联系人的联系电话信息。 （二）智能心理云平台 1、平台须采用B/S架构设计，要求基于心理云平台的服务模式，可通过浏览器直接访问，支持电脑、平板、手机端等跨平台访问使用，可以为用户搭建一个智能、高效、安全的集心理测评、问卷调查、咨询预约、心理自助、心理训练、统计分析、危机干预、数据统计、智能物联心理设备等功能于一体的智能心理云平台系统。 2、平台须具有智能物联技术，可将智能心理设备接入系统，与平台数据实时通讯，实现云端身份验证、云端数据保存、云端数据管理等功能，实现用户信息“一号通”，且可以实时监测接入设备的运行状态，查看学生的训练记录、支持报告下载，可以完成软硬件设备间的信息互通，打破软硬件间的信息壁垒，实现智能管理。 3、平台须具有大数据可视化中心功能，可以实现大数据可视化鹰眼监测。要求系统具有BD大数据整合、数据统计分析功能，如可统计平台用户数量、咨询师数量、智能设备使用人次统计、心理测评档案数量统计、在线咨询数量统计、预约咨询数量统	

				计、个案辅导数量统计、心理文章阅读人次统计、在线课程观看人次统计、音乐调节播放人次统计、心理训练人次统计等各项信息，且统计结果以图表、比例图等形式直观展现、动态刷新，可以为工作决策提供数据支撑。 4、要求平台须具有心理测评、问卷调查、在线咨询、预约咨询、音乐调节、在线课程、心理文章、心理训练、活动信息、智能方案、心情随笔、新闻中心、智能报告推送及个人中心等功能模块，用户可在线进行心理测评、参与问卷调查、与咨询师进行在线咨询和预约、进行音乐放松调节、学习在线视频课程、阅读心理科普文章、参与心理认知能力训练、浏览发布的新闻资讯、参与在线活动的报名以及记录自己的心情状态等。 5、须具有心理测评、问卷调查、在线咨询、预约咨询、音乐调节、在线课程、心理文章、心理训练、活动信息、智能方案、心情随笔、新闻中心、智能报告推送及个人中心等功能模块，用户可在线进行心理测评、参与问卷调查、与咨询师进行在线咨询和预约、进行音乐放松调节、学习在线视频课程、阅读心理科普文章、参与心理认知能力训练、浏览发布的新闻资讯、参与在线活动的报名以及记录自己的心情状态等。 6、样本分析管理：要求系统具有样本科研分析功能，可根据测评计划、量表信息进行查询，支持样本显著性检验，可以计算出样本数、均值、标准差、方差、P值，充分满足用户科研分析的需要。 7、危机干预管理：须具有专业的危机干预流程，包括危机信息上报、危机干预、专家评估、个案转介、跟踪反馈、危机统计等一系列环节。危机档案管理功能包含预警信息、干预报告、专家评估、通知书、监护报告、访谈记录、跟踪反馈、文件附件管理等，可自定义《危机预警档案》、《危机干预报告》、《专家评估报告》、《跟踪反馈报告》等工作模版，便于咨询师进行危机档案管理。 8、咨询预约管理：要求系统至少可以对预约时段、功能进行设置，可以查看在线咨询记录、预约咨询记录能够对在线咨询信息进行回复，可以在线帮助用户解决心理困扰，且系统支持咨询数据统计，统计结果以图表形式进行呈现。 四、配置要求	

					1、心理咨询热线管理系统，智能心理云平台；主机1套；分机2部。 2、可视化大屏，尺寸3200mm*1600mm，像素点间距：≤1.25mm，刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项，封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光，白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0—100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥99%。 3、工作电脑（电脑i7,14代，内存≥32G，固态硬盘≥500G，集成显卡，高清屏幕≥23寸，机箱15—20L）3套。 4、黑白普通激光打印机1台，带复印功能。 5、桌椅3套。 6、所有软件终身维护，不定时免费升级，永久使用授权。 7、硬件质保期≥2年。 五、免费提供系统培训使用。 六、服务器要求 1、外形：标准2U机架式服务器。 2、处理器：配置1颗Intel Xeon 4210(2.2GHz/10-Core)处理器。 3、内存：32GB DDR4内存，24个DDR4内存插槽，最高2933MT/s，最多12个英特尔®傲腾™持久内存100系列，最高2666MT/s。 4、硬盘：配置2块2.4T SAS企业级硬盘。 5、RAID： SAS/SATA RAID卡；可选配支持Cache超级电容保护，提供RAID级别迁移、磁盘漫游、自诊断、Web远程设置等功能。 6、网络：2个千兆网卡，1个独立管理端口。 7、I/O插槽：最多10个PCIe3.0扩展槽位，包括1个RAID卡专用的PCIe扩展卡和1个灵活LOM插卡。 8、管理：iBMC芯片集成1个专用管理GE网口，提供全面的故障诊断、自动化运维、硬件安全加固等管理特性。 9、电源及外设：配置900W白金电源，最大支持2个1500W AC钛金电源；冗余散热风扇，机架安装导轨。	

10、服务：三年免费整机硬件保修。

11、数量：一套。

5、3D心理数字沙盘系统

一、适用范围：基于U3D技术构建，模拟心理沙盘游戏环境，通过三维仿真记录沙游全过程，精准记录操作行为数据。系统提供分析功能，可对沙盘作品进行智能分析，实现心理沙盘游戏疗法的数字化与科学化管理。

二、产品组成：3D心理数字沙盘系统，控制台，实体沙盘。

三、功能要求

1、提供制作沙盘和沙盘管理功能模块，支持管理员账号进行用户管理、沙盘管理。

2、提供如建筑物、植物、动物、人物等≥1490件3D沙具模型。部分沙具模型带有骨骼动画效果，如牛、猫、野兔、男人、女人等模型具备原地活动动画效果。

3、支持对沙具进行≥3种旋转方式、≥4种缩放方式的操作，达到如放大、拉宽、增高、倒置、倾倒等效果，支持对沙具进行移动和删除操作。

4、支持对地形进行抬升、平整、下降等高度修改操作。抬升地形时模拟沙子堆起效果；下降地形到一定位置时，出现蓝色区域，模拟水的效果。

5、支持通过调整地形及沙具位置，对沙具进行掩埋、悬浮等操作，实现悬浮飞行、潜泳等效果。

6、支持绘制如沙子、石子、青草、鲜花等≥4种贴图路径，支持通过在沙盘范围内触控涂抹，实现部分地面风貌状态变换。

7、提供如“万里晴空”“多云”“阴天”“黄昏落日”“寂静深夜”等≥8种环境设置，支持用户自由选择心仪场景。

8、提供如雨、雪等不少于2种动态天气展示。

9、提供如沙子、石子、青草、鲜花等不少于4种地面设置，支持对沙盘内整体地面风貌状态进行变换。

10、支持自由开启、关闭音乐，调节音量大小及自定义选择音乐曲目，营造沙盘游戏的音乐氛围。

11、支持进行阈值设置，调节移动灵敏度、旋转灵敏度、堆沙强度、挖沙强度、平整强度等。

12、支持对沙盘边框进行是否显示设置。

				13、支持将当前场景进行屏幕截图，保存到指定目录下，便于对场景进行留图记录。 14、支持查看沙具列表，支持点击图标定位沙具位置，便于快速找到指定沙具。 15、支持自定义保存沙盘名称、选择自我像等操作。 16、支持调整沙盘视距，进行居中显示、重置视角等操作，可通过触控对沙盘场景进行360度环绕及一定区域内移动的操作。 17、支持进行沙盘管理，可查看沙盘名称、用户名称、制作时间、制作时长、沙具数量等内容，支持查看、删除沙游作品。 18、支持查看沙游作品，包括数据分析和视频回放功能，可完整记录沙游制作过程信息，全程录制沙游制作过程。 19、支持进行数据查看，包括“显示被移除沙具”“显示被隐藏沙具”“显示被移动沙具”等。 20、提供沙游作品的用户操作列表，包含如修改地形、修改环境、沙具操作等状态，以及类型、时间等内容。 21、支持查看沙游作品的沙具列表，包含名称、类型、时间等信息。 ▲22、支持选择沙游作品的第一人称、第三人称两种观看模式。使用第一人称视角时，支持在沙盘作品场景中移动、转换视角。使用第三人称视角时，支持视距调整、重置视角等操作。 23、支持查看沙游作品视频回放，支持进行开始/暂停播放、重置场景等操作，提供时间轴显示。 24、具有导出报告功能，智能生成文档格式的沙盘游戏分析报告，包含姓名、性别等基本信息以及沙具总数量、沙盘名称、自我像、记录时间、沙盘图片、沙具摆放列表、沙具寓意分析、环境寓意分析等内容。 25、支持将训练报告推送至已有云平台，通过物联网技术与心理云平台实现互联互通，提供云端身份验证、数据保存、数据管理等功能。 26、多重身份登录：具备游客、管理员、用户身份登录。 四、配置要求 1、要求外观尺寸≥1140mm*650mm*（880-1280）mm（±50mm）。	

1					2、要求屏幕尺寸≥43英寸，触摸屏。 3、要求自动升降高度：屏幕距地高度调节范围：880mm 至1280mm。 4、所有软件终身维护，不定时免费升级，永久使用授权。 5、硬件质保期≥2年。 五、附带实体沙盘1套：配备1500件沙具，实木大九层柜3个（宽120cm，高160cm），标准沙盘1个，团体沙盘1个，实木支架2套，专用沙60斤，防水内托2个，沙盘游戏治疗技术培训录像资料1套，指导书籍1套。 六、免费提供系统培训使用。 **6、多导睡眠监测仪（床旁）** 一、适用范围：通过对人体脑电、心电、眼电、下颌电、腿动、胸腹呼吸、鼻气流、鼾声、血氧、体位的信号进行测试记录分析，对睡眠状况综合评估。可以用于获取、显示、贮存及分析呼吸事件，对睡眠障碍疾病进行辅助诊断（提供医疗器械注册证）。 二、产品要求： ▲1、设备具有不少于28导联监测参数：脑电（F3、F4、C3、C4、A1、A2，动态差分模拟脑电F3&C4、F4&C3）、眼电（EOG1、EOG2）、下颌肌电（EMG+、EMG-）、心电（ECG+、ECG-）、动态血压（收缩压、舒张压、平均压）、心肺藕合（CPC）、脉搏传导时间（PTT）、心率、鼻气流（压力式）、鼾声（压力式）、血氧饱和度、胸式运动（RIP）、腹式运动（RIP）、胸/腹运动（3D）、模拟气流、脉搏、脉搏波形、鼾声（MIC式）、语音记录（软件支持语音回放）、体位、体动、呼吸努力度、腿动（LEG）、CPAP压力滴定。 2、内置不小于16G TF存储卡，支持高速USB读取数据，每10个小时的数据大概400M，大约可以记录不少于40例数，包括语音文件。屏幕有剩余存储空间显示（Free TFrom），提醒用户及时清理TF存储卡内存，避免因TF存储卡过满导致数据出现卡顿、分段。 3、内置可充电锂电池≥4000mAh，环保便捷。充满电后可持续记录时间不低于14小时。屏幕上有电量显示，并且有低电量提示功能；只要在开机记录		

					时电量大于50%，设备即可确保电池电量能工作整个晚上，确保数据的完整性。 4、彩色显示屏≥3.0寸，显示脑电、心电、鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、体位、体动、胸/腹运动等导联通道参数的数据信号接收情况及数据动态，方便医护人员及用户随时观察设备运行情况，确定设备佩戴是否正确。 5、屏幕有年、月、日、时间显示，存储文件也是以年、月、日、时间格式自动生成数据文件夹，方便查找核对数据文件，并有当次记录时长显示。 6、使用整体围绕型电感体积描记法（RIP）和3D陀螺仪技术双重技术采集胸腹运动信号， 可实现胸腹运动数据对比和相互验证。3D陀螺仪技术能精准捕捉胸腹运动细微变化情况，可同时监测用户胸/腹运动、体位、体动这几项参数，该技术具有灵敏度高，抗干扰能力强，对各种微小动作敏感度高等特点。 7、主机精致，体积小巧，一键式操作，设备佩戴简单方便。 8、可支持任意品牌无创正压呼吸机进行压力滴定实验。 9、支持无线实时数据观察和主机屏幕数据观察两种方式，患者可自由移动。 10、MIC鼾声和压力式气流鼾声同时监测。 11、语音记录功能，并且能同步回放录音，有效杜绝鼾声记录数据失真。 12、连续无创血压分析脉搏传导时间（PTT）、动态血压（收缩压、舒张压、平均压），反映睡眠事件中血压变化趋势。 13、心肺藕合（CPC）技术、整体围绕型电感体积描记法（RIP）胸腹带技术、3D陀螺仪技术等多重技术采集胸腹运动情况、呼吸努力度，并经过内置算法得到模拟呼吸气流信号，准确率高，可替代压力气流，避免因压力式鼻气流脱落或张口呼吸导致的监测失败。 14、信号采集采用三级硬件放大+12位AD软件采集，保障信号质量。 15、分析软件具备快速傅立叶变换FFT脑能量频谱分析功能。 16、分析软件具备一键查看心率变异散点图功能。 17、专业防呆口设计，每一个传感器接口规格都不		

				相同，只要能正常插入接口，就能保障传感器连接不出错。 18、智能电脑自动分析软件，可提供详细的、不同格式的多种总结报告单，如睡眠监测报告单、呼吸事件汇总表、血氧汇总表、综合趋势图、压力滴定报表，具备数据管理功能。 ▲19、视频监测，方便查看患者夜间睡眠状况及活动情况。 三、性能指标 1、A/D采集≥12位 2、最高采样频率≥10kBps 3、存储容量≥16G 4、记录数据读出方式：高速USB读取 5、连续工作时间：单次充满电后可连续工作≥14H，电源≥3.7V可充锂电池（内置），4000mAh 6、防电击类型：内部电源供电，防电击程度：BF型应用部分 7、充电适配器：DC5V 1A 符合安规GB9706.1-2007 8、运行模式：连续运行 四、硬件参数指标 1、EEG、EOG、EMG分别对应人体脑电/眼电/下颌电： （1）输入阻抗：≥10MΩ; （2）幅频特性：以10Hz为基准，1Hz～30Hz(≤-3.0dB～+0.4dB）； （3）共模抑制比：≥100dB; （4）内部噪声：折合到放大器输入端≤5μVp-p; （5）耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，显示幅度变化范围≤±5%。 2、ECG对应人体心电： （1）输入阻抗：≥10MΩ; （2）幅频特性：以10Hz为基准，1Hz～25Hz(≤-3.0dB～+0.4dB）； （3）时间常数：≥0.1s; （4）共模抑制比：≥80dB; （5）内部噪声：折合到放大器输入端≤25μVp-p; （6）耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，显示幅度变化范围≤±5% 3、血氧饱和度范围（%SpO2）：50%-100%;	

				（1）血氧饱和度:80%-100%，误差绝对值≤±2%； （2）血氧饱和度:70%-79%，误差绝对值≤±3%。 4、脉搏显示范围：30bpm - 240bpm； （1）30bpm-100bpm，误差≤±2次/分； （2）100bpm-240bpm，误差≤±2%。 （3）同时显示屏及上位机端能观察用户脉博信号波形。 5、腹部、胸部运动：支持3D陀螺仪测量胸腹运动，能观察人体运动变化的信号波形。 6、呼吸气流：能观察用户呼吸气流呼、吸的信号波形。 7、体位：能识别人体仰位，俯位，左侧位，右侧位4种体位信号。 8、体动：能监测用户身体运动变化的信号波形。 9、腿部运动：采用3D传感器，误差≤±2次/分，能观察人体腿部运动变化的信号波形。 10、实时语音：采样率：10kBps，能实时显示波形。为打鼾及夜间磨牙提供额外的频率分析，电脑端回放能观察用户鼾声信号波形，并能播放出鼾声。 11、胸腹带：分别测试患者胸部，腹部呼吸情况。 （1）灵敏度≥1mm； （2）频率范围：1bmp-50bmp； （3）显示屏能实时显示波形；电脑端能回放。 12、数据终端：连接成功后指示灯蓝灯由闪烁变成长亮，电脑端有实时数据显示，并自动保存数据文件。 五、软件性能指标 1、睡眠软件符合最新的AASM标准，R&K和AASM互相转换，具有全中文操作界面、全中文报告。 2、软件具备自动数据分析和人工数据分析两种方式。 3、软件系统具有的特征： （1）能够显示睡眠呼吸监测波形和/或数值，手动翻页和滚动，显示长度应从10s/屏，至10min/屏不少于6个规格。 （2）具有快捷关闭导联通道功能。 （3）具有导联重组功能：能够显示/隐藏、打开/关闭、自定义导联名称和选择显示颜色。	

				（4）能够判读睡眠分期特征图形。 （5）能够标识呼吸事件图形。 （6）能够显示并识别体动变化波形。 （7）每个信号通道的显示幅度均可调节（体位、血氧除外）。 （8）可以实现手动分析过程并生成统计结果。 （9）可以手动分析睡眠分期；可以手动标记呼吸事件、氧减事件以及肢体运动事件，并最终生成统计结果和报告。 4、分屏功能：高频信号（如：EEG，ECG，EMG，EOG）与低频信号（如血氧、口鼻气流、体位、腿动等）可以分别采用不同扫描速度同屏显示，便于医生直观地进行睡眠分析。 （1）信号波形曲线可进行整体放大、缩小、翻转、隐藏或显示操作，对局部波形可进行单独放大、测量分析。 （2）专业PSG多导睡眠采集分析软件包括：睡眠分期、血氧饱和度趋势、体位分析、腿动分析、脉率分析、PTT分析、呼吸气流分析、鼾声事件分析、氧降事件分析、呼吸事件、睡眠微结构分析、微觉醒事件分析、异态睡眠分析、Lorenz心率变异分析等。 （3）功能丰富的回放分析软件，以色标标记睡眠过程中的呼吸暂停、鼾声事件等各类异常波形。 （4）软件具备PDF、Word两种报告模板选择，支持将数据转换成EDF国际标准数据格式，便于国际间的数据交流和会诊。 （5）数据分析时，可实时添加或改变灯光状态等事件，并可对干扰波形进行整页屏蔽。 （6）睡眠紊乱事件自动分析软件：呼吸事件、血氧饱和度、自发性微觉醒、运动相关性微觉醒、呼吸相关性微觉醒、PLM腿动、鼾声及其他自定义事件。 （7）具备AHI和RDI（包括AHI气流受限等不确定呼吸事件）指标。 （8）数据导联具有滤波增益调节功能。 （9）具有自定义事件标记功能，可快速插入自定义事件，并且能够快速准确查找呼吸暂停、低通气、低血氧饱和度等异常事件。 （10）具备导联曲线分类展示，可显示所有导联波	

				形或单独显示呼吸相关波形、生物电相关波形、气流变化相关波形，简化分析。 六、配置要求 1、工作站1套（电脑i7,14代，内存≥32G，固态硬盘≥500G，集成显卡，高清屏幕≥23寸，机箱15-20L）。 2、视频监测。 3、设备主机尺寸≥110*72mm*24（mm）、数据终端尺寸≥80*50*20（mm），外壳材料：ABS塑料。 4、彩色喷墨打印机1台，连供。 5、可移动台车1台。 6、连接医院HIS系统。 7、指脉氧夹2套，集成导联线1套。 8、产品使用年限≥8年 9、所有软件终身维护，不定时免费升级，永久使用授权。 10、硬件质保期≥2年。 七、免费提供医疗设备培训使用。 **7、多导睡眠监测仪（便携式）** 一、适用范围：通过对人体脑电、心电、眼电、下颌电、腿动、胸腹呼吸、鼻气流、鼾声、血氧、体位的信号进行测试记录分析，对睡眠状况综合评估。可以用于获取、显示、贮存及分析呼吸事件，对睡眠障碍疾病进行辅助诊断（提供医疗器械注册证）。 二、技术指标及特点： 1、设备具有不少于9导联监测参数：鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、脉搏波形、体位、体动、胸/腹运动、CPAP压力滴定。 2、SD卡安全存储更多数据，配备读卡器轻松读取SD卡数据，不小于16G存储卡，可连续记录100个以上病例数据。 3、内置可充电锂电池≥4000mAh，环保便捷。充满电后可持续记录时间不低于40小时。屏幕上有电量显示，并且有低电量提示功能和智能电量管理系统。只要在开机记录时没有低电量提示，设备即可确保电池电量能工作整个晚上，确保数据的完整性。 ▲4、彩色显示屏≥ 2.8寸，直观显示鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、脉搏波、体位、体动、胸/腹	

					运动、CPAP压力滴定、日期时间、电量等参数的数据信号接收情况及数据动态，方便医护人员及用户随时观察设备运行情况，确定设备佩戴是否正确。 ▲5、内置高精度3D陀螺仪，用于监测用户胸/腹运动、体位、体动这几项参数，该技术与传统的外接胸腹带技术相比具有灵敏度高，抗干扰能力强，随时记录各种微小动作等特点，并节省了昂贵的外接胸腹带作为耗材的使用。 6、主机精致，体积小巧，一键式操作，设备佩戴简单方便。 7、可连接到任意CPAP（无创正压呼吸机）产品滴定患者所需治疗压力。 8、智能电脑自动分析软件，可提供详细的、不同格式的多种总结报告单，如睡眠监测报告单、呼吸事件汇总表、血氧汇总表、综合趋势图、压力滴定报表。 9、A/D采集≥12位，最高采样频率≥2048Hz 10、血氧饱和度范围（%SpO2）：0%-100%； 血氧饱和度：80%-100%，误差绝对值≤±2%； 血氧饱和度：70%-79%，误差绝对值≤±3%。 11、脉搏显示范围：30bpm - 240bpm； 30bpm-100bpm，误差≤±2次/分； 100bpm-240bpm，误差≤±2%。 12、腹部运动：能观察人体腹部运动变化的信号波形。 13、呼吸气流：采用高灵敏度压力传感器，频率范围：5-60次/分；误差≤±2次/分。 14、体位：能识别人体仰位，俯位，左侧位，右侧位和站立位。 15、体动：能观察人体运动变化的信号波形。 16、鼾声：能观察用户气鼾声信号波形。 三、软件性能指标 1、睡眠软件符合最新的AASM标准，R&K和AASM互相转换，具有全中文操作界面、全中文报告，具有成人自动分析软件。 2、软件具备在记录病人数据的同时可对数据进行实时自动或手动分析；软件具备自动数据分析和人工分析两种方式。 3、信号波形曲线可进行整体放大、缩小、翻转、隐藏或显示操作，对局部波形可进行单独放大、测	

				量分析。 4、功能丰富的回放分析软件，以色标标记睡眠过程中的呼吸暂停、鼾声事件等各类异常波形。 5、采用Word灵活的中、英文报告格式，医生可根据需要进行任意编辑，可以产生整夜、分夜报告，得到诊断和治疗情况。 6、具有自定义事件标记功能，可快速插入自定义事件，并且能够快速准确查找呼吸暂停、低通气、低血氧饱和度等异常事件。 7、智能电脑自动分析软件，可提供详细的、不同格式的多种总结报告单，如睡眠监测报告单、呼吸事件汇总表、血氧汇总表、综合趋势图、压力滴定报表。 四、配置要求 1、电脑1套，i7,14代，内存≥32G，固态硬盘≥500G，集成显卡，高清屏幕≥23寸，机箱15-20L。 2、胸部固定带2套。 3、使用年限≥8年。 4、所有软件终身维护，不定时免费升级，永久使用授权。 5、硬件质保期≥2年。 6、电脑桌椅1套。 五、免费提供医疗设备培训使用。	
				8、失眠综合治疗仪（核心产品） ▲一、适用范围：用于非器质性失眠症的治疗（辅助治疗）或改善失眠症状、提高睡眠质量（提供医疗器械注册证）。 ★二、产品组成：控制台（主机），治疗控制软件，治疗床(须在整机注册范围内，不接受第三方自行拼装、组合配套产品）。 三、功能要求： 1、指导患者完成失眠综合问卷，并获得个体化睡眠调控方案，并自动化进行身心一体化治疗。 2、正常工作条件： （1）环境温度：5℃～40℃； （2）相对湿度：≤80%； （3）大气压力：70kPa～106kPa； （4）电源：AC220V±22V，50 Hz±1Hz。 （5）治疗仪防电击类型、程度：I类、B型应用部分。	

					▲3、节律性光刺激，体感音乐震动，TIP睡眠调控。 ▲4、治疗时可设置特定频率的光刺激，基于脑电节律化同步效应，引导人的脑电波从清醒状态转变为将要入睡状态。 （1）光照度≤10lx。 （2）光频率：2Hz-20Hz（±0.5Hz），连续可调。 （3）光脉冲占空比≤100%。 5、音乐和语音的治疗方案内容，可手动或自动选择；音乐和语音的音量大小可调，可根据患者耐受程度调节音量大小。 ▲6、床体含头罩，并具有调节背部和头罩机械运动的功能：背部调整角度：0°-70°(±5°)，头罩可前后移动。 ▲7、使用一定频率振动作用于人体背部、腰部、腿部、振动随音乐旋律和节律的变化而变化，使人迅速获得高质量的身心放松，有效改善失眠以及失眠带来的负性情绪。 （1）音乐体感振动强度分多档调节，可根据患者耐受程度调节振动大小。 （2）床体振动部位有肩部≥2个，腰部≥3个，腿部≥2个。 （3）振动速度真有效值≤399 mm/s。 （4）振动位移≤4 mm。 8、治疗结束后，有闹钟铃声提醒同时自动关闭各项治疗功能。 9、显示全部治疗参数，如光源选择、光频率设置、振动设置、音乐和语音的音量调节等。 ★10、全套设备所有功能无使用授权期限、次数限制，提供生产厂家加盖公章的书面承诺函。 四、配置要求 1、电脑1套，i7,14代，内存≥32G，固态硬盘≥500G，集成显卡，高清屏幕≥23寸。 2、黑白普通激光打印机一台。 3、可移动控制台车一辆，配备万向轮，方便床旁治疗。 4、设备使用年限≥8年。 5、所有软件终身维护，不定时免费升级，永久使用授权。	

				6、硬件质保期≥2年。 五、免费提供医疗设备培训使用。 **9、虚拟现实心理训练系统** 一、适用范围：系统采用U3D虚拟现实技术开发，要求包含应激训练、场景放松、心理训练、训练指导、音乐放松、心理视频、心理评估、HRV参数监测、眼动训练等功能模块，通过沉浸式虚拟环境，为用户提供多维度心理训练与放松，有效提升心理适应能力与情绪调节水平，广泛适用于心理放松、压力管理及综合素质提升等场景。 二、产品组成：虚拟现实心理训练系统，VR头显，指夹式生物反馈采集仪，训练舱，控制台。 三、功能要求 1、内置呼吸助手视觉提示窗，动态展示呼、吸效果，支持灵活调整呼吸速度；脉搏波形动态显示窗，实时监测心率、血氧指标，增强用户体验的直观性与互动性。 2、通过实时监测心率、血氧等数据，覆盖如脉搏波形、HRV频域、协调度、放松度、压力指数等关键指标。协调度、放松度、压力指数采用百分制评估。点击参数或图表可查看其详细介绍信息。支持监测结束后生成报告，报告支持导出。 ▲3、提供心率变异程度的曲线图、散点图（代表心率变异性的结果图之一）、HRT直方图（横轴为心率，竖轴为个数）、功率谱图（利用快速傅里叶转换法，将心率变异性波形图转换为功率谱密度图）、心率的平均值、心率的标准差、NN间期平均值、相邻RR间期差值的均方根、相邻RR间期的标准差等≥12项指标数据。 4、提供标准化HF（HF-norm）、交感及副交感张力的平衡（LF/HF）、总功率（TP）、高频功率（HF）、低频功率（LF）等≥7项HRV频域指标数据。 5、支持用户完成HRV参数检测后，生成报告，并根据用户得分情况推荐相应训练项目。 6、集成不少于14种专业心理评估量表，如自我压力测试、显性焦虑量表等，每个量表提供详细介绍说明，支持选择自动跳转至下一题，测评后即时生成报告，并根据用户心理评估结果，推荐相应训练项目。 7、支持通过训练舱自带操作手柄与虚拟现实训练	

				场景进行交互操作，支持用户通过佩戴虚拟现实头显查看脉搏、血氧等生理指标。 8、提供如精力唤醒、记忆重构、压力管理等≥17款心理训练主题，涵盖如“过山车”“大摆锤”“记忆排雷”等游戏项目。提供如应用简介、操作指导等文字介绍。支持开始运行后，控制台管理端自动弹出虚拟现实头显中的场景。 9、提供如“深海体验”“美丽沙滩”“静美草原”等不少于10款场景放松项目。支持用户转动虚拟现实头显可看到720度虚拟场景。 10、涵盖冥想放松、呼吸放松、感谢自己、拥抱潜意识、森林遨游、自爱提升、身体扫描、躯体放松等≥8种科学训练指导方向，结合动态虚拟场景展现，引导用户正确进行心理调适。 11、支持用户自由选择音乐进行放松，支持使用操作手柄控制如开始/暂停、切换角度、显示/隐藏生理状态等操作。 12、提供如“认识自我”“接纳自我”“心理学研究什么”等≥49个心理视频，支持通过虚拟头显进行焦点控制，通过操作手柄进行播放/暂停、重置视角等操作。 ▲13、支持应激训练，提供≥14种动态虚拟场景及音乐，支持通过手柄对当下的恐惧等级进行评分。 14、集成基于EMDR（眼动脱敏再处理）的8步骤眼动训练方案，提供不少于6条提示，支持在沉浸式虚拟场景中进行训练，支持进行眼动小球摆动速度调节、颜色更换、大小调节等。 15、训练档案管理：全面记录训练类型、记录日期及训练档案等，支持针对训练类型进行筛选，报告整合HRV记录数据。管理员可便捷查询与管理训练档案，支持报告导出功能。 16、支持进行动作平台配置，提供动作时间、最大行程等配置调节，用户可根据场地大小、训练强度调节训练舱。 17、支持将训练报告推送至已有云平台，通过物联网技术与心理云平台实现互联互通，提供云端身份验证、数据保存、数据管理等功能。 四、配置要求 1、要求训练舱尺寸≥800mm*900mm*1800mm(±50mm）。	

				2、要求屏幕尺寸≥23.8英寸。 3、要求头显尺寸≥281mm*192mm*124.5mm(±50mm）。 4、电脑i7,14代，内存≥32G，固态硬盘≥500G，集成显卡，高清屏幕≥23寸。 5、台车1辆。 6、指夹式生物反馈采集仪2个，VR头显1个。 7、音频系统：内置环绕音频系统。 8、存储系统：支持SD卡及USB存储设备等。 9、音乐椅电动控制。 10、所有软件终身维护，不定时免费升级，永久使用授权。 11、硬件质保期≥2年。 五、免费提供系统培训使用。 **10、经颅磁刺激仪（核心产品）** ★一、产品名称：经颅磁刺激仪或经颅重复磁刺激仪视为符合（提供医疗器械注册证）。 ▲二、适用范围：用于人体中枢神经刺激和外周神经刺激，用于康复科、精神科和神经科的神经电生理检查、运动神经功能评定；用于辅助治疗或改善失眠症状，可用于脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗（提供医疗器械注册证）。 三、主机 1、外观结构：一体式主机，脉冲源，冷却系统高度集成，可靠性佳；非堆叠结构，稳定性好，无倾覆、坠落风险。 ▲2、冷却系统：液态内循环冷却系统，非风冷或静态液冷或外循环液冷；冷却系统具备自主知识产权，可被证实降低噪音和节约能源。 3、操作系统：电脑承载管理软件，可触摸屏操作。 4、刺激线圈最大磁感应强度：1.0T—6T。 ▲5、穿透颅骨刺激大脑皮层深度≥2.5cm。 6、磁感应强度稳定输出允差：±5%。 7、磁感应强度的最大变化率：至少包括20KT/s-80KT/s。 8、TBS模式下支持以100%刺激强度输出。 9、脉冲上升时间：至少包括60μs±10μs。 10、输出脉冲宽度：至少包括340μs±20μs。 ★11、输出脉冲频率：0.1Hz—100Hz可调（提供第三方检测机构出具的检测报告或官网功能截图或	

					产品说明书或技术白皮书）。 12、电介质强度：主机内部高压储能电容安全可靠，电介质强度≥4000VAC。 13、当冷却系统发生故障时，应有提示或停止磁场输出。 14、在设备连续工作中，具有手动停止磁场输出的功能，可以通过按下设备面板上的停止开关，仪器立即停止输出。 15、可记录电容放电次数，当电容放电次数达到上限时具有提示功能。 四、刺激线圈：8字形线圈，能实现双面双向刺激。线圈全封闭一体式工艺，无孔设计，加工一次成型。 1、实时线圈温度显示。 2、具有电动吸液和电动排液功能。 五、软件功能 1、可建立和储存患者的一般信息。包括：姓名、性别、出生年月日、检查日期、门诊号或住院号、就诊科室等。 2、可实现互联网功能，病人档案管理，专家方案，自定义治疗方案，海量储存。 3、可根据病人姓名查找相关储存资料调出回放。 4、可统计呈现每个患者的治疗记录，可以将记录存为.docx文档，方便复制和粘贴到硬盘、U盘等其他存储设备。 六、检测模式 1、检测项目：支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）、ICI/ICF检测、静息期检测等检测功能。 2、检测记录：运动阈值与治疗方案自动记忆功能，可对保存文档中波形与数据进行复现。 3、具备自动计算神经传导时间功能。 4、具备运动诱发电位（MEP），用于捕捉肌电信号（EMG），并可以在显示器上显示波形。 5、通道数≥2通道。 6、采样率≥100KHz。 7、传输方式：有线传输，非无线传输，确保信号稳定。 8、最小分辨率：≤0.1μV，频率测量范围：1Hz-25KHz。		

					七、刺激模式 1、单脉冲（sTMS）、重复脉冲（rTMS）、复合刺激（TBS）、成对脉冲输出（pTMS）等多种刺激模式自由调整。 ★2、支持双人同时个性化治疗，双人的刺激频率、刺激强度、刺激时间和刺激间隔可完全独立调节，并且无强制关联关系，两线圈可同时输出脉冲（提供第三方检测机构出具的检测报告或官网功能截图或产品说明书或技术白皮书）。 3、支持双线圈成对刺激，成对脉冲最小时间间隔≤0.1ms，双线圈成对脉冲时间间隔范围-31000ms~31000ms内可调，步长1ms。 4、定时时间按照方案的需要设置，在预定时间（方案的总时间）到达后设备自动终止磁场输出，允差：±10%。 5、内置多种专家方案，可供临床选择，支持刺激方案自定义，设置刺激时间、输出频率、刺激间歇、刺激强度、刺激数量等。 6、能显示阈值强度、以百分比表示相对输出强度，显示刺激序列、刺激时间、刺激数量。 八、治疗方案提供详细图文描述，配合专利定位帽标识，刺激部位360度呈现，提供精准靶点指导。 1、触发输出：触发脉冲波宽350μs±50μs，幅度5V±0.5V。 2、触发输入：输入脉冲波宽≥16μs，幅度5V±0.5V的信号，能被触发。 3、操作软件上调节触发输入延时时间，软件在0~500ms范围可调，步长0.1ms。 4、操作软件上调节触发输出延时时间，软件在-500~500ms范围可调，步长0.1ms。 九、配置要求 1、刺激仪主机（内置惰性液态内循环冷却系统）1台。 2、刺激线圈2套（8字形）。 3、磁场刺激仪操作软件1套。 4、线圈支架2套。 5、定位帽10套。 6、MEP模块1套。 7、设备使用年限≥10年。 8、所有软件终身维护，不定时免费升级，永久使用授权。	

				9、硬件质保期≥2年。 十、免费提供医疗设备培训使用。	

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1:

自合同签订之日起30个日历日内完成交货、安装及调试。

3.4.2交货地点

采购包1:

采购人指定地点。

3.4.3支付方式

采购包1:

分期付款

3.4.4支付约定

采购包1:

1、 进度款，项目验收合格，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的95.0%

2、 其他，验收合格一年后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的5.0%

3.4.5验收标准和方法

采购包1:

1、项目验收分初验和终验: 初验：货物到达交货地点后，由采购方根据合同对货物（产品）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。 终验：由采购人进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。 2、验收不合格的，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。若接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。 3、验收依据 （1）合同文本及合同补充文件（条款）。 （2）招标文件。 （3）中标人的投标文件。 （4）合同货物清单。 （5）其他证明资料。

3.4.6包装方式及运输

采购包1:

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1:

1、质保期为终验合格之日起1年。供应商承诺的质保时间超过上述要求的，按其承诺时间质保。 2、招标文件中技术参数中有规定的应以招标文件中技术参数要求为准，国家有规定的且优于招标文件的以国家规定为准。 3、所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策，所有产品必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。 4、质保期出现的质量问题由中标人负责解决（调换）并承担所有费用。

3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1:

合同在履行过程中发生的争议，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购方所在地仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

3.5其他要求

1.本章3.4商务条款均为“实质性条款”，偏离（不满足）将导致投标被否决。2.特别注意:为顺利推进政府采购电子化交易

平台应用工作，供应商需在线提交所有通过电子化交易平台实施的政府采购项目的投标文件；3.中标（成交）供应商在采购结果发布后3个工作日内向代理机构提交纸质版响应文件以便于存档，响应文件正本1份，副本2份（可以使用签章文件直接打印），电子版文件2份（以U盘为载体，PDF格式），纸质响应文件均须A4纸打印，分别各自装订成册。 4.如招标文件中融资相关内容与新政策要求有出入，按照最新要求执行。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下:

4.1一般资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料;	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传《汉中市供应商资格承诺函》并进行电子签章。	汉中市供应商资格承诺函
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

4.2特殊资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	主体资格	供应商应是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人、其他组织须提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书）等证明资料， 自然人须提供身份证明。	投标人应提交的资格证明材料
2	法定代表人身份证明或授权委托书	供应商应授权合法的人员参加本项目投标活动全过程，其中法定代表人直接参加投标活动的，应出具法定代表人证明书及法定代表人合法有效的身份证扫描件，且应与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标活动的，应出具法定代表人证明书、法定代表人授权书及授权代表合法有效的身份证扫描件。	投标人应提交的资格证明材料

3	汉中市政府采购供应商资格承诺函	供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录、参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在信用中国网站未列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、在中国政府采购网未列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，供应商需提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》。	汉中市供应商资格承诺函
4	资质要求	投标人为代理商的须提供有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》及所投产品的医疗器械产品注册证或备案凭证；投标人为制造商的须提供有效《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》及所投产品的医疗器械产品注册证或备案凭证。本项目中非医疗器械产品无需提供医疗器械相关资质。	投标人应提交的资格证明材料

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	**审查内容**	**具体标准和要求**	**关联投标（响应）文件格式文件**
无			

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

采购包1： 共5人， 其中评审专家4人， 采购人代表1人。

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3评标方法

采购包1：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表
2	报价唯一	只能有一个有效报价，且不能超过本项目采购预算（最高限价）	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表
3	签字盖章	符合招标文件要求	投标方案 分项报价表 开标（报价）一览表 本国产品说明 中小企业声明函 业绩 商务应答表 中国境内生产的组件成本核算基本规则 技术参数偏离表 投标函 投标（响应）报价明细表 残疾人福利性单位声明函 汉中市供应商资格承诺函 投标人应提交的资格证明材料 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件
4	交货时间及质保期	满足招标文件中的要求	商务应答表
5	投标有效期	满足招标文件中的规定	投标函

6	其他情形	不存在其他不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形	投标方案 分项报价表 本国产品说明 开标（报价）一览表 中小企业声明函 业绩 商务应答表 中国境内生产的组件成本核算基本规则 技术参数偏离表 投标函 投标（响应）报价明细表 残疾人福利性单位声明函 汉中市供应商资格承诺函 投标人应提交的资格证明材料 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 监狱企业的证明文件

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料；

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观分赋分有关事项的通知》（陕财办函〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1： 按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1:

评审内容		**评审标准**			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	**评审内容**	**具体标准和要求**	**分值**	**客观/主观**	**关联投标（响应）文件格式文件**
	产品技术参数	产品的技术指标评审： 1、技术参数中标“★”参数为实质性要求，不接受负偏离，供应商需提供与之对应的证明材料。 2、所有产品技术参数完全响应得45分。 3、“▲”项技术指标每有一项不满足扣1分，一般技术指标每有一项不满足扣 0.5分，扣完为止。 评审依据：“▲”项技术指标按照技术参数要求，提供参数的证明文件（包括不限于第三方检测机构出具的检测报告或官网功能截图或产品说明书或技术白皮书等），无技术材料支持视为负偏离。	45.0000	客观	技术参数偏离表
	业绩	提供2023年1月1日以来类似业绩，每提供1份业绩得1分，最高得5分。 注：证明文件以合同为准，时间以合同签订时间为准；投标文件中附业绩证明文件复印件并加盖公章，未提供或不清晰导致无法识别的不予认可。	5.0000	客观	业绩

详细评审	供货实施方案	根据供应商提供的实施方案进行评审，评审内容包含（①供货进度安排及保障措施②运输方案③人员配置及分工方案④验收配合方案）。评审标准：响应方案内容完整,描述清晰且能针对性满足项目需求，每一项得2分，满分8分；每有一处不完善或存在瑕疵扣0.5分，扣完为止，缺项不得分。 瑕疵是指：方案生搬硬套，与实际情况明显不符或存在与本项目明显无关的文字内容或内容不适用本项目的实际情况或内容缺失不完善，可实施性较差或凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误及其他不利于本项目实施的任意情形；未提不得分。	8.0000	主观	投标方案
	质量保障方案	根据供应商提供的质量保障方案进行评审，评审内容包含（①质量目标②质量控制措施③安装质量保障④质量承诺）。 评审标准：响应方案内容完整,描述清晰且能针对性满足项目需求，每一项得2分，满分8分；每有一处不完善或存在瑕疵扣0.5分，扣完为止，缺项不得分。 瑕疵是指：方案生搬硬套，与实际情况明显不符或存在与本项目明显无关的文字内容或内容不适用本项目的实际情况或内容缺失不完善，可实施性较差或凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误及其他不利于本项目实施的任意情形；未提不得分。	8.0000	主观	投标方案

	售后服务方案	根据供应商提供的售后服务方案进行评审，评审内容包含（①售后服务架构及服务内容②售后服务人员配置）。评审标准：响应方案内容完整、表述清晰，能够结合本项目实际，针对性满足项目售后服务需求，每一项得2分，满分4分，每有一处不完善或存在瑕疵扣0.5分，扣完为止，缺项不得分。瑕疵是指：方案生搬硬套，与实际情况明显不符或存在与本项目明显无关的文字内容或内容不适用本项目的实际情况或内容缺失不完善，可实施性较差或凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误及其他不利于本项目实施的任意情形；未提供供货实施方案本项不得分。	4.0000	主观	投标方案
异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）合计报价响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即合计报价响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%。（2）合计报价响应报价低于通过符合性审查且报价次低供应商响应报价50%的，即合计报价响应报价<通过符合性审查且报价次低供应商响应报价×50%。（3）合计报价响应报价低于最高限价45%的，即合计报价响应报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时	0.0000	客观	投标（响应）报价明细表 开标（报价）一览表

		间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。			
价格分	价格分	报价得分=(评审基准价／评审报价)×100×价格权重。满足采购文件要求且评审报价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评审报价。注：若报价形式为总价、单价、折扣、上浮率时，评审报价=投标报价，扣除价=评审报价×扣除比例=投标报价×扣除比例，扣除后评审报价=评审报价-扣除价=投标报价×（1-扣除比例）。	30.0000	客观	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表 残疾人福利性单位声明函 中小企业声明函 监狱企业的证明文件

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。若本采购包所有供应商所投产品均符合对本国产品的支持政策时，所有供应商均不进行价格扣除。	开标（报价）一览表 投标（响应）报价明细表 本国产品说明 关于符合本国产品标准的声明函 中国境内生产的组件成本核算基本规则

说明:

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位;

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标:

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的;

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的;

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的;

四、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8定标

5.8.1 定标原则

一、评审结束后，代理机构在评标（评审）结束之日起2个工作日内将评标（评审）报告及有关资料送交采购人。

二、采购人在收到评标（评审）报告后5个工作日内，在评标（评审）报告确定的中标（成交）候选供应商名单中按顺序确定中标（成交）供应商。中标（成交）成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标（成交）供应商。

三、采购人逾期未确定中标（成交）供应商且不提出异议的，视为确定评标（评审）报告提出的排序第一的供应商为中标（成交）供应商。

四、根据采购人确定的中标（成交）供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标（成交）结果公告，同时向中标（成交）供应商发出成交通知书。

5.9评标专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

详见附件：投标（响应）报价明细表

详见附件：投标文件封面

详见附件：开标（报价）一览表

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：投标函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：商务应答表

详见附件：中小企业声明函

详见附件：业绩

详见附件：本国产品说明

详见附件：中国境内生产的组件成本核算基本规则

详见附件：投标人应提交的资格证明材料

详见附件：汉中市供应商资格承诺函

详见附件：投标方案

详见附件：分项报价表

详见附件：技术参数偏离表

第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：拟签订的合同文本.docx

投标（响应）报价明细表

项目编号： THJT2026ZC—030.1B1

项目名称： 心理、睡眠设备采购项目(二次)

采购包： 心理、睡眠设备采购项目

投标人名称：

城固县中医医院心理、睡眠设备

序号	报价内容	规格型号	品牌	产地	制造商名称	计量单位	报价形式	最高限价	单价	数量	响应报价
1	城固县中医医院心理、睡眠设备	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	{供应商响应}	批	总价	1800000元	{=响应报价/数量}元	1.0000	{供应商响应}元
										合计：	
备注：_____											

时间： 年 月 日

签章：

投标文件
采购项目名称：{项目名称}
采购项目编号：{项目编码}
采购包号：{包号}
投标人名称：{供应商名称}
日期:{当前日期}

开标（报价）一览表

项目编号： THJT2026ZC—030.1B1

项目名称： 心理、睡眠设备采购项目(二次)

采购包： 1(心理、睡眠设备采购项目)

投标人（供应商）名称:

序号	报价内容	报价形式	最高限价	响应报价
1	心理、睡眠设备采购项目	总价	1800000 元	「汇总引用」 元
				合计报价： 0 （零元整）
备注：_____				

时间： 年 月 日

签章:

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加{采购单位名称}单位的{项目名称}采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签章）：{供应商名称}

日 期: {当前日期}

注:
1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业或者监狱企业的，不重复享受政策。
2.供应商不属于残疾人福利性单位的，不提供此声明。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

XXX. XXX， 生产厂为 XXX， 厂址为 XXX。 XXX 的中国境内生产的组件成本占比≥ ____。 XXX 的 ____ 在中国境内生产。 XXX 的 ____ 在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标供应商（签章）：____

公司全称：{供应商名称}

日期：XXX

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

投标（响应）函

致：{代理机构名称}

我单位作为{项目名称}（项目编号：{项目编码}）的投标（响应）供应商，自愿参与本项目政府采购活动，充分理解采购文件的要求，在此郑重声明及承诺：

一、我单位具有独立承担民事责任的能力；

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

六、我单位满足采购文件规定的特定条件；

七、我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为；

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

九、我单位不存在与其他供应商委托同一单位或者个人编制投标（响应）文件、办理投标（响应）事宜的情形；

十、如本项目采购过程中需要提供样品，我单位提供的样品即为中标（成交）后将要提供的产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标（成交）的，我单位愿意承担相应不利后果；

十一、我单位一旦中标（成交），将严格按照采购文件规定交纳代理服务费、履约保证金，在约定期限内签订采购合同，并严格履行采购合同规定的责任和义务；

十二、我单位在本项目使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任；

十三、我单位为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

十四、我单位完全接受和理解本项目采购文件规定的实质性要求；

十五、我单位承诺，响应有效期为提交响应文件截止之日起{投标（响应）有效期天数}天；

根据采购文件规定，以上承诺事项如需提供相关证明材料的，以投标（响应）文件中提供的证明材料为准。本函发出后，即对我单位产生约束力，我单位保证严格遵守本响应函的各项承诺，并对本次提交的投标（响应）文件全部内容真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取入围、成交的法律责任。

特此声明。

供应商名称：{供应商名称}（签章）

日 期: {当前日期}

说明：
1.重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
2.需供应商提供的财务状况证明、履行合同所必需的设备和专业技术能力等证明材料的，按照本项目采购文件的规定提供。

监狱企业的证明文件

注：1、根据《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

商务应答表

项目名称：{采购项目名称}

项目编号：{采购项目编号}

包号：{采购包编号}

序号	招标文件要求	投标文件应答

注：1.以上表格格式行、列可增减。

2.投标人根据招标文件的全部商务要求逐条填写此表，并按招标文件要求提供相应的证明材料。

业绩

序号	
合同时间	
项目名称	
买方名称	
买方联系人及电话	
合同价格	
项目概况及供应商履约情况	
备注	

注：业绩证明文件以合同为准，时间以合同签订时间为准；投标文件中附业绩证明文件复印件并加盖公章，未提供或不清晰导致无法识别的不予认可。

汉中市政府采购供应商资格承诺函

致：(采购人、采购代理机构名称)

(投标人名称)郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中(www.creditchina.gov.cn),也 未 列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中(www.ccgp.gov.cn)。

3.我方在采购项目评审(评标)环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺 。

(投标人公章)

日期： 年 月 日

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加{采购单位名称}的{项目名称}采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.{标的名称}，属 于 {采购文件中明确的所属行业}行业；制造商为，从业人员 人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(签章)：{供应商名称}

日 期: {当前日期}

注：

1、供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，结合自身实际，确定对应的中小企业划型。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业从业人员、营业收入、资产总额均填0，根据提交投标（响应）文件时的实际情况填写企业类型。

3、供应商不属于中小企业的，无需提供此声明。

标的名称	
所属行业	请选择
制造商/承接（承建）企业名称	
是否为新成立企业	否
从业人员（人）	
营业收入（万元）	
资产总额（万元）	
企业规模	请选择一个企业

确定 取消

投标方案

根据招标文件第五章评标办法编制，格式自拟。

《本国产品说明》

序号	主要产品/技术名称（规格型号）	本国产品	该产品成本在产品总成本中占比（%）
1			
2			
3			
本国产品在产品总成本中占比合计			

供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见下附件 1）提供该产品成本在产品总成本中占比。

2. 供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见下附件 2）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

投标人应提交的相关资格证明材料

1、供应商应是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人、其他组织须提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书）等证明资料，自然人须提供身份证明。

2、供应商应授权合法的人员参加本项目投标活动全过程，其中法定代表人直接参加投标活动的，应出具法定代表人证明书及法定代表人合法有效的身份证扫描件，且应与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标活动的，应出具法定代表人证明书、法定代表人授权书及授权代表合法有效的身份证扫描件。

3、供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录、参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在信用中国网站未列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、在中国政府采购网未列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，供应商需提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》。

4、投标人为代理商的须提供有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》及所投产品的医疗器械产品注册证或备案凭证；投标人为制造商的须提供有效《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》及所投产品的医疗器械产品注册证或备案凭证。本项目中非医疗器械产品无需提供医疗器械相关资质。

1、供应商应是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人、其他组织须提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书）等证明资料， 自然人须提供身份证明。

2、供应商应授权合法的人员参加本项目投标活动全过程，其中法定代表人直接参加投标活动的，应出具法定代表人证明书及法定代表人合法有效的身份证扫描件，且应与营业执照上信息一致；法定代表人授权代表参加投标活动的，应出具法定代表人证明书、法定代表人授权书及授权代表合法有效的身份证扫描件。

（1）法定代表人证明书

<table>
<tr><td colspan="5">致：采购人</td></tr>
<tr><td rowspan="8">企
业
法
人</td><td>企 业 名 称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>法 定 地 址</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>邮 政 编 码</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>网　　址</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>工商登记机关</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>税务登记机关</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>机构代码证号（或统一社会信用代码证号）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">法 定
代 表
人</td><td>姓　名</td><td></td><td>性　别</td><td></td></tr>
<tr><td>职　务</td><td></td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td>传　真</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">法定代表人身份证复印件</td><td colspan="2" rowspan="2">身份证复印件</td><td colspan="2">（法定代表人签字或盖章）</td></tr>
<tr><td colspan="2">（公章）

年 月 日</td></tr>
</table>

（2）法定代表人授权书

<table>
<tr><td colspan="5">致：采购人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">被
授
权</td><td>姓　名</td><td></td><td>性　别</td><td></td></tr>
<tr><td>职　务</td><td></td><td>手机号码</td><td></td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td></td><td>图文传真</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">人</td><td>通讯地址</td><td></td></tr>
<tr><td>网　址</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">被授权项目与内容</td><td>项目名称</td><td></td></tr>
<tr><td>项目编号</td><td></td></tr>
<tr><td>授权范围</td><td>全权办理本次招标采购项目的投标、澄清、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。</td></tr>
<tr><td>法律责任</td><td>本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。</td></tr>
<tr><td>授权期限</td><td>本授权书自开标大会之日计算有效期为 90 个日历日</td></tr>
<tr><td colspan="2">被授权人身份证复印件</td><td>签署栏</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">身份证复印件</td><td>（法定代表人签字或盖章）</td></tr>
<tr><td>（公章）
年 月 日</td></tr>
</table>

3、供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录、参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在信用中国网站未列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、在中国政府采购网未列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，供应商需提供《汉中市政府采购供应商资格承诺

函》。

汉中市政府采购供应商资格承诺函

致：(采购人、采购代理机构名称)

(投标人名称)郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中(www.creditchina.gov.cn),也 未 列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中(www.ccgp.gov.cn)。

3.我方在采购项目评审(评标)环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺 。

(投标人公章)

日期： 年 月 日

4、投标人为代理商的须提供有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》及所投产品的医疗器械产品注册证或备案凭证；投标人为制造商的须提供有效《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》及所投产品的医疗器械产品注册证或

备案凭证。本项目中非医疗器械产品无需提供医疗器械相关资质。

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

分项报价表

投标人名称：_____

项目编号：_____

序号	名称	品牌、型号	制造厂商	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1								
2								
3								
4								
5								
…								
总计（元）								

注：1、投标报价中应包括设备费、随机耗材、运输费、保险费、安装调试费、培训、验收等完成本次招标内容所产生的一切费用（含税费）。

法定代表人或其授权代表人签字或签章：_____

投标人名称：_____(公章)

技术参数偏离表

供应商名称：_____ 项目编号：

第_页共_页

序号	设备名称	招标文件要求	投标产品技术参数	偏离	佐证材料页码	备注
1						
2						
…						

注：

1、供应商须对本项目全部技术条款逐条应答，列明偏离情况，偏离类型填写：正偏离、无偏离、负偏离。

2、标“★”参数为实质性要求，不接受负偏离，供应商须提供对应的证明材料；★参数存在负偏离的，按无效投标处理。

3、“▲”项技术指标按照技术参数要求，提供参数的证明文件（包括不限于第三方检测机构出具的检测报告或官网功能截图或产品说明书或技术白皮书等），无技术材料支持视为负偏离。

4、一般技术参数由供应商在技术偏离表中逐条如实应答，供应商应对其内容的真实性、符合性承担全部责任。中标后，采购人有权在履约验收环节对全部一般技术参数逐项核验；经核验不满足招标文件要求的，按虚假响应、违约处理。若合同履约、验收核查发现所投产品与技术偏离表应答内容不符，投标文件标注为正偏离 / 无偏离而实际为负偏离的，属于提供虚假材料谋取中标，采购人将移交财政主管部门依法查处，由财政部门按政府采购相关法律法规记入不良行为记录名单，一至三年内禁止参加政府采购活动，并承担相应违约责任与全部损失。

5、投标产品技术参数响应内容如完全照抄照搬招标文件原文要求，未填写所投产品实际参数，该项响应无效。

法定代表人或被授权代表签字或盖章：_

供应商名称：_____ （公章）

日期： __年__月__日

技术参数真实性承诺函

致：（采购人）

我方就本项目一般技术参数郑重承诺如下：

1. 我方在技术偏离表中对招标文件全部一般技术参数的偏离情况如实填报，标注为无偏离、正偏离的，所投产品对应参数真实满足招标文件要求；标注为负偏离的，该偏离内容为我方真实应答，自愿接受招标文件规定扣分。

2. 一般技术参数投标阶段未随投标文件提交佐证资料；我方承诺，中标后采购人在履约验收阶段有权对全部一般技术参数逐项核验、现场测试，我方按需提供对应的证明材料并积极配合。

3. 若履约验收核查发现：一般技术参数在偏离表中标注为无偏离 / 正偏离，但实际不满足招标文件要求的，我方自愿承担合同违约责任；经查实存在故意虚构参数、隐瞒不达标情形，属于提供虚假材料谋取中标的，采购人有权移交财政主管部门依法查处，我方自愿接受相应处理并承担全部损失。

供应商（盖章）：

法定代表人 / 授权代表（签字）：

日期：