

汉滨区妇幼服务能力提升项目（血液透析、儿童康复设备）采购项目（二次）包2(儿童康复设备采购项目)

招 标 文 件

项目编号：SXSD2026-AK-033

采购单位：汉滨区妇幼保健计划生育服务中心

代理机构：陕西顺德招标代理有限公司

二零二六年九月

目 录

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 商务及合同主要条款

第四章 采购内容及技术参数

第五章 投标文件基本格式

第一章 招标公告

项目概况

汉滨区妇幼服务能力提升项目（血液透析、儿童康复设备）采购项目（二次）招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）获取招标文件，并于2026年09月29日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SXSD2026-AK-033

项目名称：汉滨区妇幼服务能力提升项目（血液透析、儿童康复设备）采购项目（二次）

采购方式：公开招标

预算金额：1,345,842.00 元

采购需求：

合同包 2(儿童康复设备采购项目)：

合同包预算金额：1,345,842.00 元

合同包最高限价：1,345,842.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)
1-1	其他医疗设备	儿童康复设备采购项目	1(项)	详见采购文件	1,345,842.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后 30 个日历日内。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 2(儿童康复设备采购项目)特定资格要求如下：

(1) 合法注册的法人或其他组织，并出具合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或统一社会信用代码的营业执照）；

(2) 法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证（法

定代表人或负责人直接参加投标只须提供法定代表人或负责人身份证)；

(3) 信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》(按格式填写，提供原件)。经查，投标人未被列入“信用中国”网站记录的“严重失信主体名单”及“重大税收违法失信主体名单”；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间；

(4) 财务状况报告：提供 2025 年度财务审计报告(成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)，或其开标前半年内基本存款账户开户银行出具的资信证明；

(5) 税收缴纳证明：自 2026 年 01 月 01 日以来已缴纳的至少一个月的缴税凭证。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

(6) 社会保障资金缴纳证明：提供 2026 年 01 月 01 日以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；

(7) 如投标产品属于医疗器械的，供应商为制造商须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》同时提供《医疗器械注册证》；为供应商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》以及制造商的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》同时提供《医疗器械注册证》；

(8) 本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》；

(9) 本项目不接受联合体投标，需出具非联合体投标声明。

三、获取招标文件

时间：2026 年 09 月 09 日至 2026 年 09 月 15 日，每天上午 09:00:00 至 12:00:00，下午 14:00:00 至 17:00:00 (北京时间)

途径：全国公共资源交易平台(陕西省·安康市)

方式：在线获取

售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026 年 09 月 29 日 14 时 00 分 00 秒 (北京时间)

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台(陕西省·安康市)

开标地点：全国公共资源交易平台(陕西省·安康市)不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

网上报名与文件下载：

(1) 投标供应商使用捆绑陕西省公共资源交易平台的 CA 锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击“我要投标”并完善相关投标信息；

(2) 未完成网上投标成功的，视为报名失败；

(3) 本项目采用电子化投标方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；

(4) 电子投标文件技术支持：4009280095、4009980000；

(5) 未及时下载招标文件确认的将会影响后续开评标活动。如未进行线上操作，导致无法参与投标的，责任自负；

(6) 本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式。投标人须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标前，供应商需登录网络开标大厅，登录网址 <http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>。（遇到问题及时联系客服 4009280095）开标时，按照工作人员要求进行远程解密，如因供应商自身原因造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：汉滨区妇幼保健计划生育服务中心

地址：安康市汉滨区翠屏路

联系方式：0915-8110916

2. 采购代理机构信息

名称：陕西顺德招标代理有限责任公司

地址：安康市汉滨区香溪路天宝康郡 2-1-401 室

联系方式：0915-3322979

3. 项目联系方式

项目联系人：谭工

电话：0915-3322979

陕西顺德招标代理有限责任公司

2026 年 09 月 08 日

第二章 投标须知

一、总则

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《陕财办采资〔2016〕53号》文件及省市现行有关法律法规执行。

1. 采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1 采购人：汉滨区妇幼保健计划生育服务中心

1.2 采购代理机构：陕西顺德招标代理有限公司

1.3 监督管理机构：汉滨区财政局

2. 合格的投标人、合格的服务

2.1 合格的投标人

2.1.1 凡是依照《中华人民共和国公司法》注册、具有法人资格、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件、并具备国家规定的相关该行业必备资质，有能力提供本次货物和服务的制造商或授权供应商均可投标。

2.1.2 资质要求：

（1）合法注册的法人或其他组织，并出具合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或统一社会信用代码的营业执照）；

（2）法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人或负责人直接参加投标只须提供法定代表人或负责人身份证）；

（3）信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写，提供原件）。经查，投标人未被列入“信用中国”网站记录的“严重失信主体名单”及“重大税收违法失信主体名单”；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间；

（4）财务状况报告：提供2025年度财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前半年内基本存款账户开户银行出具的资信证明；

（5）税收缴纳证明：自2026年01月01日以来已缴纳的至少一个月的缴税凭证。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

(6) 社会保障资金缴纳证明：提供 2026 年 01 月 01 日以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；

(7) 如投标产品属于医疗器械的，供应商为制造商须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》同时提供《医疗器械注册证》；为供应商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》以及制造商的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》同时提供《医疗器械注册证》；

(8) 本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》；

(9) 本项目不接受联合体投标，需出具非联合体投标声明。

注：投标人要保证在投标文件中仍有上述资质复印件并加盖公章。

2.1.3 投标人参加本次招标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，在参加政府采购活动中未被监督管理机构列入“不良行为记录名单”。

2.1.4 投标人必须从采购代理机构获取招标文件并登记备案，未从采购代理机构获取招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。

2.1.5 本项目不接受联合体投标。

2.2 合格的货物与服务。

2.2.1 投标所用货物及其有关服务，均应来自上述 2.1 条款所规定的合格投标人。

2.2.2 货物系指投标人按招标文件规定，向采购人提供的符合招标文件要求的相关的货物。

2.2.3 服务系指招标文件规定的，投标人须承担的与投标货物有关的辅助服务，如包装、运输、售后服务以及其他类似的义务。

3. 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

二、招标文件

4. 招标文件构成

招标文件包括下列内容：

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 拟签订合同条款

第四章 采购内容与技术参数

第五章 投标文件基本格式

5. 招标文件的澄清和修改

5.1 采购人或招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在陕西省政府采购网上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件并登记备案的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 投标人对招标文件若有疑问要求澄清，应在投标截止期五日前，按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标代理机构，招标代理机构对投标人的澄清要求均以书面形式予以答复，并将根据澄清要求涉及的范围把书面答复送达给相关的每一个获取招标文件并登记备案的投标人。

5.3 采购人可以视招标具体情况，延长投标截止时间和开标时间。在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有获取招标文件并登记备案的投标人，并在陕西省政府采购网发布变更公告。

6. 招标文件的解释权归采购代理机构及采购单位。

三、投标文件的编制

7. 编制要求

7.1 投标人应认真阅读招标文件的所有内容，严格按照招标文件的要求编制和提交投标文件，并保证所提交的全部资料的真实性，使投标文件对招标文件做出实质性响应。如果投标人在投标文件中没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其投标按废标处理。

7.2 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函均应以中文书写。

8. 投标文件构成和格式

8.1 投标人编写的投标文件应包括，但不限于下列部分，请按招标文件提供的相应格式并依照下列顺序编写：

- 一 投标响应函
- 二 投标报价表
- 三 供应商资格证明文件

四 分项报价表

五 货物说明一览表

六 技术规格响应偏离表

七 商务响应偏离表

八 实施方案

九 产品质量保证

十 项目业绩一览表

十一 供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺

8.2 投标人应按照本须知第 8.1 条的内容及第五章提供的格式编写投标文件，不得缺少招标文件要求填写的表格或提交的资料。

8.3 投标人应将投标文件按本须知第 8.1 条规定的顺序编排、并应编制目录，逐页标注连续页码。

9. 投标报价

9.1 投标报价是指是设备到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括设备的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试费及进口设备国家按现行税收政策征收的一切税费等，以招标文件的内容和要求作为投标依据；

9.2 投标单位应在投标文件中的分项报价表上，标明所投设备的供应价、安装调试费、运杂费、等其它费用。

9.3 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

9.4 本项目采用电子化投标，不接受纸质投标文件。投标单位应确保电子投标文件能够正常打开，因投标单位自身原因导致电子投标文件无法打开，导致废标或未中标，投标单位自行承担责任。

9.5 本项目采购预算为：壹佰叁拾肆万伍仟捌佰肆拾贰元整（¥：1,345,842.00 元），投标报价大于本采购预算按废标处理；

9.6 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

9.6.1 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 65%的，即投标（响应）报价小于全部通过符合性审查供应商投标（响应）

报价平均值 $\times 65\%$;

9.6.2 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 65%的，即投标（响应）报价小于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times 65\%$;

9.6.3 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 65%的，即投标（响应）报价小于采购项目最高限价 $\times 65\%$;

9.6.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第 1 项至第 3 项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过 65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

10. 电子化投标报价步骤

10.1、电子文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子投标文件（*.SXSZF）；（未完成网上投标成功的或未在规定时间内在平台上下下载文件的，无法完成后续流程）

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子投标文件（*.SXSTF），使用旧版电子投标文件制作的电子投标响应文件，系统将拒绝接收。

10.2、电子投标文件需要使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(8.0.0.36)》，下载网址：

<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20180827/c8c8fb15-a7cc-4011-a244-806289d7cf3b.html>，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子投标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》，下载网址：

<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20170821/c3afa05b-f5e6-4e64-9fb0-e397ef73413d.html>;

10.3、制作电子投标响应文件

电子投标响应文件同样需要使用上述“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”软件（升级至最新版本）进行编制，使用该客户端制作电子投标响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标响应文件。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

10.4、递交电子投标响应文件

电子投标响应文件可于提交投标响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标响应文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

10.5、文件开启与解密

10.5、文件开启与解密

开标时，供应商须使用电子投标响应文件加密时所用的数字认证证书（CA锁）自行解密电子投标响应文件。

11. 投标保证金：本项目无需缴纳保证金。

12. 投标有效期

12.1 投标有效期为开标之日起九十（90）个日历日（中标人的投标文件有效期与合同有效期一致）。投标人的投标有效期比招标文件规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

12.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

13. 投标文件的制作和签署

13.1 投标文件封面应由法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章。由委托代理人签字的，在投标文件中须同时提交法定代表人授权委托书。

13.1 除投标人对投标文件错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人的法人或其授权代表在修改处签字并加盖公章后才有效。

13.2 投标文件因表述不清所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

14. 投标单位所上传的电子投标文件，应符合安康市公共资源交易平台要求的（*.SXSTF）格式。（项目成交后由中标人在领取中标通知书时提供与电子投标文件（*.SXSTF）内容一致的纸质版投标文件一正一副用于备案、存档）。

15. 投标截止日期

15.1 供应商应在不迟于招标文件中规定的投标截止时间将响应文件上传至安康市公共资源交易平台网站上。

15.2 招标代理机构可以按本须知第 5.3 条规定，通知因修改招标文件而适当延长投标截止期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16. 投标响应文件的上传

16.1 供应商应在投标截止期前上传电子投标响应文件，未在投标截止期前上传导致无法解密电子投标响应文件，由供应商自行承担责任。

17. 投标文件的修改和撤回

17.1 投标人在递交投标文件后，投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。但投标人必须在规定的投标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到招标代理机构。

17.2 在投标截止日期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.3 从投标截止期始至招标文件确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

18. 开标

18.1 招标代理机构按招标文件规定的时间和地点组织开标，该项目将采取“不见面”开标的形式，参加的投标人在开标前 30 分钟登录不见面开标系统签

到以证明其出席，并保持在线直到评审结束（遇到问题及时联系客服4009280095）。

18.2 开标过程中，投标人在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用CA对电子响应文件进行解密。解密时所用CA应与加密响应文件时所用CA相同，解密时间未到不可解密；如果在解密时间内解密失败，可再次解密。

18.3 在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

(1) 投标人拒绝对电子投标文件进行解密的；

(2) 因投标人自身原因（如未带CA锁、或所带CA锁与制作电子投标响应文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；

(3) 上传的电子投标文件无法打开的；

(4) 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

18.4 招标代理机构对开标过程进行全程录音录像，并存档备查。

19. 评标委员会

19.1 采购人及招标代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及有关规定组建评标委员会。

19.2 评标委员会由采购人代表及评审专家组成，专家从陕西省政府采购网专家库中随机抽取产生。

19.3 评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估，并向采购人提交书面评审意见。

20. 评标过程的保密性

20.1 公开开标后，直至发布中标公告时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均属保密范围，评标委员会及招标工作人员不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

20.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向评标委员会或采购人及招标代理机构施加任何影响，其投标将按废标处理。

21. 投标文件的澄清

21.1 在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会

可分别要求投标人对其投标文件进行澄清或说明，有关澄清或说明的要求和答复应以书面形式提交。澄清和说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。

22. 投标文件的初审

22.1 资格性审查

采购人将按照以下要求对供应商资格证明文件进行审查，符合性审查不合格则按非响应投标处理：

序号	审查因素	审查标准
1	主体资格证明	合法注册的法人或其他组织，并出具合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或统一社会信用代码的营业执照）
2	授权委托书	法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人或负责人直接参加投标只须提供法定代表人或负责人身份证）；
3	财务状况报告	财务状况报告：提供 2025 年度财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前半年内基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证
4	社会保障资金缴纳证明	社会保障资金缴纳证明：提供 2026 年 01 月 01 日以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明
5	税收缴纳证明	税收缴纳证明：自 2026 年 01 月 01 日以来已缴纳的至少一个月的缴税凭证。依法免税的投标单位应提供相关文件证明；
6	信用记录	信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写，提供原件）。经查，投标人未被列入“信用中国”网站记录的“严重失信主体名单”及“重大税收违法失信主体名单”；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为

		记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间
7	特定资质	如投标产品属于医疗器械的，供应商为制造商须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》同时提供《医疗器械注册证》；为供应商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》以及制造商的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》同时提供《医疗器械注册证》
8	本项目专门面向中小企业采购	本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》
9	本项目不接受联合体投标	本项目不接受联合体投标，需出具非联合体投标声明

22.2 符合性审查

评标委员会将对投标文件的符合性进行审查，符合性审查不合格则按非响应投标处理：

序号	符合性审查项	通过条件
1	与项目的一致性	至少以下三处的项目名称、项目编号、标段（未分标段的除外）与本项目完全一致： （1）响应文件封面 （2）投标函 （3）法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明
2	响应文件组成	响应文件应包含以下部分： （1）投标响应函 （2）投标报价表 （3）供应商资格证明文件 （4）分项报价表 （5）货物说明一览表

		(6) 技术规格响应偏离表 (7) 商务响应偏离表 (8) 实施方案 (9) 产品质量保证 (10) 项目业绩一览表 (11) 供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺
3	签章	签章均符合招标文件要求，且无遗漏。
4	语言和计量单位	符合招标文件的要求
5	响应文件有效期	符合招标文件的要求
6	投标报价	同时满足以下条款： (1) 货币单位符合招标文件要求 (2) 报价符合唯一性要求 (3) 未超出采购预算或最高限价 (4) 符合《开标一览表》的填报要求 (5) 大型企业制造产品及中小微企业制造产品占比符合招标文件要求
7	实质性条款响应	完全响应招标文件要求的各项技术（服务）、商务实质性条款。
8	合同条款响应	完全理解并响应招标文件合同条款的要求，且未含有采购人不能接受的附加条件的。
9	其他	完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商合法经营的各类规约和责任义务要求，没有出现法律法规或招标文件规定的其他无效情形。

23. 投标文件的详细评审

23.1 评标委员会将按照第 22 条规定只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行详细的评价和比较。

23.2 评标方法：综合评分法。

评价和比较以响应文件为依据，对所有实质上响应的投标人分别从“商务评审”、“投标报价”、“学科建设方案”、“技术响应评审”、“项目实施组织方案”、“产品质量保证”、“服务保障”、“培训方案”、“业绩”九项指标进行评审赋分。投标人综合得分为九项指标合计得分（满分100分）。

23.3 评分细则：

评审总分为100分，具体分值如下：

评审因素	分项分值	评分标准
商务评审	5分	经过有效性和符合性审核合格的投标人，投标响应文件对付款、交货时间、地点、验收、售后等商务要求进行响应说明，完全响应且逐项说明计5分，部分响应且说明计1-4分，未详细响应不计分。
投标报价	30分	以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。
学科建设方案	6分	对于学科建设，科室管理、运营推广给出计划和方案，①方案描述详细，架构完整，对项目需求和具体情况理解充分，科学、合理、可操作、可实现，内容逻辑清晰完整，计5-6分；②有基本的总体方案和说明，但未贴合项目实际情况进行详细论述，计2-4分；③总体方案不完整，对项目理解不充分，设备质量无法保障的，计0-1分；
技术响应评审	36分	投标产品技术指标清晰，符合国家的最新标准和有关规定，技术资料齐全，技术参数全部响应招标文件中技术要求的计36分。其中标记▲项参数每出现一项负偏离扣1分；非▲技术参数每出现一项负偏离扣0.5分，直至扣完为止；投标时须附有所投产品的技术资料(包括但不限于检测报告、技术说明资料、官网功能截图等证明材料)，佐证材料需加盖投标供应商公章。
项目实施组织方案	4分	项目实施组织方案全面、描述准确、科学合理、可操作性强，规范可行，能够保证项目全面高效按期完成，包括项目组织管理（人员配置计划）、项目实施（包括设备供货、安装调试、试运行、测试、

		验收等内容）、工作进度计划、文档管理等方面， 每项总分为 1 分；每项具体评审得分如下： （1）方案描述详细，针对项目情况有具体的分析阐述，包括具体实施细节及措施等，提供完善的实施组织方案，保障设备的正常交付，计 1 分； （2）方案内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施，计 0.5 分； （3）方案内容不完整，未提供具体的供货组织措施，计 0 分；
产品质量保证	5 分	①供应商具有产品来源合法的证明文件（包括但不限于销售协议、销售合同、厂家授权书等）得 0-3 分，不提供不得分。 ②能针对本项目提出具体可行的质量保证措施和承诺，有明确的承诺和质量保证措施且具体切实可行的计 2 分，质量保证措施和承诺有偏离，不满足项目要求，计 1 分；没有质量保证措施或承诺计 0 分。
服务保障	5 分	具备健全的售后维保服务及相关机构，能够保证及时提供售后服务和维修，售后服务方案详细，具体可行，包含： ①具备完善的人员配置；②技术服务及措施；③售后服务网点整体情况；④具备专业的售后服务评价体系，包括集成服务和运维服务；⑤售后服务承诺及保障措施； 共五项内容，每项总分为 1 分； 每项具体评审得分如下： （1）方案描述详细，针对项目情况有具体的分析阐述，提供标准服务体系，包括具体实施细节及措施等，最大限度的提供完善的售后及培训服务，计 1 分； （2）方案内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施，计 0.5 分； （3）方案内容不完整，未提供具体的售后措施及承诺，计 0 分；
培训方案	5 分	对采购人技术人员的操作，维修、保养等方面进行专业培训，须列出具体培训工作的响应方案并编制详细的响应说明（响应说明需包含培训人数、培训时间、培训内容，保证使用人员正常操作设备的

		各种功能)有详细的培训计划方案(包括:培训人数、培训时间、培训内容等) (1)方案描述详细,针对项目情况有具体的分析阐述,包括具体实施细节及措施等,计5分; (2)方案内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述或内容中未包括具体实施细节及措施,计3分; (3)方案内容不完整,未提供具体的内容及措施,计1分; (4)缺项则计0分;
业绩	4	提供近年(2023年9月1日至今以合同签订时间为准)的所投核心产品业绩证明文件,合同复印件或扫描件加盖公章,每提供一份计1分,满分4分。

23.4 投标人的招标响应文件中必须提供与以上评分因素相关的证明材料。如果有弄虚作假的,评标委员会将取消其招标资格。

23.5 评标委员会对进入详细评审的投标人进行综合评分,根据得分由高到低,推荐出三名以上中标候选单位。

23.6 评标委员会根据原始招标记录和招标成交结果编写评标报告,报采购人。

23.7、本项目需要落实的政府采购政策

23.7.1 投标企业政府采购政策

(1) 中小企业落实政府采购政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的有关规定,在货物采购项目中,货物由小微企业制造,即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标;在工程采购项目中,工程由小微企业承建,即工程施工单位为小微企业;在服务采购项目中,服务由小微企业承接,即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。则参与政府采购活动时,货物和服务项目对小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的价格扣除,工程项目给予3%-5%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审。

在货物采购项目中,供应商提供的货物既有小微企业制造货物,也有大型、中型企业制造货物的,不享受政府采购价格扣除优惠政策。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，货物和服务项目可给予联合体或者大中型企业的报价 2%-3%的扣除，工程项目为 1%—2%的扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

参加政府采购活动的中小企业应提供《中小企业声明函》原件。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

23.7.2 投标产品政府采购政策

(1) 节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007] 51号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

(2) 环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

(3) 招标投标单位在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品优惠明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予优惠。

(4) 若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

(5) 同一标段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于清单内的非强制类产品进行优惠，强制类产品不给予优惠。

(6) 节能、环保、环境标志产品不重复优惠；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复优惠。

(7) 获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标单位公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。

23.7.3 价格优惠比例

(1) 投标企业优惠比例

符合文件规定的小微企业、监狱企业优惠条件的投标单位，价格给予 10% 的扣除（不重复优惠，最高为 10%），用扣除后的价格参与评审。**注：本项目专门面向中小企业采购，价格不给予优惠。**

(2) 投标产品优惠比例

投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，符合招标文件要求的，价格给予 6% 的扣除（不重复优惠，最高为 6%），用扣除后的价格参与评审。

23.7.4 关于融资的政府采购政策

供应商为中小企业的，可依据《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）申请信用融资，供应商获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。并根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，银行根据供应商的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件。银行为参与政府采购融资的供应商提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。具体可登陆 <http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shaanxi>（陕西省政府采购信用融资平台）查看办理。

六、授予合同

24. 中标通知书

24.1 采购代理机构在收到采购人的中标复函后，将在陕西省政府采购网上发布中标公告，并在规定时间向中标人发出中标通知书。

24.2 中标通知书是合同的组成部分。

25. 中标服务费

中标人应在接到中标通知书时，依据国家发展计划委员会计价格〔2011〕534 号文件规定的收取标准及相应的计算办法，向陕西顺德招标代理有限责任公司缴纳中标服务费。（项目成交后由中标人在领取中标通知书时提供与电子投标文件

(*. SXSTF) 内容一致的纸质版投标文件一正一副用于备案、存档)。

26. 签订合同

26.1 中标人在收到中标通知书后三十日内, 与采购人签订合同。

26.2 如果中标人没有按照上述第 25 条或第 26.1 条规定执行, 采购人将有充分理由取消该中标决定。在此情况下, 采购人可将合同授予综合得分排序名列下一个的投标人, 或重新招标。

27. 其他

27.1 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的, 除采购任务取消情形外, 采购人应当报告财政管理部门, 由财政管理部门按照以下原则处理:

(1) 招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定的, 同意采取公开招标、竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购;

(2) 招标文件存在不合理条款的, 招标公告时间及程序不符合规定的, 应予废标, 并责成采购人及招标代理机构依法重新招标。

在评标期间, 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的, 可以比照前款规定执行。

27.2 拒绝商业贿赂

投标人必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》(格式见第五章附件) 编制在投标文件中。

28. 询问、质疑与投诉

28.1 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的, 可以向采购人、采购代理机构提出询问。

28.2 质疑

28.2.1 供应商认为招标文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的, 可以向采购人、采购代理机构提出质疑, 具体时限为:

(1) 对可以质疑的采购文件提出质疑的, 为收到采购文件之日起七个工作日内;

(2) 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日起七个工作日内;

(3) 对成交结果提出质疑的, 为成交结果公告期限届满之日起七个工作日

内。

28.2.2 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

28.2.3 供应商必须按照财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》及其制作说明提出质疑。

28.2.4 供应商提出质疑应当提交必要的证明材料，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。质疑函内容不得含有虚假、恶意成分。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构将驳回。

28.2.5 供应商可以委托代理人进行质疑，须提交授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章（鲜章）。

28.2.6 供应商应在法定期限内以书面形式提出质疑，联系人：谭工，联系方式：0915-3322979，地址：陕西顺德招标代理有限公司（安康市汉滨区香溪路天宝康郡 2-1-401 室）

28.3 投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可按《政府采购法》第55条和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第17条等有关规定执行。

第三章 商务及合同主要条款

合 同 编 号：

甲方（采购方）：汉滨区妇幼保健计划生育服务中心

乙方（供货方）：

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规之规定，以及招标文件、投标文件规定条款和中标供应商承诺书、中标通知书等，甲、乙双方同意签订汉滨区妇幼服务能力提升项目（血液透析、儿童康复设备）采购项目（二次）包2(儿童康复设备采购项目)供货合同。

第一条 合同标的

序号	产品名称	规格	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1							
2							
3							
...		..	..	...			
人民币合计金额（大写）： （小写）							
说明：合计金额包括货物价款、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料 和包装、运输等全部费用，甲方不再支付任何费用。							

第二条 质量保证

- (1) 货物的设计、制造应遵照行业的现行规范和标准。
- (2) 所有货物及辅材须是未使用过的，是用最新工艺生产的全新产品，质

量优良、渠道正当，配置合理。

(3) 质量保证期见“具体参数中售后服务要求”。中标人承诺的质量保证期超过本条款规定的，按其承诺时间质保。

(4) 投标供应商应承诺在质量保证期内免费提供货物维修、更换零部件等服务，质量保证期后以优惠价提供上述服务。

(5) 采购人只对中标人提出质量服务要求，所有涉及货物制造商的有关事项均由中标人负责。

第三条 知识产权

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第四条 包装和运输

4.1 乙方采用包装方式必须符合包装和运输的有关标准，包装应为制造商出厂时的原包装（特殊约定除外），每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

4.2 运输方式及费用负担

由乙方负责运输至交货地点或者甲方指定地点，运输费用及安全均由乙方负责承担。由乙方负责卸车及就位，费用及安全均由乙方负责承担。

第五条 交付和验收

5.1 交货时间：合同签订后 30 个日历日内，完成订单货物的配送、安装、调试工作。

5.2 指定履约人员：甲方指定 ____ 为代表，组织甲方相关人员检验、接收货物，签收（或送达）合同履行资料。乙方指定 ____ 代表乙方交付货物，签收（或送达）合同履行资料。上述指定人员如需变更，应以书面形式于变更之日通知对方。非指定人员签署的履行资料，在结算时甲方不予认可。

5.2 安装调试：乙方负责在货物到达甲方交货地点或者指定地点 7 日内到甲方现场调试服务，遵守安全、文明规定，服从项目管理单位的管理，承担安全文明施工责任和成品保护责任。安装调试期间，若发生任何不安全事件（人员、产品、设施），乙方负责承担。

5.3 验收标准：依照本合同约定的货物技术标准条款执行。货物的技术标准（或质量要求）：按照技术协议约定内容；技术协议没有约定的，按照国家标准执行；国家标准没有要求的，按照行业标准执行；行业标准没有要求的，按照行

业惯例或行业习惯执行。

5.3.1 所有系统产品、材料到达安装调试现场2个工作日内，甲方组织专业人员或部门对乙方交付的产品进行初步验收。系统产品、材料不符合相关国家、行业及约定标准或没有按规定提供约定的证明文件的，甲方拒绝接受。此项验收仅为货物初步验收，并不免除乙方承担的质量责任。未经甲方验收合格乙方擅自安装的，一切责任由乙方自行承担。

5.3.2 乙方交付时应向甲方提交以下证明材料和文件：产品合格证、原厂证明、产品出厂检测报告等质量证明文件。

5.3.3 安装调试完成后，乙方通知甲方组织验收。验收合格后，甲乙双方签署货物验收单，验收时间以验收单上签署的时间为准，验收结果以该项目验收单结论为准。甲方对验收有异议的或者经整改仍验收不合格的，现场向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后5个工作日内及时予以解决。

5.4 技术培训

乙方应在使用操作和维修技术方面及应用向甲方提供培训，直至正确使用、熟练操作。

第六条 货款结算

6.1 本合同以人民币付款。

合同总价款：_____元，大写_____，本合同执行期间，合同单价不变，该价格已经包含本合同第一条约定的所有费用。

6.2 付款条件：签订合同后支付至合同总价的40%，货到安装调试合格后支付至合同总价的70%，验收合格后支付至合同总价的100%。

第七条 售后服务

7.1 乙方应按国家相关法规及招标文件、投标文件对售后服务的要求和响应提供服务，所有产品质保期为2年。质保期，自甲乙双方签署货物验收单的次日起算。

7.2 质保期内，乙方将定期派员对甲方使用的货物进行检测，应保证货物处于正常使用状态；提供技术支持；进行系统免费升级；更换非人为因素损坏的零配件。

7.3 质保期内，如出现5次（含）以上非人为因素引起的故障，影响甲方使用，乙方负责在10个工作日内免费更换相同新产品。

7.4 如因产品质量或原始标（警）示不清等原因，导致甲方损失，或造成甲

方操作人员、第三方人员人身伤害，乙方应依法予以赔偿。

第八条 合同的变更、终止与转让

8.1 甲乙双方除非事先得到对方的书面同意或本合同另有约定，任何一方不得将合同项下的任何权利、义务、责任转让给任何第三方，不得擅自变更、中止或终止本合同。

8.2 乙方逾期未完成约定义务超过5个工作日，甲方有权单方解除本合同。

8.3 乙方履行本合同约定义务时，未达到甲方要求，修改或整改超过2次，仍然无法达到甲方要求，甲方有权单方解除本合同。

第九条 违约责任

9.1 甲方没有按本合同约定的时间和数额支付合同约定款项的，收到书面催付15日后按迟延支付金额的1%（日）的标准向乙方支付违约金。

9.2 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货部分总价款每日1%向甲方支付违约金，由甲方从待付价款中直接扣除；逾期超过约定日期15个工作日不能交货的，甲方可以解除本合同。

9.3 乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付本合同约定总价款10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

9.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招标文件规定的标准的，甲方有权拒收该货物，乙方应按本合同总价款的10%向甲方支付违约金。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可以单方面解除合同。

9.5 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

第十条 不可抗力

10.1 “不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。

10.2 由于不可抗力事件，致使任何一方不能履行其在本合同下的义务，该方不承担由此给另一方造成的损失；该方应及时通知另一方其不能履行或延迟履行合同义务的原因，并应尽快向另一方提供有关发生不可抗力的证明文件，按事故对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。

第十一条 争议解决办法

11.1 因货物质量问题发生争议,由质量技术监督部门或质量技术监督部门指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。鉴定费用由乙方预付,货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的,鉴定费由乙方承担。

11.2 合同履行期间,若双方发生争议,可协商或由相关部门调解解决,协商或调解不成的,可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十二条 其他

12.1 招投标文件、承诺书以及合同附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

12.2 本合同未尽事宜,由甲乙双方协商后产生书面文件,作为本合同的补充条款,具备与本合同同等法律效力。

12.3 对本合同内容的任何修改和变更需要用书面形式,并经双方签字盖章确认后生效。

12.4 甲乙双方须共同遵守《协议书》的有关规定,诚信经营、合法经营。

12.5 本合同一式五份,甲方肆份,乙方壹份。本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

附件:

1. 产品整套完整资质文件
2. 法定代表人授权书(含身份证正面扫描件)
3. 产品配置清单
4. 产品技术参数响应偏离表
5. 售后服务承诺
6. 中标通知书
7. 购销廉洁协议书
8. 政府采购项目货物(服务)验收入库报告单

甲方(章)	乙方(章)
年 月 日	年 月 日

单位地址：	单位地址：
法定代表人（签字）：	法定代表人（签字）：
授权代表（签字）：	授权代表（签字）：
电话：	电话：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：

第四章 采购内容及技术参数

一、采购内容：汉滨区妇幼服务能力提升项目（血液透析、儿童康复设备）
采购项目（二次）包2(儿童康复设备采购项目)

二、采购预算：壹佰叁拾肆万伍仟捌佰肆拾贰元整（¥：1,345,842.00 元）
投标报价大于本采购预算按废标处理；

三、技术参数要求：

（一）采购清单

序号	收入/支出项目	数量
		套
1	便携版 Gesell 发育诊断量表测试仪	1
2	儿童心理评估软件	1
3	心理沙盘（1500 件）套装	1
4	沟通辅具（企鹅型）	1
5	言语训练系列套装	1
6	儿童认知协调训练组柜	1
7	儿童沙磨板及附件	1
8	坐姿矫正椅	4
9	攀岩架	1
10	本体平衡觉训练器（六件套）	1
11	感统综合训练套装	1
12	儿童用悬吊训练系统（椭圆规）	1
13	儿童肢体主被动康复训练系统	1

14	儿童起立床	1
15	生物反馈治疗仪（便携式）	1
16	中低频治疗仪	1
17	经颅磁刺激仪	1
18	引导式教育组合六件套	1
19	言语口型矫正镜 / 托	2

（二）技术要求

1、便携版 Gesell 发育诊断量表测试仪

Gesell 发育诊断量表用于评估诊断 0-6 岁儿童发育水平的心理测量工具，也用于评定 0-6 岁儿童智力残疾的标准化方法之一。

1) 测量不少于 500 项目，至少 5 个能区，如：行为、大运动行为、精细动作行为、语言行为、个人-社交行为。

2) 具有评定人管理功能，支持评定人独立账号登录，同时实现评定数据互联互通，方便评定人员进行日常评估工作处理及档案检索。

3) 用户管理功能——建档筛查儿童，儿童基本信息管理（包含：姓名、性别、出生日期、民族、身份证号、孕周、分娩方式、出生身长、出生体重、出生头围、父母姓名及联系方式，户籍标识、居住地），系统自动生成档案编号，方便后续筛查无需重复添加。多条件检索功能，可支持评定人通过多种条件检索用户。

4) 量表评估功能——评定人选择筛查儿童，系统自动式生成对应筛查内容；支持筛查过程中数据自动保存功能；支持系统自动生成筛查报告【报告内容包括不少于以下模块：基本信息、各能区发育年龄量化指数、各能区发育商量化指数、各能区评价级别、发育年龄对比柱状图、发育商对比图、评估结果、各个能区指导意义解析、能区训练指导方案（包含能区、材料、训练项目、训练目标）】；支持根据评估情况生成计划内容，同时支撑评定人对系统生成的计划内容根据临床判断进行调整和修改。支持可添加下次评估时间到报告指定位置，使得用户及时知晓下次评估计划。

5) 档案管理功能——支持通过多种条件进行档案检索及查看，同时可进行档案报告的打印及打印内容的设置选择。

6) 界面管理功能——可进行单位基本信息设置及软件基本信息设置包括修改两者的名称，同时支持用户根据自主需求更换软件登录界面内容。

7) 备份还原功能——系统支持数据备份及恢复，后续更换电脑无需担忧数据丢失。

配套工具：评估工具不少于 46 种、检查图册 1 本、指导手册 1 本、量表 1 套、

2、儿童心理评估软件

(1) 核心功能模块

儿童康复评估软件系统通常包含以下核心功能模块：

1) 档案管理模块

儿童基本信息建档（含出生情况、既往病史、沟通方式、兴趣爱好等）

按残疾类型分类管理（视力、听力言语、肢体、智力、孤独症五类档案）

档案查询、修改、打印功能

2) 评估测评模块

内置多类别专业评估量表（发育能力、行为症状、气质人格、能力类、社会适应、心理健康、感觉统合等）

量表按年龄段自动筛选匹配

支持自定义评估量表

评估过程支持暂停、重新评估

3) 报告生成模块

即时自动生成可视化评估报告（柱状图、折线图等）

报告模板可自定义定制

支持 PDF 导出和打印

4) 康复方案制定模块

基于评估结果智能匹配康复目标与方案

一键生成康复档案

5) 数据统计分析模块

历次评估数据对比分析

康复数据提取与统计分析

6) 系统管理模块

用户权限灵活设置

量表数据升级功能

(2) 评估量表清单 (要求完成量表培训)

系统通常内置专业量表, 主要包括:

发育能力类: Gesell 发育诊断量表、0-6 岁儿童神经心理发育量表、韦氏学前及幼儿智力量表、韦氏儿童智力量表。

孤独症/自闭症类: ABC 量表、CARS 儿童期孤独症评定量表、CHAT 婴幼儿孤独症筛查表、CPEP-3 心理教育量表

语言评估类: S-S 语言发育迟缓检查、构音障碍评估量表、

运动评估类: Peabody 运动发育量表 (PDMS-2)、GMFM 粗大运动评估、FMFM 精细运动评估

注意力/多动症类: 注意力图形/字母/数字划消测验、Conners (长短版) +SNAP-IV 量表

其他: 感觉统合评估、婴儿-初中社会生活适应能力心理量表、NBNA 新生儿 20 项神经行为评定、YGTSS 抽动症量表等

(3) 需对接的外部系统

1) HIS 系统 (医院信息系统)

根据 HIS 评估医嘱自动创建评估方案

同步评估医嘱功能

对接 HIS 同步收费

支持治疗医嘱关联收费

2) 电子病历系统 (EMR)

评估量表结果对接归档系统及电子病历系统

(4) 选型建议

1) 明确需求: 明确需要“评估+管理”系统, 必要时可有“评估+管理+训练”一体化系统。

2) 关注量表完备性：确认系统是否包含科室所需的核心量表（如孤独症、语言、运动发育等），以及是否支持自定义新增量表。

3) 考察对接能力：务必确认系统能否与医院现有 HIS、EMR、医保等系统顺利对接，避免信息孤岛。

4) 重视售后服务：关注质保期、免费升级年限、停产后备件供应承诺等。

5) 供应商应提供计算机软件著作权证书，非原厂商需提供原厂授权。

3、心理沙盘套装

1) 专用海沙 ≥ 20 公斤；

2) 陈列架要求九层， ≥ 4 个；

3) 沙盘支架及标准沙盘 ≥ 2 套；

4) 沙具 ≥ 1500 件

5) 教具至少 83 件，包含感官、感官延伸、教学等

4、沟通辅具（企鹅型）

一套供智障和自闭症儿童等语言沟通障碍人群使用的高科技沟通辅助系统，可以对使用者进行认知、言语等训练，促进认知、言语、理解沟通等能力的综合发展。

1) 语音模式要包括：本机语音、用户录音、内置了与卡片相对应的真人语音。

2) 卡片至少包括预录卡片、空白卡片。

3) 图文精灵软件要包含照片和写实图片，提供各阶段训练参考，体型轻巧携带方便，可外接耳机或功放，适用于不同障碍人士要求使用。

5、言语训练系列套装

用于训练患者的听、说和识别能力。

至少包括彩色卡片 1 套；

黑白卡片 1 套；

实物模型 1 套；

矫正镜 1 个；

节拍器 1 个；

手写交流板 1 个；

复读机 1 个；

6、儿童认知协调训练组柜

材质要求：优质木材、高密度夹板、表面清漆。

配置至少包括：认知拼装积木、训练套圈、腕部肌力训练器、手部力度训练器、上肢协调功能训练器（手指）、捶球训练器、儿童认知训练组件、数字套圈、智力几何图形插板系列、认知图形插板、感知训练组合、手指功能训练器、平衡协调训练器、认知组合拼图、磁力粘木、数字插板、智力积木套珠、多功能学习车、阶梯对比积木、叠放多米诺、形状轮、仿真水果、模拟作业工具、手眼协调训练器、螺母组合、情景穿线等。

7、儿童沙磨板及附件

用于上肢协调训练和关节活动训练。

材质要求：国家标准型 A3 钢、方管、矩形管、优质木材表面清漆、高密度夹板、磁铁。

附件要求至少包含负重磨砂盘、单柱磨砂盘、双柱磨砂盘、磨砂撑、沙袋一套、哑铃一套

8、可调式坐姿矫正椅

- 1) 脚踏板至少四级可调，每级 9° ；
- 2) 靠背高度可调范围：0-125mm，允差不超过 $\pm 10\%$ ；
- 3) 裆部软垫可调范围：0-60mm，允差不超过 $\pm 10\%$ ；座高（距离地面）可调：245-510mm，允差不超过 $\pm 10\%$ ；
- 4) 椅身高度可调节，分四级可调，每级可调高度 25mm；
- 5) 椅身角度在 $0-30^{\circ}$ 间，允差不超过 $\pm 1\%$ ；分六级可调；

9、攀岩架

配合导师控制的导引目标，可为不同程度感统失调儿童提供多元化及具挑战性的运动觉训练。

结构包含

滑梯：斜面长度 $\geq 1180\text{mm}$ ，允差不超过 $\pm 5\%$ ；角度： 15° 允差不超过 $\pm 5\%$ ；

爬梯：分 9 间隔，每间隔距离 200mm；

攀岩墙尺寸： $\geq 2120 \times 705 \times 155\text{mm}$ ；

软垫： $\geq 1700 \times 660 \times 40\text{mm}$ ；

侧梯：分 9 间隔，每间隔 $200\text{mm} \pm 5\%$ ；

顶梯：分9间隔，每间隔200mm±5%；

攀岩架背板：彩色图案，整体承重≥150公斤

儿童肋木(木质)：规格：760×200×1650±30mm；

9条横木，直径Φ28mm±3mm，允差±10%

9个间隔，最上间隔220mm，其余均为155mm，允差±10%

10、本体平衡觉训练器(六件套)

用于调整前庭信息及平衡神经体系自动反应机能，促进语言神经组织健全、前庭平衡觉及视听觉完整能力。强化固有平衡、前庭平衡、触觉、大小肌肉双侧协调，灵活身体运动能力，健全左右脑均衡发展。

包含：

1) 悬吊架悬吊件一套

悬吊架结构采用A字结构，含有主立柱，横梁、支架斜撑

外形尺寸：长2000-2500mm之间，宽1500mm±50mm，高1800mm±50mm

悬吊件至少含有横抱筒和竖抱筒

静态承重≥250公斤

2) 儿童平行杠一套

儿童步行训练，矫正不良步态，增强肌力训练

规格：2500X(740-880)X(550-800)±30mm；

扶手高度5级可调，每级高度50mm，允差±10%，

扶手宽度340—480mm之间任意可调，允差±10%

材质：国家标准型不锈钢、焊缝管、优质木材、高密度夹板、高级防滑胶。

3) 平衡训练踏板系列

方形大踏：500×500×85mm，允差±30mm

长方形踏板：820×250×160mm，允差±30mm

圆形大踏板：Φ500×80mm，允差±10mm，

圆形小踏板：Φ380×65mm，允差±10mm

平衡板额定载荷100±5kg

材质：木质，高密度夹板；高级防滑胶

4) 步行训练用平行台

要求两段式，每段长度 1495mm； 允差 $\pm 30\text{mm}$

5) 步行训练用平行梯

规格：3000X820X60 $\pm 30\text{mm}$ ；

八间隔，每隔间距 290mm，允差 $\pm 10\%$

左右分两格，每隔间距 335mm，允差 $\pm 10\%$

6) 儿童站立架

规格要求：740X700X570-720 $\pm 30\text{mm}$ ；

桌面尺寸：不小于 520X700mm；

桌面可调高度：0-150mm；， 允差 $\pm 10\%$

腿部软垫宽度 300mm； 允差 $\pm 10\%$

高度调节范围 0-90mm； 允差 $\pm 10\%$

材质：国家标准型不锈钢、矩形管、圆管、高级抗菌防火板

圆形跳床

直径要求：800mm，允差 $\pm 30\text{mm}$ ； 承载 $\geq 100\text{kg}$ ；

用途：有利于儿童前庭综合训练，训练手眼协调能力。

11、感统综合训练套装

用于进行视觉训练、前庭平衡训练、弹跳训练、固有平衡训练、本体感觉训练等，促进基本动作发展，训练高层次的运动能力。

至少包含以下训练组件：八角积木、88 轨道、波浪触觉步道、彩河石、万象组件、步行训练组合、平衡步道、花生球、踩踏平衡触觉板、套圈、跷跷板、上下转盘、踩踏石、触觉环等等。

12、儿童用悬吊训练系统

(一)、主要功能：以悬吊技术为核心，与滑轨技术紧密连接，并结合其他康复训练有关的辅助设备，实现个体化训练，多人化训练同时进，并针对性训练。恢复患者平衡功能，协调能力、控制能力、支配能力，缓解全身痉挛状态，改善关节活动度，增强肌力，达到中枢神经系统的通路重建功能。集神经发育疗法、感觉统合训练、平衡姿态矫正，引导教育于一体，用于肌张力的缓解、肌力的增强、平衡协调性的提高。

(二)、适用范围：3 个月-18 岁。

（三）、基本配置：

1)滑轨配置：

直线滑轨：长度 $\geq 3\text{m}$ ，允差 $\pm 0.1\%$ ，

滑轨外形尺寸 $\geq 81\text{mm} \times 67\text{mm}$ ，内径 53mm ，允差 $\pm 0.1\%$ ，数量：2根；

弯轨：直径 $\geq 2\text{m}$ ，允差 $\pm 0.1\%$ ，数量4根，可与两根直线滑轨实现无缝对接，要求钢化铝合金材质，承重 $\geq 200\text{kg}$ ，

2)、悬吊器及配套滑车不少于6组；具有内置不锈钢安全钩，有锁定装置，具备任意滑动位置随时锁定的效果。

3)、配套配件及要求：

①1.5米双钩绳至少8根（ $1500\text{mm} \times \phi 8\text{mm}$ ），最大承重 $\geq 50\text{kg}$

②30cm红色高阻力滑索弹力绳2根（承重 $\geq 30\text{kg}$ ，带栓扣附滑索，滑索ABS材质。）

③60cm红色高阻力滑索弹力绳2根（承重 $\geq 30\text{kg}$ ，带栓扣附滑索，滑索ABS材质。）

④30cm黑色中阻力滑索弹力绳2根（承重 $\geq 20\text{kg}$ ，带栓扣附滑索，滑索ABS材质。）

⑤60cm黑色中阻力滑索弹力绳2根（承重 $\geq 20\text{kg}$ ，带栓扣附滑索，滑索ABS材质。）

⑥30cm低阻力滑索弹力绳2根（承重 $\geq 10\text{kg}$ ，带栓扣附滑索，滑索ABS材质。）

⑦60cm低阻力滑索弹力绳2根（承重 $\geq 10\text{kg}$ ，带栓扣附滑索，滑索ABS材质。）

⑧30cm红色滑索编织绳2根（承重 $\geq 50\text{kg}$ ，带栓扣附滑索，滑索ABS材质。）

⑨60cm红色滑索编织绳2根（承重 $\geq 10\text{kg}$ ，带栓扣附滑索，滑索ABS材质。）

⑩窄悬带2条：承重 $\geq 200\text{kg}$ ，尺寸：长 930mm *宽 100mm （ $\pm 5\%$ ），用于固定悬吊四肢训练；

⑪握带10条：承重 $\geq 100\text{kg}$

⑫头颈悬带1条：承重 $\geq 200\text{kg}$ ， $630\text{mm} \times 100\text{mm}$ （ $\pm 5\%$ ）

⑬宽悬带2条：承重 $\geq 200\text{kg}$ ，长 400mm *宽 240mm （ $\pm 5\%$ ），用于固定悬吊躯干训练；

材料：丙烯酸纤维密织，一面为光滑面，另一面为粗糙面，提供较大部位的辅助支撑用（如臀部、腰部等）；

⑭红带1条

⑮早期刺激摆动装置1套

⑯支撑摆动装置1套，最大承重 $\geq 50\text{kg}$ ，

⑰感觉运动训练装置:

吊袋 1 套, 最大承重 $\geq 100\text{kg}$, $1300\text{mm} \times 1000\text{mm}$ ($\pm 5\%$), 可进行早期感统训练;

不锈钢挂钩 6 套 (材质: 钢碳, 120mm)

吊船 1 套, 最大承重 $\geq 150\text{kg}$, $1300\text{mm} \times 680\text{mm} \times 120\text{mm}$ ($\pm 5\%$), 儿童可在船上不稳定的环境中玩耍练习;

绳梯 1 套, 最大承重 $\geq 150\text{kg}$, $110\text{mm} \times \phi 45\text{mm}$ ($\pm 5\%$), 儿童可在不稳定的环境下练习攀爬;

多功能棒 1 根, 最大承重 $\geq 50\text{kg}$, $500\text{mm} \times \phi 70\text{mm}$ ($\pm 5\%$),

悬吊鞋 1 对, 最大承重 150kg , $170\text{mm} \times 115\text{mm} \times 30\text{mm}$ ($\pm 5\%$), 可做运动协调性训练;

木塔 1 套, 最大承重 50kg , $580\text{mm} \times 350\text{mm} \times \phi 185\text{mm}$ ($\pm 5\%$).

⑱儿童行走及爬行训练装置:

中小童减重行走训练带 1 套, 最大承重 100kg

中大童减重行走训练带 1 套, 最大承重 100kg

绳夹 8 个: 钢制, 用于固定红绳位置。

平衡气垫 2 个,

平衡板凳 1 套 $1430\text{mm} \times 590\text{mm} \times 15\text{mm}$ ($\pm 5\%$), 最大承重 50kg

方形晃板 1 个: 边长 1000mm ($\pm 20\text{mm}$), 高 30mm ($\pm 2\text{mm}$)

横抱桶 1 个: 材质: 橡塑皮革, 规格: 直径 170mm , 长 800mm ($\pm 20\text{mm}$)

训练作业板 1 套, 最大承重 150kg

治疗作业板 1 套, 最大承重 150kg

13、儿童肢体主被动康复训练系统

主要用于患者上下肢主被动康复训练, 实现被动、主动、主被动训练功能。智能识别患者训练状态, 实时记录训练数据, 为医生诊断提供科学详细数据支持。

1) Android 操作系统;

2) 显示方式要求电容触摸屏, 屏幕尺寸不小于 10 寸;

3) 上下肢主、被动训练自动控制, 进行正、反方向圆周运动;

▲4) 适用于儿童患者进行肢体主被动康复训练;

5) 痉挛自动检测, 自动释放; 痉挛保护可进行关闭或开启设置;

- 6) 痉挛保护模式：三种，分别是敏感、标准、不敏感；
- 7) 痉挛等级 10 级，痉挛等级 5-6 级时启动敏感模式；痉挛等级 7-8 级时启动标准模式；痉挛等级 9-10 级时启动不敏感模式，训练时能够显示记录痉挛等级和痉挛保护模式。
- 8) 痉挛保护应在延迟时间 2s 内被激活，激活时伴有声音提示信号，该信号持续到手动将其关闭；
- 9) 监测到痉挛发生时，设备会减速至停止、后缓慢反转并出现警示；
- 10) 若反转后再次监测到痉挛发生，可重新激活痉挛保护，连续重新激活痉挛保护次数不大于 5 次，否则设备应停止输出；
- 11) 具有手动急停功能；
- 12) 具有 3D 动画训练功能，被动模式下界面显示车沿道路运动，主动模式下界面显示人沿道路跑步运动，主动模式时根据左右肢体力量平衡性不同，人像对应偏移显示。
- ▲13) 多种适应症标准化训练模式：标准主被动和加强主被动两种训练模式，每个模式有四个级别共计八个训练方案；便捷个性设置训练模式：可自定义编辑 12 个训练处方，每个处方可再次编辑或删除，也可选择“收藏”，最多可收藏 60 条处方；
- ▲14) 支持医师 PC 端给患者建档，数据实现：U 盘驱动、WiFi 传输、网络传输三种模式；
- 15) 支持训练数据 U 盘驱动、WiFi 传输、网络传输三种模式传送 PC 端；
- 16) 支持当前训练数据查看、历史训练数据查看；曲线分析、柱状图分析；
- 17) 支持 PC 端数据无线传输到单机自动排队，无需医师在单机上设置；
- 18) 支持单机数据无线传输到 PC 端，自动累计数据，无需医师拷贝数据；
- ▲19) 配备微型打印机，支持单机训练数据查看、打印；
- 20) 支持 PC 端训练数据查看、分析、打印、下载；
- 21) 上、下肢独立显示，四肢可实现同时训练；
- 22) 多种轻音乐伴奏，无线蓝牙耳机；
- 23) 可实现单机系统升级。
- 24) 具有语音提示功能：“开始训练、训练结束等”

- 25) 训练把手高度 0~60mm 连续可调, 最大值允差±10%。
- 26) 训练把手前后 0~120mm 连续可调, 最大值允差±10%。
- 27) 小腿支架长度可调: 根据患者的小腿长, 选择最佳固定位置, 有效防止膝关节外倾
- 28) 被动运动时, 旋转速度可调, 调节范围: 1r/min~60r/min, 步距 1r/min; 空载转速误差±10%或±3r/min, 二者取大值。转速变化率小于 0.5r/s²。
- 29) 触控液晶屏实时显示被动运动转速监测值, 误差±10%或±2r/min, 二者取大值。
- 30) 主动运动转速调节范围为 1r/min~100r/min, 误差±10%或±2r/min, 二者取最大值
- 31) 主动运动中触控屏可显示、调节阻力等级, 旋转阻力 1~20 级可调, 步距 1 级。
- 32) 训练期间屏幕显示: 训练方向、训练时间、训练公里数、训练模式、训练转速、设置阻力等级、对称性显示、音乐选择、音量控制、痉挛显示、消耗热量等指标。
- 33) 训练结束后分别显示训练总数据、被动训练数据及主动训练数据, 包含: 运动里程、运动时间、平均速度、向前向后训练时间及里程, 训练消耗热量、痉挛次数、痉挛等级、左右肢体对称性等
- 34) 具有训练数据存储功能, 包括训练总数据、被动训练数据、主动训练数据三大类数据存储。
- 35) 对称性监测: 系统提供图示显示肌力对称性信息, 同时带有相对比例的数据。
- 36) 训练把手、脚蹬在轴向 100N 外力作用下无撕裂或滑脱。
- 37) 训练时间总长设定范围: 0~60min, 步距 1min, 时间允差±5s。自动换向时间间隔设置范围: 0~20min, 步距 1min, 时间允差±5s; 当间隔为 0 时, 不换向。
- 38) 训练方向: 具有训练方向定时自动切换和手动切换功能, 在训练过程中可以改变方向;
- 39) 数据接口: 符合 USB2.0 及以上传输协议、WIFI 协议 802.11a/b/g/n、RJ45 端口 TCP/IP 协议、蓝牙 BLE 协议, 数据存储格式为 DB 数据库格式。
- 40) 具有蓝牙接口音频输出功能。

- 41) 产品已获得 NMPA 认证
- 42) 产品具有过电流、过电压保护功能
- 43) 产品通过电磁兼容、性能、安规检测
- 44) 产品使用年限: 10 年

14、儿童起立床

- 1) 床面尺寸 (长*宽): 1200mm*500mm $\pm$ 50mm;
- 2) 整机尺寸 (长*宽*高): 1300mm*685mm*1200mm $\pm$ 50mm;
- 3) 床面离地高度: 800mm;
- 4) 辅助升降台尺寸: 660*400, 允差 $\pm$ 50mm, 厚度 15mm, 允差 $\pm$ 5mm;
- 5) 辅助升降台高度可手动调节, 距离可调脚踏板高度范围 180mm~800mm, 允差 $\pm$ 50mm, 最大承重 20kg;
- 6) 站立角度连续可调: 0°-87°内连续可调, 允差 $\pm$ 3°;
- 7) 空载平均角速度: 1.5° /S;
- 8) 控制方式: 手控器点动控制;
- 9) 操作时间: 床体从水平到垂直位置和从垂直到水平位置时的运行时间均不小于 30s
- 10) 绑带的尺寸: $\geq$ 长 1600mm, 宽 80mm, 厚 5mm
- 11) 固定绑带为快速松解模式, 安全工作载荷 $\geq$ 500N
- 12) 脚踏板尺寸: $\geq$ 长 247mm, 宽 100mm, 高 60mm
- 13) 可调脚踏板安全工作载荷 $>$ 800N
- ▲14) 可调脚踏板, 站立时踝关节内外侧和背屈跖屈角度可调: -20° ~20° $\pm$ 3° ;
- 15) 床体最大承重 80kg;
- 16) 具有紧急停止功能及脚轮锁止装置, 保障患者使用安全;
- 17) 绑带可移动, 可拆卸;
- 18) 采用皮革床垫, 高阻燃性、抗菌、耐温、防划、床体弹力好、舒适;
- 19) PU 面料内置高回弹海绵床面 1 块, 内部高回弹海绵厚 $\geq$ 30mm 一次性成型;
- 20) 固定在床架上, 承载 $\geq$ 4000N 均布静载荷;
- 21) 配备支腿调节地脚, 方便对床体进行调整;

- 22) 进口电机：使用寿命长，运行平稳，低噪音；
- 23) 电动推杆最大推力： $\geq 6000\text{N}$ ；最大拉力 $\geq 4000\text{N}$ ；
- 24) 电动推杆自锁力（推）： $\geq 6000\text{N}$ ；自锁力（拉）： $\geq 4000\text{N}$ ；
- 25) 电动推杆行程：0~295mm；
- 26) 电动推杆使用频率：10%，最多 2 分钟连续工作；
- 27) 电动推杆防护等级： $\geq \text{IPX6}$ ；
- 28) 限位开关：内置；过载保护：有；
- 29) 医用慢速推杆电机 1 台，推杆速度 $\geq 3\text{mm/s}$ ；
- 30) 采用电机缓慢启动和停止；
- 31) 设备安全工作噪声：正常工作时的噪声（A 计权） $\leq 55\text{dB}$ ；
- 32) 产品已获得 NMPA 认证
- 33) 产品具有过电流、过电压保护功能
- 34) 产品通过电磁兼容、性能、安规检测
- 35) 电磁兼容符合 YY 9706.102-2021 要求，电气安全符合 GB 9706.1-2020、GB24436-2009 要求。
- 36) 产品使用年限：10 年

15、生物反馈治疗仪（便携式）

肌电生物反馈技术并结合多种电刺激模式进行肌肉训练治疗，已达到改善肌肉功能，帮助重建并恢复肌肉正常运动功能，脑血管、中枢神经系统损伤的运动功能障碍及肌肉障碍等。

（1）技术特点

- 1) 双通道独立治疗模式，可同时治疗两个患者。
- 2) 生物反馈式神经功能重建治疗技术。
- 3) 肌电触发电刺激治疗模式。
- 4) 主、被动双重治疗模式。
- 5) 智能检测系统，可自动检测电极片与皮肤的接触状况，如果电极片与皮肤接触不良或电极片脱落实现自动停机保护。

6) 智能的生物电流分离选择模式, 医生可根据治疗及临床科研需要任意调节刺激电流的脉冲宽度、脉冲频率、脉冲上升下降时间和电流的强弱, 实现不同病情的治疗需求, 提高治疗效果。

7) 具有多种治疗方案, 提供防止肌肉萎缩, 缓解肌痉挛, 神经恢复治疗, 增加关节活动度治疗等基本功能, 可根据治疗需求任意组合搭配完成个性化的治疗方案。

(2) 技术参数

▲1) 治疗波形参数:

①治疗电流输出 0-99mA 可调, 步进 1mA, 允差 5mA

②治疗波形上升时间 0-15S 可调, 步进 1s, 允差 $\pm 10\%$

③治疗波形工作时间 1-30S 可调, 步进 1s, 允差 $\pm 10\%$

④治疗波形下降时间 0-15S 可调, 步进 1s, 允差 $\pm 10\%$

⑤治疗波形休息时间 1-30S 可调, 步进 1s, 允差 $\pm 10\%$

⑥治疗波形脉冲宽度 50-450 μs 可调, 其中 50-100 μs , 步进 10 μs , 100-450 μs , 步进 50 μs , 允差 $\pm 5\%$

⑦治疗波形输出频率 2-100Hz 可调, 其中 2-10Hz, 步进 1Hz, 10-100Hz, 步进 5Hz, 允差 $\pm 3\text{Hz}$

2) EMG 治疗灵敏度: 0.1 μV

3) 治疗量程 0-2000 μV

4) 阈值可手动设定和自动设定, 根据不同治疗情况下选择

5) 治疗量程 0-2000 μV

6)、共模抑制比 $>100\text{dB}$

7) 带宽 10Hz-1KHz

8) 信号输入 0-1.0V

9) 采样频率 4096Hz

10) AD 采样 18bit

11)、连续工作时间 $\geq 8\text{h}$

16、中低频治疗仪

1) 操作屏幕要求, 不小于 8 寸高清触摸屏, 具有一键飞梭控制, 操作简单

2) 所有治疗参数单独显示, 独立可调

3) 动态实时显示各通道的治疗处方、治疗参数、治疗时间等, 各种治疗数据一目了然

▲4) 通道要求, 至少 4 通道独立的道输出, 至少 8 个输出接口, 每个通道均可选择吸附电极输出或凝胶电极输出, 各通道功能一致, 可以独立设置治疗参数及输出。

5) 具有双通道组合输出功能, 可以实现肌肉群刺激时序控制。

▲6) 中频治疗和低频治疗均可选择单通道独立治疗或双通道组合治疗模式。双通道组合治疗模式可选择同步连续输出、同步波动输出、异步输出。

7) 具有中频治疗、低频治疗、自定义治疗功能

8) 中频参数:

①载波波形为双向对称方波, 频率范围: 1kHz、1.25kHz、2kHz、2.5kHz、4kHz、5kHz, 允差 $\pm 10\%$ 。

②调制频率范围: 1/4 Hz-150 Hz, 允差 $\pm 10\%$ 。

③调制波形有 8 种, 分别为正弦波、方波、三角波、指数波 1、指数波 2、锯齿波、尖峰波、梯形波。

调制波形的调幅度均为 100%, 允差 $\pm 5\%$ 。

▲④最大输出电流有效值 $\leq 80\text{mA}$ 。最大峰值电流 80mA, 允差 $\pm 10\%$ (提供检验报告、技术要求、说明书)

输出电流稳定度: 不同负载下的电流变化率不大于 10%

⑤系统内置 19 种中频处方。

▲⑥自定义功能: 可结合治疗需求自由组合 5 种载频, 10 种调制频率, 8 种波形
载波频率: 1kHz, 2kHz, 2.5kHz, 4kHz, 5kHz 可选;

调制频率: 1/4Hz, 1/3Hz, 1/2Hz, 1Hz, 2Hz, 5Hz, 25Hz, 50Hz, 75Hz, 150Hz 可选;

调制波形: 正弦波、方波、三角波、指数波 1、指数波 2、锯齿波、尖峰波、梯形波 8 种可选。

⑦调制波形、调制频率、载波频率可以任意组合, 实现 1600 种以上的自定义处方设置。

9) 低频参数:

①输出波形为双向对称方波，脉冲宽度范围为 $40\mu\text{s}\sim 500\mu\text{s}$ ，步进 $20\mu\text{s}$ ，允差 $\pm 10\%$ ；

脉冲周期范围 $1.1\text{ms}\sim 1.0\text{s}$ ，允差 $\pm 10\%$

②工作频率：1Hz、2Hz、5Hz、10Hz、20Hz、100Hz、200Hz、500Hz、900Hz 可选，允差 $\pm 10\%$ 。

③最大输出电流有效值 $\leq 50\text{mA}$ 。最大输出峰值电流 80mA ，允差 $\pm 10\%$ 。

输出幅度：输出幅度 $0\sim 100\%$ ，步进 1% 。最大输出峰值电压 40V ，允差 $\pm 10\%$

输出直流分量：输出无直流分量

④系统内置 9 种低频处方，包含 5 种高低波段混合连续输出处方、1 种低波段连续输出处方及 3 种高波段间歇输出处方。

⑤自定义功能：可结合治疗需求自由设置脉冲宽度和频率。

⑥脉冲宽度： $40\mu\text{s}\sim 500\mu\text{s}$ 可选，步进 $20\mu\text{s}$ 。

⑦频率：1Hz、2Hz、5Hz、10Hz、20Hz、100Hz、200Hz、500Hz、900Hz 可选。

10) 治疗仪定时范围 $0\text{min}\sim 60\text{min}$ 可调，步进 5min ，允差 $\pm 5\%$ 。

11) 具有负压吸附功能，吸附模式不少于 8 种，吸附压力可调。

12) 具有抽吸力连续可调节功能，范围为负压 $7\text{kPa}\sim 27\text{kPa}$ ，允差 $\pm 10\%$ 或 $\pm 2\text{kPa}$ 二者大值。

13) 吸附电极的尺寸不少于 3 种，适用于不同部位使用。

14) 自动锁定功能：50 秒无操作，屏幕自动锁屏，避免误触

15) 结束提醒功能：设备治疗结束后输出自动归零，并有相对应的提醒。

16) 中文软件操作系统：设备采用自研发软件，系统界面简洁美观，方便快速掌握设备操作

17) 连续工作时间：刺激仪连续工作时间不少于 4h。

18) 刺激仪正常工作噪声 $\leq 55\text{dB}$ 。

19) 安全类型：I 类、BF 型应用部分

20) 支持恒压输出方式，输出电压：开路状态下，输出电压峰值 $\leq 500\text{V}$

21) 最大输出电流：在基准负载 ($500\Omega \pm 50\Omega$) 下，最大输出电流不超过 80mA (r.m.s) ，低频最大输出电流不超过 50mA (r.m.s)

22) 设备已获得 NMPA 认证

- 23) 设备具有过电流、过电压保护功能
- 24) 设备通过电磁兼容、性能、安规检测
- 25) 设备使用年限：10 年

17、经颅磁刺激仪

1) 适用范围：刺激人体中枢神经和外周神经，用于人体中枢神经、外周神经功能的检测、评定、改善，对卒中所导致的运动功能障碍、认知功能障碍、疼痛、失眠、外周神经损伤及神经源性膀胱的辅助治疗。

▲2) 双拍双通道独立控制

3) 分体设计：系统采用模块独立分体设计，提供更高安全等级液电隔离独立模块，更合理的利用空间，方便升级、维护、发挥每个模块最大的作用。

4) 磁场刺激强度 1-6T，可根据需求调节。

5) 刺激频率 0-100Hz，1-100Hz 步长 1Hz，0-1Hz 步长 0.1Hz，连续可调，可以根据需求调节，允差±10%。

6) 脉冲宽度：340 μ s±10%；

7) 脉冲上升时间：60 μ s±10 μ s；

8) 磁感应强度变化率：30~80KT/s。

9) 设备最大功耗≤3600VA。

10) 刺激模式：单刺激、重复刺激等多种模式可自由组合切换。

11) 刺激线圈：

▲①刺激线圈可快速更换，且具备触发按钮和调节强度按钮，单手即可完成阈值测定和强度调节。

②刺激线圈具有独立的保护装置，当线圈发生故障时，线圈连接断开或温度超过 41℃，应停止磁场输出，有视觉提示并报警。

12) 基于循证医学内置多种临床治疗方案，支持自定义治疗参数。

13) 可根据治疗需要设置治疗时长 1-99min，在预定时间到达后断开磁场输出，允差：±10%。

14) 设备运行过程中，可按压前面板上的触控停止键、自锁开关键及时断开磁场输出。

▲15) 可通过主机触控面板或者移动终端安装软件进行手动设置刺激强度、刺激频率、刺激时间、间歇时间、工作时间。

16) 主机内置高清液晶屏，显示仪器工作参数，无需电脑，所有操作也可以在主机上独立完成。

▲17) 具有多台主机的互联与协同控制功能，多台主机间患者信息、治疗数据共享。

17) 两台经颅磁刺激系统可组合成对刺激模式。

19) 具有无线通讯功能、支持通过移动端软件或电脑端软件下发操作指令或参数，执行并控制仪器输出磁刺激，方便快捷。

20) 冷却系统：内循环液态冷却，冷却液为惰性液体，保证连续使用 8 小时以上，无渗漏、无挥发现象，无需定期维护。

21) 数据库管理功能，包含治疗记录管理，可存储患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息，并可实时查询、编辑及导出数据，并可快速调取历史刺激记录，直接启动刺激。

22) 计时功能：刺激方案设定后，设备能依据设定方案自行计算总刺激时间。

23) 万向可调节线圈固定支臂，360 度旋转调节高度可调。

24) 设备软件具有电容放电计数功能。

25) 温度控制：实时显示治疗线圈温度，当温度超过 41℃，自动停止输出；

26) 提供患者治疗数据管理：为患者提供完善的报告；也可用于临床病例统计和研究

27) 安全保证：电源、刺激强度、刺激时间、线圈温度等实时监控；有线圈脱落、温度异常等异常情况时实时报错功能，根据故障及时停止运行。

▲28) 配置扩展要求，

①可进增配身份证读卡器②可根据科室治疗领域不同需求，能提供单锥、圆形、双锥、深度线圈，产康治疗坐垫的等；

29) MEP 模块：①通道数：2-8 通道；②采样率：32kHz-100kHz

30) 符合 YY 9706.102-2021 电磁兼容要求，符合 YY/T0994-2015 磁刺激设备要求。

31) 使用年限≥10 年。

32)治疗位置可视化：系统内置刺激部位图，根据处方治疗部位实时突出显示刺激部位，并配详细文字介绍。

33)支持选配身份读卡器，自动录入身份信息。

▲34)支持操作方法：≥3种，均能独立操控设备。

35)主机内部高压储能电容安全可靠，电介质强度可达 d. c. 3000V。

18、引导式教育组合六件套

要求包含：木条床1张、扶手（大中小1套）、箱凳（大中小1套）、梯背架1架；训练椅4把；可调式平衡长凳和可调式骨盆矫正椅各1把。

材质：优质木材表面清漆、高密度夹板。

19、言语口型矫正镜及言语口型矫正书托

矫正镜：不小于 460X200X395mm；

材质：优质木材表面清漆、高密度夹板。

书托：460×200×90-370mm 允差±10%

材质：优质木材表面清漆、高密度夹板。

注：1、投标供应商对所投产品须提供相关资料（包括品牌、型号、规格、技术指标等）、功能陈述并附上相关图片、彩页或检测报告、设计方案图纸等资料。对复制粘贴招标文件某项参数表而与投标产品厂商参数不对应的，或者未提供所对应参数的相关图片、彩页或检测报告等资料的，而导致评标委员会不能准确判断该项技术参数的响应性，则不得分。

2、评标委员会对于技术参数响应的判断标准，是指投标文件是否满足招标文件的要求：技术参数低于或不满足招标文件，或不具有招标文件所要求的性能，或技术参数响应与所提供的证明材料不符等，则视为不响应技术参数要求。

3、供应商的投标文件中须提供与以上评分因素相关的证明材料。如果发现弄虚作假的，评标委员会将取消其投标资格。

4、此项目实施为交钥匙项目，项目内所列所有设备及材料均包括辅材、安装及维护实施费用，非采购人同意额外增加的设备、材料等费用均由供应商自行承担。

6、本项目核心产品为：儿童肢体主被动康复训练系统、中低频治疗仪、经颅磁刺激仪。

7、本项目不允许进口产品参与投标，投标人应根据《国务院办公厅关于在

政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定提供关于符合本国产品标准的声明函，格式要求详见第五章投标文件基本格式，未填写按无效响应处理。

第五章 投标文件基本格式

汉滨区妇幼服务能力提升项目（血液透析、
儿童康复设备）采购项目（二次）包2（儿
童康复设备采购项目）

投 标 文 件

项目编号：SXSD2026-AK-033

投 标 人（盖章）：_____

法人或委托人（签字或盖章）：_____

日 期：_____

目录

- 一 投标响应函
- 二 投标报价表
- 三 供应商资格证明文件
- 四 分项报价表
- 五 货物说明一览表
- 六 技术规格响应偏离表
- 七 商务响应偏离表
- 八 实施方案
- 九 产品质量保证
- 十 项目业绩一览表
- 十一 供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺

一、投标响应函

陕西顺德招标代理有限责任公司：

根据贵方为（采购项目名称）招标采购货物及服务的招标公告（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址），提交投标电子文件1份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币金额数（同时用汉字大写和数字表示的投标总价）。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本投标有效期为90个日历日（中标人的投标文件有效期延长为与合同有效期一致）。

5. 投标人完全理解并同意贵方在招标文件中的有关拒绝招标的条款。

6. 同意向贵方提供可能要求的，与本次投标有关的任何证据或资料。我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

7. 若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付中标服务费。

8. 与本招标有关的一切正式往来信函请寄：

投标人名称（公章）：_____

详细地址：_____

邮政编码：_____

电话：_____

传真：_____

开户银行：_____

帐号：_____

年 月 日

二、投标报价表（开标一览表）

项目编号：SXSD2026-AK-033

报价内容 项目名称	投标总报价 (元)	交货期 (日历日)	质保期 (年)
汉滨区妇幼服务能力提升项目（血液透析、儿童康复设备）采购项目（二次）包2(儿童康复设备采购项目)			
总报价：人民币（大写）		¥：	元
备注：表内报价内容以元为单位。			

备注：

1、以上报价必须包括货物的价格及与其相关的各项税费、运输、装卸、包装、验收等一切费用。

投标人（盖章）：_____

法定代表人或授权代理人签字：_____

日期：_____年_____月_____日

三、 供应商资格证明文件（复印件并加盖公章）

1、合法注册的法人或其他组织，并出具合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或统一社会信用代码的营业执照）；

2、法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人或负责人直接参加投标只须提供法定代表人或负责人身份证）；

3、信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写，提供原件）。经查，投标人未被列入“信用中国”网站记录的“严重失信主体名单”及“重大税收违法失信主体名单”；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间；

4、财务状况报告：提供 2025 年度财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前半年内基本存款账户开户银行出具的资信证明；

5、税收缴纳证明：自 2026 年 01 月 01 日以来已缴纳的至少一个月的缴税凭证。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

6、社会保障资金缴纳证明：提供 2026 年 01 月 01 日以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；

7、如投标产品属于医疗器械的，供应商为制造商须提供《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》同时提供《医疗器械注册证》；为供应商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》以及制造商的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》同时提供《医疗器械注册证》；

8、本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》

9、本项目不接受联合体投标，需出具非联合体投标声明。

法定代表人授权委托书和法定代表人证明书模板：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的_____（供应商名称）的在下面签字的_____（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权的在下面签字的_____（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目编号为_____（项目编号）的_____（采购项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

法人代表签字：_____	
（公章）：_____	（法人代表身份证复印件）
_____年_____月_____日	

代理人（被授权委托人）签字：_____	
职务：_____	（被授权人身份证复印件）
_____年_____月_____日	

法定代表人证明书

致：陕西顺德招标代理有限公司				
企 业 法 人	企业名称			
	法定地址			
	邮政编码			
	工商登记机关			
	税务登记机关			
	机构代码证号			
法定 代表 人	姓名		性别	
	职务		联系电话	
	传真			
法定 代表 人 身 份 证 复 印 件	(粘贴处)		法定代表人（签字或盖章）	
			(公章)	
		年 月 日		

(注：参会人员非公司法定代表人的，适用法定代表人授权委托书；参会人员为公司法定代表人的，适用法定代表人证明书。)

供应商信用记录书面声明函（格式）

陕西顺德招标代理有限公司：

我方作为《项目名称》（项目编号：_____）第_____标段的投标供应商，
在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中_____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）严重失信主体名单。

3、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体名单。

4、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：名称（加盖公章）

日期：

年 月 日

备注：项目不分标段的，第_____标段空白处填写“/”。

（附“信用中国”及“中国政府采购网”相应查询截图）

四、分项报价表

供应商名称（盖章）：_____ 采购项目编号：_____

序号	货物名称	数量	品牌	型号规格	制造商	单价	总价
合 计		人民币：_____元 (大写)：_____					

供应商授权代表签字：_____ 职 务：_____ 日 期：_____

注：

1、投标报价以人民币为结算货币，须包括产品价款、附件、配件、备品备件、途中运输费、装卸费、安装调试费、维护费、培训费、技术资料费、保险费、税费及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应缴费用等完成本投标文件要求范围内的全部工作内容所需的所有费用。

2、此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

五、货物说明一览表

供应商名称（盖章）：_____ 项目编号：_____

序号	货物名称（含主要部件）	制造商	产地	型号	规格参数

注：①本表须如实逐项填写，不得空缺。空缺将视为没有实质性响应招标文件。

供应商授权代表签字：_____ 职务：_____ 日期：_____

六、技术规格响应偏离表

序号	招标文件需求	投标文件参数规格、配置	偏离度	技术证明材料 页码

注：1、请按所投项目的实际技术参数，逐条对应招标文件的“技术参数和要求”认真填写本表。偏差说明填写：优于、等于、低于。

2、所投产品证明材料投标单位需注明页码。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人签字：

日期： 年 月 日

七、商务响应偏离表

供应商名称(盖章):

项目编号:

序号	招标文件要求	投标文件响应	偏离度

供应商授权代表签字: _____ 职 务: _____ 日 期: _____

注: 此表在不改变表式的情况下可自行制作。

八、实施方案（包含学科建设方案、项目实施组织方案、服务保障、
培训方案）

九、产品质量保证

十、项目业绩一览表

项目名称：汉滨区妇幼服务能力提升项目（血液透析、儿童康复设备）采购项目（二次）
包2(儿童康复设备采购项目)

序号	委托方名称	项目名称	合同签约日期	投资额	备注

注：投标人应填写“项目业绩一览表”，并附上符合评分标准要求的业绩证明材料复印件。

如果合同金额为外币，应以合同币种按中标时的汇率或项目建设完成时的汇率换算成人民币
计价（以合同签订日期为准）。

十一、政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、中标。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（盖章）

全权代表：_____（签字或盖章）

地 址：_____

邮 编：_____

电 话：_____

年 月 日

（附件）其他证明材料

其他证明材料非供应商必备证明材料，仅作为评审的参考因素，未提供或提供有瑕疵仅做扣分处理，不影响投标人投标资格。

提供政府采购政策货物（产品）的证明材料（如有）

（没有的此项可删除）

附件 1：中小企业声明函

附件 2：“节能产品”、“环境标志产品”证明材料

附件 3：残疾人福利性单位声明函

附件 4：关于符合本国产品标准的声明函

附件1、（非中小企业可删除。）▲供应商对身份声明的真实性负责，提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标（成交），依照《政府采购法》有关规定追究相应责任。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件规定的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件规定的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

供应商非小微企业、监狱企业不填写此表。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：不提供的，在评审时不享受政府采购优惠政策。

附件 2:

“节能产品”、“环境标志产品”证明材料（没有可删除）

说明：1、供应商提供的产品属于该情形，应按第二章供应商须知第 2.7 款、第 14.2 款规定提供相关证明材料，并在《分项明细报价表》中提供相应数据。

2、本表仅适用于涉及提供产品的服务项目，未按上述要求提供、填写的，未提供证明材料，评审时不予以考虑。

附件 3:

残疾人福利性单位声明函（没有可删除）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

说明：填写前请认真阅读（财库〔2017〕141号）文件，并如实填写，享受价格折扣的企业如成交，此声明函将随成交结果一同公示如实填写，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。不提供的，在评审时不享受政府采购优惠政策。非残疾人福利性单位此表可删除。

附件 4:

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称 1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（产品名称 1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。