磋 商 文 件

（服务类）

采购项目名称：蓝田县中医医院医疗设备维修保养服务采购项目

采购项目编号：HC-CG-2026-009

西安市蓝田县中医医院

红城国际工程项目管理有限公司共同编制

2026年08月26日

第一章 竞争性磋商邀请

红城国际工程项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受西安市蓝田县中医医院委托，拟对蓝田县中医医院医疗设备维修保养服务采购项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、项目编号：HC-CG-2026-009

二、项目名称：蓝田县中医医院医疗设备维修保养服务采购项目

三、磋商项目简介

蓝田县中医医院是一家集医疗、预防、保健、康复、急救为一体的二级甲等综合医院。为提高设备维保质量，加快医疗设备故障修复速率、提高医疗设备正常开机率、延长医疗设备使用寿命，并且通过专业医疗设备管理系统提升我院医疗设备管理水平，现通过竞争性磋商方式，采购一家拥有相关服务能力的医疗设备整体维保服务机构，为医院提供医疗设备整体维修保养服务。从技术服务到设备管理，包括设备验收、检测、保养、巡检、维修、配件免费更换、淘汰、置换、质量监控、使用评价等整个设备生命周期管理。并免费为医院提供一套设备管理软件供医院使用，为医院建立医疗设备管理数字化平台。

四、邀请供应商

本次采购采取公告征集邀请磋商的供应商。

公告征集：本次竞争性磋商在“陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

采购包1（蓝田县中医医院医疗设备维修保养服务采购项目）：属于专门面向小微企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、有效的资格主体：具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供统一社会信用代码的营业执照（或事业单位提供事业单位法人证书，自然人提供本人身份证）；

2、授权：法定代表人直接磋商须提交法定代表人身份证明书，法定代表人授权代表参加磋商的，须出具授权书；

3、财务状况：提供递交响应文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，符合《中小企业划型标准规定》的小型企业按照《小企业会计准则》执行。成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），审计报告须具有注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）赋予的验证码；或提供其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明；

4、税收缴纳证明：具有依法缴纳税收的良好记录（提供投标截止日前一年内任一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料）

5、社保缴纳证明：提供投标截止日前一年内任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；

6、信用查询：提供未被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单；(提供书面声明及信用中国及中国政府采购网查询公示结果截图）；

7、承诺函：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

8、控股管理关系：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动；

9、面向小微企业要求：本项目专门面向小微企业采购，供应商应为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。(供应商为小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》；

10、非联合体磋商声明：本项目不接受联合体磋商（提供承诺书）。

六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

七、竞争性磋商文件获取时间、方式及地址

（一）磋商文件获取时间：详见采购公告或邀请书。

（二）在磋商文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目磋商文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取磋商文件。成功获取磋商文件的，供应商将收到已获取磋商文件的回执函。未成功获取磋商文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对磋商文件提起质疑。

成功获取磋商文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应当重新获取磋商文件；澄清或者修改后的磋商文件发布日期距提交响应文件截止日期不足5日的，采购人或代理机构顺延提交响应文件的截止时间。供应商未重新获取磋商文件或者未按照澄清或者修改后的磋商文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的磋商文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

八、首次响应文件提交截止时间及开启时间、地点、方式

（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书。

（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。

成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

九、磋商方式

本项目磋商小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行磋商。磋商会议由磋商小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线磋商。供应商登录项目电子化交易系统，与磋商小组进行在线磋商、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

十、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十一、联系方式

采购人： 西安市蓝田县中医医院

地址： 蓝田县蓝关镇南街

邮编： 710599

联系人： 张老师

联系电话： 029—82759233

代理机构：红城国际工程项目管理有限公司

地址： 陕西省西安市高新区高新六路21号CROSS万象汇6幢1单元7层

邮编： 710075

联系人： 胡工

联系电话： 156 1903 9103

采购监督机构：蓝田县政府采购管理股

联系人：张 驰

联系电话：029-82721045

第二章 供应商须知

2.1供应商须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下: 采购包1：1,400,000.00元 供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。
3	评审方法	综合评分法(详见第六章)。
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本磋商文件要求的资格条件和能力。 1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。 3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。 （其他情形）不适用。

7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第六章。
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；最后评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。
9	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在磋商过程中，磋商小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。
10	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第六章。
11	磋商保证金	缴交方式：否 注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。
12	标书费信息	免费获取
13	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
14	响应有效期（实质性要求）	提交首次响应文件的截止之日起不少于90天。
15	招标代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）及（发改办价格〔2011〕534号）规定执行。
16	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
17	成交通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。
18	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
19	进口产品	不允许
20	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否

21	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查: （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的; （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的; （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。
22	其他说明	本磋商文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。

二、本磋商文件的最终解释权由西安市蓝田县中医医院和红城国际工程项目管理有限公司享有。对磋商文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，磋商项目技术、服务、商务及其他要求，评审细则及标准由西安市蓝田县中医医院负责解释。除上述磋商文件内容，其他内容由红城国际工程项目管理有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次磋商的采购人是西安市蓝田县中医医院。

二、“供应商”是指在按照磋商公告规定获取磋商文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是红城国际工程项目管理有限公司。

四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。

五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、磋商小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具磋商报告、推荐成交候选供应商等活动。

2.2.3响应费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加竞争性磋商采购活动的全部费用。

2.3磋商文件

2.3.1磋商文件的构成

一、磋商文件是供应商准备响应文件和参加响应的依据，同时也是评审的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本磋商文件包括以下内容:

（一）竞争性磋商邀请;

（二）供应商须知;

（三）磋商项目技术、服务、商务及其他要求;

（四）资格审查;

（五）磋商过程中可实质性变动的内容;

（六）磋商办法;

（七）响应文件格式；

（八）拟签订采购合同文本。

二、供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对磋商文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

2.3.2磋商文件的澄清和修改

一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的磋商文件，供应商应依据更正后的磋商文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

2.4响应文件

2.4.1响应文件的语言

一、供应商提交的响应文件以及供应商与磋商小组在磋商过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，磋商小组将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

2.4.2计量单位

除磋商文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3响应货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4知识产权

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下：

供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

四、构成本磋商文件的各组成部分，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印或用于非本磋商项目所需的其他目的。

2.4.5响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第七章。

2.4.6响应文件格式

一、供应商应按照磋商文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

2.4.7响应报价（实质性要求）

一、供应商的报价是供应商响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、响应文件报价出现前后不一致的，按照磋商文件第六章磋商办法规定予以修正，修正后的报价经供应商通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。

2.4.8响应有效期（实质性要求）

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

2.4.9响应文件的制作、签章和加密

一、响应文件应当根据磋商文件进行编制，供应商应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制响应文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应磋商文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合磋商文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照响应文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、磋商文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的磋商文件，按照澄清或者修改后的磋商文件进行响应文件编制、签章和加密。

2.4.10响应文件的提交（实质性要求）

一、供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成响应文件提交。

二、在提交首次响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交首次响应文件截止时间前完成提交。

2.4.11响应文件的补充、修改（实质性要求）

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

2.5开启、资格审查、磋商和确定成交供应商

2.5.1磋商开启程序

一、本项目为竞争性磋商项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、磋商开启准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

2.5.2查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体

成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3资格审查

详见磋商文件第四章。

2.5.4磋商

详见磋商文件第六章。

2.5.5成交通知书

一、采购人或者磋商小组确认成交供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对磋商文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。履行分包项目事项应当具备法定资质规定要求的，分包供应商应当具备相应资质。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定的责任和义务，将其全部工程转给他人或者将其全部工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

采购包1:

符合国家及行业相关标准。

2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1磋商活动纪律要求

采购人、代理机构应保证磋商活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和磋商小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目磋商文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响磋商过程和结果。

对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

2.7.2供应商不得具有的情形（实质性要求）

供应商参加响应不得有下列情形:

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应:

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜;

（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异;

（五）不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交;

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商;

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通;

五、向采购人或代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益;

六、在磋商过程中与采购人或代理机构进行协商磋商;

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同;

八、未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同;

九、将政府采购合同转包或者违规分包;

十、提供假冒伪劣产品;

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同;

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况;

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十一条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避:

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系;

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事;

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人;

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件中采购需求的询问、质疑由 红城国际工程项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由红城国际工程项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 红城国际工程项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料：

（一）质疑函正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对磋商文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的磋商文件回执单）。

接收质疑函方式：书面形式。

答复主体：代理机构

联系人：胡工

联系电话：156 1903 9103

地址：陕西省西安市高新区高新六路21号万象汇6幢1单元7层

邮编：710075

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1采购项目概况

蓝田县中医医院是一家集医疗、预防、保健、康复、急救为一体的二级甲等综合医院。为提高设备维保质量，加快医疗设备故障修复速率、提高医疗设备正常开机率、延长医疗设备使用寿命，并且通过专业医疗设备管理系统提升我院医疗设备管理水平，现通过竞争性磋商方式，采购一家拥有相关服务能力的医疗设备整体维保服务机构，为医院提供医疗设备整体维修保养服务。从技术服务到设备管理，包括设备验收、检测、保养、巡检、维修、配件免费更换、淘汰、置换、质量监控、使用评价等整个设备生命周期管理。并免费为医院提供一套设备管理软件供医院使用，为医院建立医疗设备管理数字化平台。

3.2服务内容及服务要求

3.2.1服务内容

采购包1:

采购包预算金额（元）: 1,400,000.00

采购包最高限价（元）: 1,400,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	医疗设备维修保养服务	1.000	1,400,000.00	项	其他未列明行业	否	否	否	否	否

3.2.2服务要求

采购包1:

标的名称：医疗设备维修保养服务

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		一、服务内容 本项目不分包。服务范围包括维保设备清单内所有设备，及清单外一些未纳入的设备及手术室空调机组等，从技术服务到设备管理，包括全生命周期管理、故障设备维修的配件和人工、定期保养、定期巡检、负责新设备验收、设备报废、负责设备计量检定、档案管理、新院区搬迁设备移机等任务。 （1）本项目服务范围为医院清单内现所保医疗设备，包含但不限于影像类DR、中C臂、小C臂、彩超、高压灭菌器等设备的维修及配件更换服务（含配件）；服务覆盖上述设备全部维修配件：影像类设备球管、探测器、高压发生器等主要配件；彩超探头、主板、显示器的更换及系统升级等维修服务；高压灭菌器蒸汽发生器等主要维修配件。本项目项下所有更换配件均须为原装标准配置。

1		（2）为医院免费提供设备管理软件，该设备管理软件需满足医院设备管理及国家法规的要求，内容包含但不限于：资产管理、检测管理、培训管理、保养管理、维修管理、证照管理等功能。同时该设备管理软件应满足医院信息管理部门的安全保密要求，根据医院要求将权限分配给医院相关设备负责人及分管领导，以方便医院监督了解在医院的工作。合作期间软件免费升级。该软件服务期满后归属权归医院所有并保证该管理软件仍能供医院正常使用。 **二、技术要求** 1、工程师维修更换设备配件必须为原厂配件。 2、特种设备，精密设备，大型设备维修保养工程师必须为专业维修该类设备的工程师。 3、科室急用设备维修时限为72小时。 4、按照国家要求对强检计量设备定期进行检测校验。 5、制定设备巡检保养计划，并定期执行。 6、建立维修保养记录，定期归档。 **三、服务要求** 1、常驻工程师两名。 2、负责院内所保设备的定期巡检，保养，并出具工单。 3、按照国家要求，负责所保设备的检测工作。包含但不限于：设备的计量检测，常规定期检测，特种设备定期检验，放射设备的定期防护性能检测，手术室房屋洁净度检测等。 4、负责所保设备的故障维修及配件，包含所有维修的配件费和人工费。配件包括如： （1）放射类设备如DR球管，中C（移动式C形臂X射线机）球管，小C（移动式C形臂高频X射线机）球管，高压发生器，探测器（三大配件）等所有维修及更换。 （2）彩超的维修配件包括更换探头，主板、显示器及系统升级等。 （3）监护仪、除颤仪、心电图机维修配件和导联线、袖带等（不包含打印纸）。 （4）其他院内所保设备的所有维修配件如供应室水机耗材等和人工费。 （5）提供主要设备维修过程中的备用机。 （6）设备管理的数据统计、分析报告。 （7）负责所保设备新院区搬迁移机，以及移机后设备正常运转使用。 （8）负责院内其他未纳入等不在维保清单内的设备维修（含配件和人工等所有费用）、检测等任务。 （9）设备维保费用按照维保设备价值增减进行调整。 （10）设备维保范围包含部分设备配置的电脑，软件系统等。 **四、商务要求** 1、服务期限：自合同签订之日起1年 2、付款方式： 合同签订后项目实施至3个月，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的40.00%,项目实施至9个月，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的30.00%;服务期结束后，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的30.00%. **五、其他** （一）对服务商的业绩要求： 提供供应商近三年类似项目业绩 （二）其他要求 1、中标人应在合同签订后7个日历日内安排人员（项目组成人员简历表所列）与使用单位就服务工作进行安排、部署。

2、若未能在服务周期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由中标人承担和赔偿。

（三）违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供服务或服务质量不能满足服务要求和标准，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

设备清单

序号	设备名称	数量	单位
1	红蓝黄光治疗仪	1.00	台
2	腹腔镜镜头	1.00	台
3	腹腔镜镜头	1.00	台
4	肺功能检测仪	1.00	台
5	气压治疗仪	1.00	台
6	气压治疗仪	1.00	台
7	下肢关节被动训练仪	1.00	台
8	中药汤剂包装机	1.00	台
9	中药汤剂包装机	1.00	台
10	十功能自动煎药机	1.00	台
11	十功能自动煎药机	1.00	台
12	十功能自动煎药机	1.00	台
13	十功能自动煎药机	1.00	台
14	十功能自动煎药机	1.00	台
15	十功能自动煎药机	1.00	台
16	中药汤剂包装机	1.00	台
17	十功能自动煎药机	1.00	台
18	超声刀手术设备	1.00	台
19	低频超声导药仪	1.00	台
20	呼吸机	1.00	台
21	呼吸机	1.00	台
22	床单位消毒器	1.00	台
23	床单位消毒器	1.00	台
24	床单位消毒器	1.00	台
25	床单位消毒器	1.00	台
26	床单位消毒器	1.00	台
27	床单位消毒器	1.00	台
28	床单位消毒器	1.00	台
29	床单位消毒器	1.00	台
30	床单位消毒器	1.00	台
31	洗衣机	1.00	台

32	电子胃肠镜系统	1.00	台
33	便携式彩色多普勒超声诊断系统	1.00	台
34	观片灯	1.00	台
35	排痰仪	1.00	台
36	空气消毒机	1.00	台
37	中心监护系统	1.00	台
38	中心监护系统	1.00	台
39	病人监护仪	1.00	台
40	病人监护仪	1.00	台
41	病人监护仪	1.00	台
42	病人监护仪	1.00	台
43	病人监护仪	1.00	台
44	病人监护仪	1.00	台
45	病人监护仪	1.00	台
46	病人监护仪	1.00	台
47	病人监护仪	1.00	台
48	病人监护仪	1.00	台
49	病人监护仪	1.00	台
50	病人监护仪	1.00	台
51	病人监护仪	1.00	台
52	病人监护仪	1.00	台
53	病人监护仪	1.00	台
54	呼吸机	1.00	台
55	呼吸机	1.00	台
56	病人监护仪	1.00	台
57	病人监护仪	1.00	台
58	病人监护仪	1.00	台
59	病人监护仪	1.00	台
60	病人监护仪	1.00	台
61	病人监护仪	1.00	台
62	病人监护仪	1.00	台
63	病人监护仪	1.00	台
64	病人监护仪	1.00	台
65	病人监护仪	1.00	台
66	呼吸机	1.00	台
67	多功能电动床	1.00	台
68	ICU柱	1.00	台
69	ICU柱	1.00	台
70	同视机	1.00	台

71	综合验光仪	1.00	台
72	除颤监护仪	1.00	台
73	输液泵	1.00	台
74	输液泵	1.00	台
75	注射泵	1.00	台
76	注射泵	1.00	台
77	注射泵	1.00	台
78	注射泵	1.00	台
79	注射泵	1.00	台
80	抗血栓压力泵	1.00	台
81	抗血栓压力泵	1.00	台
82	等离子空气消毒机	1.00	台
83	眼科光学生物测量仪	1.00	台
84	眼底激光治疗仪	1.00	台
85	血管内超声诊断仪	1.00	台
86	气压止血器	1.00	台
87	十功能煎药机	1.00	台
88	十功能煎药机	1.00	台
89	十功能煎药机	1.00	台
90	吞咽治疗仪	1.00	台
91	吞咽治疗仪	1.00	台
92	气压治疗仪	1.00	台
93	干式荧光免疫分析仪	1.00	台
94	多参数监护仪	1.00	台
95	多参数监护仪	1.00	台
96	多道心电图机	1.00	台
97	除颤监护仪	1.00	台
98	病人监护仪	1.00	台
99	除颤监护仪	1.00	台
100	多道心电图机	1.00	台
101	干式荧光免疫分析仪	1.00	台
102	电子针疗仪	1.00	台
103	电子针疗仪	1.00	台
104	电子针疗仪	1.00	台
105	电子针疗仪	1.00	台
106	无线排队叫号机	1.00	台
107	除颤监护仪	1.00	台
108	多参数监护仪	1.00	台
109	无创呼吸机	1.00	台

110	血气分析仪	1.00	台
111	十二导心电图机	1.00	台
112	紫外线空气消毒器	1.00	台
113	紫外线空气消毒器	1.00	台
114	紫外线空气消毒器	1.00	台
115	中药流水式粉碎机	1.00	台
116	除颤监护仪	1.00	台
117	无影灯	1.00	台
118	空气消毒机	1.00	台
119	介入手术床	1.00	台
120	血管造影高压造影注 射系统	1.00	台
121	DSA工作站	1.00	台
122	监护仪	1.00	台
123	移动式C形臂X射线 机	1.00	台
124	自停颅骨钻	1.00	台
125	手术头架	1.00	台
126	可视喉镜	1.00	台
127	干眼雾化仪	1.00	台
128	移动式C形臂高频X 射线机及设施	1.00	台
129	UPS 电源	1.00	台
130	紫外线空气消毒器	1.00	台
131	紫外线空气消毒器	1.00	台
132	紫外线空气消毒器	1.00	台
133	紫外线空气消毒器	1.00	台
134	三通道微量泵	1.00	台
135	电动妇科检查床	1.00	台
136	麻醉机	1.00	台
137	LED无影灯	1.00	台
138	12导心电图机	1.00	台
139	胎心监护仪	1.00	台
140	脉膊血氧测量仪	1.00	台
141	LED无影灯	1.00	台
142	持续正压呼吸治疗仪	1.00	台
143	12导心电工作站	1.00	台
144	软水机	1.00	台
145	自动洗胃机	1.00	台
146	输液泵	1.00	台
147	输液泵	1.00	台
148	输液泵	1.00	台

149	输液泵	1.00	台
150	输液泵	1.00	台
151	输液泵	1.00	台
152	输液泵	1.00	台
153	输液泵	1.00	台
154	输液泵	1.00	台
155	输液泵	1.00	台
156	输液泵	1.00	台
157	输液泵	1.00	台
158	输液泵	1.00	台
159	输液泵	1.00	台
160	输液泵	1.00	台
161	输液泵	1.00	台
162	输液泵	1.00	台
163	输液泵	1.00	台
164	注射泵	1.00	台
165	注射泵	1.00	台
166	注射泵	1.00	台
167	注射泵	1.00	台
168	注射泵	1.00	台
169	注射泵	1.00	台
170	注射泵	1.00	台
171	注射泵	1.00	台
172	注射泵	1.00	台
173	注射泵	1.00	台
174	注射泵	1.00	台
175	注射泵	1.00	台
176	注射泵	1.00	台
177	注射泵	1.00	台
178	注射泵	1.00	台
179	注射泵	1.00	台
180	注射泵	1.00	台
181	心电监护仪	1.00	台
182	心电监护仪	1.00	台
183	心电监护仪	1.00	台
184	心电监护仪	1.00	台
185	心电监护仪	1.00	台
186	心电监护仪	1.00	台
187	心电监护仪	1.00	台

188	心电监护仪	1.00	台
189	心电监护仪	1.00	台
190	心电监护仪	1.00	台
191	心电监护仪	1.00	台
192	胎儿监护仪	1.00	台
193	胎儿监护仪	1.00	台
194	绝缘检测仪	1.00	台
195	纸袋切割机	1.00	台
196	环境检测仪	1.00	台
197	过氧化氢低温等离子 灭菌器	1.00	台
198	高温生物阅读器	1.00	台
199	低温生物阅读器	1.00	台
200	单水平无创呼吸机	1.00	台
201	双水平呼吸机	1.00	台
202	单水平无创呼吸机	1.00	台
203	便携式多导睡眠诊断 分析系统	1.00	台
204	便携式多导睡眠诊断 分析系统	1.00	台
205	气囊式体外反搏装置	1.00	台
206	心脏电生理刺激仪	1.00	台
207	肌电图诱发电位仪	1.00	台
208	12导心电图机	1.00	台
209	听力筛查仪	1.00	台
210	手持心电图机	1.00	台
211	动态血压盒子	1.00	台
212	动态血压盒子	1.00	台
213	动态血压盒子	1.00	台
214	动态血压盒子	1.00	台
215	动态心电盒子	1.00	台
216	动态心电盒子	1.00	台
217	动态心电盒子	1.00	台
218	动态心电盒子	1.00	台
219	光相干断层扫描	1.00	台
220	眼底照相机	1.00	台
221	眼科裂隙灯显微镜检查仪	1.00	台
222	医用冷藏冰箱	1.00	台
223	中药汤剂包装机	1.00	台
224	中药汤剂包装机	1.00	台
225	经皮黄疸仪	1.00	台
226	经皮黄疸仪	1.00	台

2			227	经皮黄疸仪	1.00	台
			228	全自动电子血压计	1.00	台
			229	十功能自动煎药机	1.00	台
			230	十功能自动煎药机	1.00	台
			231	十功能自动煎药机	1.00	台
			232	十功能自动煎药机	1.00	台
			233	温热电针综合治疗仪	1.00	台
			234	颈椎牵引机	1.00	台
			235	智能整脊脉冲枪	1.00	台
			236	多功能艾灸治疗仪 （台式）	1.00	台
			237	多功能艾灸治疗仪 （立式）	1.00	台
			238	中频激光综合治疗仪	1.00	台
			239	电脑中频治疗仪	1.00	台
			240	电脑中频治疗仪	1.00	台
			241	电脑中频治疗仪	1.00	台
			242	数码中频治疗仪	1.00	台
			243	电脑中频治疗仪	1.00	台
			244	数码中频治疗仪	1.00	台
			245	温热电针综合治疗仪	1.00	台
			246	温热电针综合治疗仪	1.00	台
			247	温热电针综合治疗仪	1.00	台
			248	温热电针综合治疗仪	1.00	台
			249	温热电针综合治疗仪	1.00	台
			250	手持裂隙灯显微镜检查仪	1.00	台
			251	电动手术台	1.00	台
			252	腹腔镜系统	1.00	台
			253	妇产科专业智能化四维 彩色多普勒超声诊断系统	1.00	台
			254	妇产康复治疗仪	1.00	台
			255	胎儿脐血流监测仪	1.00	台
			256	妊高症预测分析系统	1.00	台
			257	新生儿视力筛查仪	1.00	台
			258	微波治疗仪	1.00	台
			259	电子阴道镜	1.00	台
			260	骨密度	1.00	台
			261	盆底康复仪	1.00	台
			262	多元智能方格训练系 统（软、硬件）	1.00	台
			263	多元智能方格训练系 统（软、硬件）	1.00	台
			264	多体位治疗床	1.00	台

265	腰背治疗床	1.00	台
266	牵引网架（网架和床）	1.00	台
267	主被动上下肢训练器	1.00	台
268	引导性上肢协调训练 器	1.00	台
269	微电脑牵引治疗仪	1.00	台
270	多功能床椅	1.00	台
271	儿童摆位椅	1.00	台
272	微电脑牵引治疗仪 （颈、腰双牵）	1.00	台
273	微电脑上肢关节被动 训练器	1.00	台
274	多功能训练器	1.00	台
275	训练用阶梯（双向）	1.00	台
276	电动直立床	1.00	台
277	PT训练床(电动升降 可折叠）	1.00	台
278	微电脑穴脉刺激放松仪	1.00	台
279	辅助步行训练器（带座)	1.00	台
280	平行杠	1.00	台
281	股四头肌训练椅	1.00	台
282	多功能训练器	1.00	台
283	微电脑下肢关节被动训练器	1.00	台
284	平行杠（儿童）	1.00	台
285	手动减重步态训练器	1.00	台
286	引导式训练组合	1.00	台
287	OT综合训练工作台	1.00	台
288	训练用阶梯（儿童）	1.00	台
289	儿童站立架	1.00	台
290	训练浪桥	1.00	台
291	平衡步道	1.00	台
292	减重步态训练器 （儿童电动配医用慢速跑台)	1.00	台
293	电动起立床（儿童）	1.00	台
294	手动起立床（儿童）	1.00	台
295	训练滑梯	1.00	台
296	儿童站立架	1.00	台
297	42式康复垫	1.00	台
298	PT 训练床	1.00	台
299	心脏四维彩色多普勒 超声诊断仪	1.00	台
300	眼科A/B超	1.00	台
301	眼科激光治疗仪	1.00	台
302	临时起博器	1.00	台

303	医用冷藏箱	1.00	台
304	胰岛素泵	1.00	台
305	胰岛素泵	1.00	台
306	胰岛素泵	1.00	台
307	动态血压盒子	1.00	台
308	动态血压盒子	1.00	台
309	动态心电盒子	1.00	台
310	动态心电盒子	1.00	台
311	动态心电盒子	1.00	台
312	动态心电盒子	1.00	台
313	动态心电盒子	1.00	台
314	动态心电盒子	1.00	台
315	动态心电盒子	1.00	台
316	空气消毒机	1.00	台
317	空气消毒机	1.00	台
318	输液泵	1.00	台
319	输液泵	1.00	台
320	输液泵	1.00	台
321	输液泵	1.00	台
322	输液泵	1.00	台
323	输液泵	1.00	台
324	输液泵	1.00	台
325	输液泵	1.00	台
326	输液泵	1.00	台
327	输液泵	1.00	台
328	输液泵	1.00	台
329	注射泵	1.00	台
330	注射泵	1.00	台
331	注射泵	1.00	台
332	注射泵	1.00	台
333	注射泵	1.00	台
334	注射泵	1.00	台
335	电动吸痰器	1.00	台
336	多参数监护仪	1.00	台
337	多参数监护仪	1.00	台
338	多参数监护仪	1.00	台
339	心脏除颤监护仪	1.00	台
340	非接触式眼压计	1.00	台
341	超声乳化仪	1.00	台

342	角膜内皮显微镜	1.00	台
343	灭菌器	1.00	台
344	全自动洗衣机	1.00	台
345	便携式多参数监护仪	1.00	台
346	便携式多参数监护仪	1.00	台
347	便携式多参数监护仪	1.00	台
348	振动排痰机	1.00	台
349	中医定向透药治疗仪	1.00	台
350	中医定向透药治疗仪	1.00	台
351	语言障碍康复评估系统	1.00	台
352	吞咽障碍治疗仪	1.00	台
353	生物反馈神经功能重 建治疗系统	1.00	台
354	电子针灸仪	1.00	台
355	电子针灸仪	1.00	台
356	电子针灸仪	1.00	台
357	胰导素泵	1.00	台
358	数字式十二导心电图 机	1.00	台
359	动态血压盒子	1.00	台
360	动态血压盒子	1.00	台
361	动态心电盒子	1.00	台
362	动态心电盒子	1.00	台
363	动态心电盒子	1.00	台
364	打磨抛光机	1.00	台
365	拍片机	1.00	台
366	牙科综合治疗椅	1.00	台
367	根测仪	1.00	台
368	塑封机	1.00	台
369	洁牙机	1.00	台
370	空气消毒柜	1.00	台
371	空气消毒柜	1.00	台
372	医用烘干机	1.00	台
373	单导心电图机	1.00	台
374	心脏复苏模拟人	1.00	台
375	空气消毒柜	1.00	台
376	产后康复综合治疗仪	1.00	台
377	LED观片灯	1.00	台
378	心电监护	1.00	台
379	空气消毒柜	1.00	台
380	空气消毒柜	1.00	台

381	心电监护	1.00	台
382	输液泵	1.00	台
383	输液泵	1.00	台
384	输液泵	1.00	台
385	输液泵	1.00	台
386	输液泵	1.00	台
387	输液泵	1.00	台
388	输液泵	1.00	台
389	输液泵	1.00	台
390	输液泵	1.00	台
391	输液泵	1.00	台
392	空气压缩机	1.00	台
393	高压喷枪	1.00	台
394	高压喷枪	1.00	台
395	封口机	1.00	台
396	水处理系统	1.00	台
397	超声波洗衣机	1.00	台
398	快速式全自动清洗器	1.00	台
399	脉动真空灭菌器	1.00	台
400	脉动真空灭菌器	1.00	台
401	洗胃机备	1.00	台
402	多参数监护仪	1.00	台
403	二氧化碳监测仪	1.00	台
404	多参数监护仪	1.00	台
405	耳声发射听力筛查仪	1.00	台
406	胎心多普勒	1.00	台
407	胎儿监护仪	1.00	台
408	胎心多普勒	1.00	台
409	胎儿监护仪	1.00	台
410	电动产床	1.00	台
411	高频电刀	1.00	台
412	超导可视人流	1.00	台
413	胎儿监护仪	1.00	台
414	胎儿监护仪	1.00	台
415	多参数监护仪	1.00	台
416	骨科电钻	1.00	台
417	多参数监护仪	1.00	台
418	心电监护仪	1.00	台
419	麻醉机	1.00	台

420	病人监护仪	1.00	台
421	输液泵	1.00	台
422	经皮黄疸测量仪	1.00	台
423	运动心电分析系统	1.00	台
424	输液泵	1.00	台
425	数字化X射线成像系 统	1.00	台
426	输液泵	1.00	台
427	空气消毒器（移动）	1.00	台
428	注射泵	1.00	台
429	输液泵	1.00	台
430	输液泵	1.00	台
431	输液泵	1.00	台
432	输液泵	1.00	台
433	注射泵	1.00	台
434	心电监护仪	1.00	台
435	心电监护仪	1.00	台
436	注射泵	1.00	台
437	输液泵	1.00	台
438	输液泵	1.00	台
439	心电监护仪	1.00	台
440	辐射保暖台	1.00	台
441	单道注射泵	1.00	台
442	微量注射泵	1.00	台
443	辐射保暖台	1.00	台
444	单道注射泵	1.00	台
445	全电脑视野计	1.00	台
446	CT报告打印工作站	1.00	台
447	心电监护仪	1.00	台
448	电动综合手术床	1.00	台
449	侧操综合手术台	1.00	台
450	多功能空气消毒机	1.00	台
451	彩超	1.00	台
452	手术吸引器	1.00	台
453	除颤起搏仪	1.00	台
454	麻醉工作站	1.00	台
455	电动吸引器	1.00	台
456	婴儿辐射保暖箱	1.00	台
457	麻醉喉镜	1.00	台
458	综合产床	1.00	台

459	腰椎三维牵引治疗床	1.00	台
460	心电监护仪	1.00	台
461	咽喉镜	1.00	台
462	吸引器	1.00	台
463	水温箱	1.00	台
464	计免冰箱	1.00	台
465	心电监护仪	1.00	台
466	800A监护仪	1.00	台
467	医用冷藏冰箱	1.00	台
468	医用冷藏冰箱	1.00	台
469	医用冷藏冰箱	1.00	台
470	医用冷藏箱	1.00	台

3.2.3人员配置要求

采购包1:

根据项目情况配备专业人员，满足项目实施要求。

3.2.4设施设备要求

采购包1:

根据项目情况配备专业设备，满足项目实施要求。

3.2.5其他要求

采购包1:

满足项目实施要求

3.3商务要求

3.3.1服务期限

采购包1:

自合同签订之日起1年

3.3.2服务地点

采购包1:

采购人指定地点

3.3.3考核（验收）标准和方法

采购包1:

符合国家及行业相关标准。

3.3.4支付方式

采购包1:

分期付款

3.3.5支付约定

采购包1:

1、 进度款，合同签订后项目实施至3个月，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的40.0%

2、 进度款，项目实施至9个月，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的30.0%

3、 进度款，服务期结束后，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的30.0%

3.3.6违约责任及解决争议的方法

采购包1:

按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》相关条款执行。未按合同或磋商文件要求提供的产品或者服务，质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。

3.4其他要求

1、投标时供应商无需提供纸质版响应文件。成交供应商在领取成交通知书前将纸质版响应文件正本1份、副本2份、电子版（U盘）文件1份，打印盖章后提交至招标代理公司处，以便采购人进行留存备案等工作，成交供应商应保持响应文件纸质版内容与电子版内容完全一致，否则将承担一切法律责任。纸质版响应文件一律采用书籍（胶装）方式装订且单面或双面打印。 2、供应商务必在开标截止时间30分钟前，通过项目 电子化交易系统进行签到，如未进行签到，产生的一切后果由供应商自行承担。 3、投标总报价应当包括人工费、管理费、利润和税金等全部费用，如有遗漏视为已包含。 4、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。 5、需要落实的政府采购政策：（1）财政部、国家发展和改革委员会关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）；（2）财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号)；（3）国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知国办发（2007）51号；（4）财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库（2020）46号)；（5）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库（2014）68号)；（6）财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库（2017）141号）；（7）《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库（2019）27号）；（8）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采（2018）23号）；（9）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库（2019）9号）。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下:

4.1一般资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	供应商应提交的相关资格证明材料 其他资料.docx 响应函 特殊资格证明材料.docx
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料;	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	供应商应提交的相关资格证明材料 特殊资格证明材料.docx
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	其他资料.docx 响应函 特殊资格证明材料.docx

4.2落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的小微企业承接。	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 特殊资格证明材料.docx

4.3特殊资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件

1	有效的资格主体	具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供统一社会信用代码的营业执照（或事业单位提供事业单位法人证书，自然人提供本人身份证）；	特殊资格证明材料.docx
2	授权	法定代表人直接磋商须提交法定代表人身份证明书，法定代表人授权代表参加磋商的，须出具授权书；	特殊资格证明材料.docx
3	财务状况	提供递交响应文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，符合《中小企业划型标准规定》的小型企业按照《小企业会计准则》执行。成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），审计报告须具有注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）赋予的验证码；或提供其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明；	特殊资格证明材料.docx
4	税收缴纳证明	具有依法缴纳税收的良好记录（提供投标截止日前一年内任一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料）	特殊资格证明材料.docx
5	社保缴纳证明	提供投标截止日前一年内任意一个月已缴纳的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关文件证明；	特殊资格证明材料.docx
6	信用查询	提供未被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单；(提供书面声明及信用中国及中国政府采购网查询公示结果截图）；	特殊资格证明材料.docx
7	承诺函	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；	特殊资格证明材料.docx
8	控股管理关系	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动；	特殊资格证明材料.docx

9	面向小微企业要求	本项目专门面向小微企业采购，供应商应为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。(供应商为小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》；	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 特殊资格证明材料.docx
10	非联合体磋商声明	本项目不接受联合体磋商（提供承诺书）。	特殊资格证明材料.docx

第五章 磋商过程中可实质性变动的内容

磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在磋商过程中，磋商小组根据项目实际需要制定磋商内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时通知所有参加磋商的供应商。

第六章 磋商办法

6.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合本采购项目特点制定本次竞争性磋商评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的磋商小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的磋商程序和标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。磋商小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本磋商文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

6.2 磋商小组

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、磋商小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐磋商小组组长。

二、磋商小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，磋商小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建磋商小组，解封响应文件后，开展评审活动。

三、磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件；

（二）审查供应商响应文件等是否满足磋商文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对磋商文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草资格审查报告、评审报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

6.3评审程序

6.3.1.熟悉和理解磋商文件和停止评审

一、磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

（一）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；

（六）磋商文件载明的成交原则不合法的；

（七）磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，磋商小组应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为磋商小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

6.3.2符合性审查

一、磋商小组依据本磋商文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本磋商文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本磋商文件明确规定的实质性要求为依据。

二、在符合性审查过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和磋商文件规定。

三、磋商小组对所有响应文件进行审查后，确定参加磋商的供应商名单。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价（数量报价下，供应商的报价明显高于其他通过符合性审查供应商的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。磋商小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。	中小企业声明函 商务应答表 供应商应提交的相关资格证明材料 服务内容及服务要求应答表 报价表 响应文件封面 类似项目业绩.docx 供应商廉洁自律承诺书.docx 陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书.docx 残疾人福利性单位声明函 服务方案 其他资料.docx 标的清单 响应函 监狱企业的证明文件 特殊资格证明材料.docx

2	磋商响应文件的签字、盖章	响应文件格式要求签字盖章的，须按要求签字盖章	中小企业声明函 商务应答表 供应商应提交的相关资格证明材料 服务内容及服务要求应答表 报价表 响应文件封面 类似项目业绩.docx 供应商廉洁自律承诺书.docx 陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书.docx 残疾人福利性单位声明函 服务方案 标的清单 其他资料.docx 响应函 监狱企业的证明文件 特殊资格证明材料.docx
3	报价唯一	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价	中小企业声明函 商务应答表 供应商应提交的相关资格证明材料 服务内容及服务要求应答表 报价表 响应文件封面 类似项目业绩.docx 供应商廉洁自律承诺书.docx 陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书.docx 残疾人福利性单位声明函 服务方案 标的清单 其他资料.docx 响应函 监狱企业的证明文件 特殊资格证明材料.docx

4	服务期	应满足磋商文件中服务期的规定	中小企业声明函 商务应答表 供应商应提交的相关资格证明材料 服务内容及服务要求应答表 报价表 响应文件封面 类似项目业绩.docx 供应商廉洁自律承诺书.docx 陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书.docx 残疾人福利性单位声明函 服务方案 标的清单 其他资料.docx 响应函 监狱企业的证明文件 特殊资格证明材料.docx
5	磋商有效期	应满足磋商文件中有效期的规定	中小企业声明函 商务应答表 供应商应提交的相关资格证明材料 服务内容及服务要求应答表 报价表 响应文件封面 类似项目业绩.docx 供应商廉洁自律承诺书.docx 陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书.docx 残疾人福利性单位声明函 服务方案 其他资料.docx 标的清单 响应函 监狱企业的证明文件 特殊资格证明材料.docx

6	对磋商文件响应程度	要求实质性条款全部响应，不能有采购人不能接受的附加条件	中小企业声明函 商务应答表 供应商应提交的相关资格证明材料 服务内容及服务要求应答表 报价表 响应文件封面 类似项目业绩.docx 供应商廉洁自律承诺书.docx 陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书.docx 残疾人福利性单位声明函 服务方案 标的清单 其他资料.docx 响应函 监狱企业的证明文件 特殊资格证明材料.docx

6.3.3磋商

一、 磋商小组按照磋商文件的规定与邀请参加磋商的供应商分别进行磋商，磋商顺序由磋商小组确定。

二、 磋商小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

三、磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应通过项目电子化交易系统，将变动情况同时通知所有参加磋商的供应商。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

五、 磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求就磋商文件变动部分，以“供应商响应表”形式在线提交磋商小组。“供应商响应表”作为响应文件的组成部分，响应文件应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终磋商后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理:

（一）响应文件仍不能实质响应磋商文件可实质性变动的实质性要求的;

（二）响应文件中仍有磋商文件规定的其他无效响应情形的。

七、磋商小组对供应商在磋商、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。

八、磋商小组在最终磋商后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。

九、磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

十、磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当磋商报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

6.3.4最后报价

一、方案评审

采购包1：磋商/谈判/协商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组可

以根据磋商/谈判/协商情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

二、磋商小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息提醒，登录项目电子化交易系统，通过“评审等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组将对其响应文件作无效处理，并通过电子化交易系统告知供应商，说明理由。

四、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，磋商小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。

五、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

六、供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出磋商。

七、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

八、最后报价为有效报价应符合下列条件：

（一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。

（二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。

（三）供应商的最后报价应符合磋商文件的要求。

（四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

九、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

（一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

6.3.5解释、澄清有关问题

一、评审过程中，磋商小组认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变磋商文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当按磋商小组的要求进行澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是响应文件的组成部分。

三、供应商的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出响应文件的范围、不实质性改变响应文件的内容、不影响供应商的公平竞争、不导致响应文件从不响应磋商文件变为响应磋商文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）供应商响应文件中不响应磋商文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）供应商响应文件中未提供的证明其是否符合磋商文件资格、符合性规定要求的相关材料；

（三）供应商响应文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、响应文件报价出现前后不一致的情形，按照本章前述规定予以处理，不需要供应商澄清。

五、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应磋商小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、磋商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

6.3.6比较与评价

磋商小组应当按照磋商文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

6.3.7复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式

管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观分赋分有关事项的通知》（陕财办函〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

6.3.8推荐成交候选供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐如下成交候选供应商，并编写磋商报告。

采购包1： 3家； 评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。

6.3.9编写磋商报告

磋商小组推荐成交候选供应商后，应向代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（二）响应文件开启日期和地点；

（三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

（四）评审情况记录和说明，包括对供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；

（五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字或加盖电子签章认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组记录相关情况。磋商小组成员拒绝在磋商报告上签字或加盖电子签章又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

6.3.10评审争议处理规则

在磋商过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背磋商文件规定。持不同意见的磋商小组成员应当在磋商报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

6.4评审办法及标准

一、磋商小组只对通过资格审查的响应文件，根据磋商文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、磋商小组成员应依据磋商文件规定的评分标准和方法独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.4.1评分办法

本次评审采用综合评分法，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

6.4.2评分标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审90.00分 报价得分10.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	维保服务方案	一、评审内容 针对本项目提供详细的项目维保服务方案包括但不限于： ①维保技术方案及维保服务内容； ②服务响应、设备维修、故障恢复、技术支持服务方案； ③设备保养前评估、运行状况、安全检查、硬件校准及维护； ④从业人员培训安排； ⑤重点难点分析及解决方案。 二、评审标准 1、完善性:方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述; 2、可实施性:切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案; 3、针对性:方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 上述5项评审内容全部满足评审标准得15分，每有一个评审内容缺项扣3分，评审内容中每有一项缺陷扣1分，扣完为止。 说明:缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	15.0000	主观	商务应答表 服务方案

保障方案	一、评审内容 针对本项目制定的保障方案，包括但不限于以下内容:①质量保障方案； ②进度保障措施。 二、评审标准 1、完善性:方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述; 2、可实施性:切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案; 3、针对性:方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 上述2项评审内容全部满足评审标准得6分，每有一个评审内容缺项扣3分，评审内容中每有一项缺陷扣1分，扣完为止。 说明:缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	6.0000	主观	商务应答表 服务方案
应急方案	一、评审内容 针对本项目制定的应急方案，包括但不限于以下内容:①突发事件应急处置方案；②故障分级应急处置流程；③紧急情况重难点分析及应对措施。 二、评审标准 1、完善性:方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述; 2、可实施性:切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案; 3、针对性:方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 上述3项评审内容全部满足评审标准得9分，每有一个评审内容缺项扣3分，评审内容中每有一项缺陷扣1分，扣完为止。 说明:缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	9.0000	主观	商务应答表 服务方案

详细评审	人员配置1	一、评审内容 供应商针对本项目提供详细的人员配备方案，包括：①团队组织结构；②人员工作职责；③人员保障措施等。 二、评审标准 1、完善性:方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述; 2、可实施性:切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案; 3、针对性:方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 上述3项评审内容全部满足评审标准得6分，每有一个评审内容缺项扣2分，评审内容中每有一项缺陷扣1分，扣完为止。 说明:缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	6.0000	主观	商务应答表 服务方案
	人员配置2	维修工程师必须具有厂家培训证或考核的资质服务证书，每提供1名得1分，满6分。备注：供应商须提供以上人员身份证件、学历证、 培训证等复印件等证明材料，并加盖公章。	6.0000	客观	商务应答表 服务方案
	备品备件保障	1、提供备品备件库存清单及仓库现场实拍图得4分，未提供不得分。 2、供应商具备独立仓储场地，可存放本项目全部核心备件，资料齐全、场地合规，满足长期维保备件储备要求得4分，未提供或资料不齐不得分。 注：自有库房提供产权证明或租赁库房的提供租赁合同；提供场地照片。	8.0000	客观	商务应答表 服务方案
	服务响应时间	1、承诺提供365天服务，有维修热线支持，提供专人负责，得3分。 2、接到医院报修电话后，1个小时内响应2小时到达现场，得4分，2个小时内响应4小时到达现场，得2分。	7.0000	客观	商务应答表 服务方案

维修时限	急用设备维修时限在采购文件要求的基础上，每提前2小时得2分，最高得4分。	6.0000	客观	商务应答表 服务方案
渠道来源	1、供应商承诺所有设备配件均为正规正品的配件供货渠道，得4分。 2、提供主要设备的主配件(证明材料为：采购发票/原厂授权 / 供货协议)包含：①影像类：DR，中C，小C的主要配件球管、探测器、高压发生器等所有维修配件；②彩超探头主板、显示器；③高压灭菌器：蒸汽发生器等维修配件。得4分。	8.0000	客观	商务应答表 服务方案
培训方案	一、评审内容 ①培训内容安排情况、培训时间、地点安排； ②培训人员资质情况。 二、评审标准 1、完善性:方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述; 2、可实施性:切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案; 3、针对性:方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 上述2项评审内容全部满足评审标准得4分，每有一个评审内容缺项扣2分，评审内容中每有一项缺陷扣1分，扣完为止。 说明:缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	4.0000	主观	商务应答表 服务方案
设备管理软件承诺函	承诺函：免费提供一套设备管理软件供医院使用，为医院建设医疗设备管理数字化平台。内容包含但不限于：资产管理、检测管理、培训管理、保养管理、维修管理、证照管理等功能。须保证按医院提出的要求及时修改，不断完善，并保证医院统计分析达到医院要求。合作期间软件免费升级。得5分	5.0000	客观	商务应答表 服务方案

	业绩	提供2023年1月1日至今同类业绩合同（以合同签订时间为准）；一个业绩得2分，最高得10分；评审依据：提供完整合同复印件并加盖公章。	10.0000	客观	商务应答表 服务方案
异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	响应文件封面 响应函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 供应商应提交的相关资格证明材料 服务内容及服务要求应答表 商务应答表 报价表 标的清单 服务方案

价格分	价格分	1、经初审合格的磋商文件，其磋商报价为有效磋商报价，对符合政策性扣减的供应商的有效磋商价格进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。2、满足磋商文件实质性要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分10分。 3、磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×10的公式计算得分。 4、磋商报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得0分。5、经评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效磋商处理。	10.0000	客观	报价表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

6.5终止采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动:

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的;

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的;

（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（财政部另有规定的除外）;

（四）法律法规规定的其他情形。

6.6确定成交供应商

一、评审结束后，代理机构在评审结束之日起2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人。

二、采购人在收到磋商报告后5个工作日内，在磋商报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。

三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

四、根据采购人确定的成交供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知

书。

6.7评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

6.8评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第七章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：响应函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料

详见附件：服务内容及服务要求应答表

详见附件：商务应答表

详见附件：报价表

详见附件：标的清单

详见附件：特殊资格证明材料.docx

详见附件：服务方案

详见附件：类似项目业绩.docx

详见附件：供应商廉洁自律承诺书.docx

详见附件：陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书.docx

详见附件：其他资料.docx

第八章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同.docx