

采购清单

采购单位	西安市中心血站		备案函号	ZCBN-西安市-2026-01638			
项目名称	成分科病毒灭活袋						
政府预算资金	¥ 2,000,000.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
单位资金	¥ 0.00		保障性资金	¥ 6,242,560.00			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	一次性使用病毒灭活输血过滤器材100ml (A1) 一次性使用病毒灭活输血过滤器材200ml (A2)	5,824,000.00	1	批	5,824,000.00	<p>1标段 (一)、规格/型号及采购数量 1、A1 (适用于200mL全血制备的血浆病毒灭活), 30000套; 2、A2 (适用于400mL全血制备的血浆病毒灭活), 80000套。 (二) 主要技术参数 1、产品的无菌、无热原; 2、达到国家要求的指示病毒灭活效果; 3、血浆主要凝血因子的平均保有率≥80%; 4、血浆蛋白的免疫原性无变异; 5、剩余白细胞数应小于5.0×10⁵个/单位; 6、光敏剂吸附率≥85%; 7、过滤时间: 3-4分钟; 8、必须与经过工艺验证的灭活设备配套使用, 以达到产品灭活效果; 9、血浆过滤后颜色、外观与正常血浆无明显差异, 血浆损失量小于15ml; 10、每套耗材各导管均有一致性编号, 导管与血浆袋导管相匹配; 血浆照射袋采用特制血浆照射袋, 保证良好的透光率; 11、每套耗材的生产批号有数字 (可包含字母) 和条形码; 12、耗材需与本单位现有设备ZBK-YBM型医用病毒灭活箱相匹配。未注明项目均应符合GB 18469《全血及成分血质量要求》和《血站技术操作规程 (2015版)》和《一次性使用血液及血液成分病毒灭活器材第1部分: 亚甲蓝病毒灭活器材》的要求。</p> <p>2标段 (一)、规格/型号及采购数量 1、B1 (适用于200mL全血制备的血浆病毒灭活), 30000套; 2、B2 (适</p>

2	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	一次性使用病毒灭活输血过滤器材100ml (B1) 一次性使用病毒灭活输血过滤器材200ml (B2)	2,418,560.00	1	批	2,418,560.00	<p>用于400mL全血制备的血浆病毒灭活)，80000套。（二）、主要技术参数如下 1、产品的无毒、无菌、无热源等生化指标； 2、达到国家要求的指示病毒灭活效果； 3、总蛋白的回收率≥85%； 4、光敏剂（亚甲蓝）在血浆中的释放含量应大于0.9 μmol/L，小于1.3 μmol/L； 5、光敏剂（亚甲蓝）吸附率≥85%或光敏剂（亚甲蓝）残留率≤15%； 6、白细胞去除率≥99.9%； 7、耗材需与本单位现有设备HDME-1A型医用病毒灭活箱相匹配。（三）、其他技术参数 1、每套耗材的生产批号有数字（可包含字母）和条形码； 2、每套耗材各导管均有一致性编号，导管与血浆袋导管相匹配；血浆照射袋采用特制血浆照射袋，保证良好的透光率； 3、AT-III和vwf的回收率均达到90%以上； 4、血浆蛋白的免疫原性无变异； 5、血浆主要凝血因子（如FVIII等）的回收率符合国家要求。血浆过滤后颜色、外观与正常血浆无明显差异，血浆损失量小于15ml。未注明项目均应符合GB 18469《全血及成分血质量要求》和《血站技术操作规程（2015版）》和《一次性使用血液及血液成分病毒灭活器材第1部分：亚甲蓝病毒灭活器材》的要求。</p>
3							
4							
5							