采购清单

采购单位	略阳县人民医院	备案函号	ZCBN-略阳县-2026-00117
项目名称	略阳县人民医院医疗设备一批采购项目		
政府预算资金	￥ 0.00	财政专户管理资金	￥ 0.00
单位资金	￥ 540,000.00	保障性资金	￥ 0.00

序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	医用电子生理参数检测仪器设备	无线脑电图 生物刺激反馈仪心理评估系统	320,000.00	1	批	320,000.00	1 功能概述 集视频、动态脑电，常规脑电、脑地形图功能为一体，一机多用。 2 无线传输方式 采用WIFI传输功能，患者与主机之间无线连接，做检查记录时可自由活动，更加方便，患者更易放松，有利于检查，对无法配合的病人更有利。 3 通道配置 24通道配置，16导常规脑电通道、2导蝶骨电极、4导中央顶电极、2导耳电极； 4 阻抗测试 具有头皮阻抗测试功能，医生可通过观察软件上阻抗测试指示灯的红绿变化，以此了解病人头上电极是否佩戴合适； 5 附件设计 专用一体化电极线设计，便于安装、拆卸； 6 电极脱落检测 具有电极脱落实时监测功能，在患者长程视频监测过程中护士可随时了解脑电电极与患者接触状况，以便随时纠正接触不良的电极，提高监测质量； 7 抗干扰 脑电放大盒采用锂电池直流供电方式，隔离交流电干扰，有效提高抗干扰能力； 8 数据库管理 病例数据库可分类管理，并可导入、导出病例，方便医生对病例存档、备份； 9 导联编辑 支持单极、双极、平均、自定义任意导联模式的编辑，满足医生不同的检查方式； 10 事件标记 采集病例时支持睁闭眼、深呼吸、闪光等多种事件诱发试验； 11 定标校准 具有自定标校准功能，校准放大器信号输出，确保其准确性； 12 测量 具有快捷测量、局部波形放

							大测量、比例尺测量等多种测量功能，满足医生不同的数据测量需求； 13 棘波分析 具备棘波检索功能，可自动识别并标记出癫痫病理波，方便医生判断。 14 地形图分析 可对任意病例数据进行地形图分析并显示成三维地形图，使医生直观的了解脑区中的异常放电状况； 15 地形图能量图谱 具备将地形图图谱转换成曲线图、百分比图、直方图、数字地形图等能量频谱，便于医生量化分析脑功能的变化情况，有利于数据分析及科研； 16 实时脑功能频谱定量分析 具备实时能量频谱定量分析功能，包括：能量曲线、相对能量、中频指数、边频指数、快慢波比、爆发抑制比、双频指数、肌电指数、状态熵、反应熵等，通过量化数据反映患者脑功能状态； 17 实时振幅整合脑电 具有实时振幅整合脑电分析功能，能帮助医护人员在新生儿出生后第一时间了解其是否存在缺氧缺血的情况； 18 播放 多档位倍速播放功能，方便医生根据自身需求选择不同倍速快速浏览病例； 19 打印 波形、地形图、诊断结论等多种模板化设计报告，医生可预设多种报告模板，方便检查时快捷出具诊断结果； 20 编辑
							手术灯采用冷白暖白两色LED冷光技术，同时每组LED光源都有单独的透镜聚光，LED数量≤25个。 ▲手术灯采用超薄三叶型灯头设计，灯头直径≤65cm，厚度≤6cm，带大、小C臂单灯头重量≤13Kg。 ▲灯头具有良好的层流穿透效果，符合DIN1946-4现代层流手术室感控要求，抗流指数≤20%。 ▲灯头采用一体化无螺钉设计，灯头操作扶手与灯头一体成型中间无缝隙，同时灯头玻璃采用一体化弧面设计，避免无效眩光。 ▲手术灯

2	医用电子生理参数检测仪器设备	LED手术无影灯	110,000.00	1	盏	110,000.00	灯头≥IP55防水防尘等级。 手术灯中心照度≥150000Lx，同时≤160000Lx。 ★光斑直径≥5级可调，母灯及子灯均满足最小光斑直径d10≤150mm，光斑均匀性：d50/d10≥56%。 ▲手术灯偏置单遮板+深腔无影率无影率≥65%，同时满足双遮板深腔无影率≥50%，显色指数Ra≥95。 手术灯照度≥10级可调，同时具备一键腔镜模式和色温可调功能，可调范围不小于3500K-5100K，不少于5级可调。 ★手术灯悬吊系统下的延伸臂可供手术灯水平连续回转，C骨挠弹簧臂旋转范围：无限位，小C骨绕大C骨旋转范围：无限位，且灯头绕小C骨旋转范围：无限位。 ▲手术灯具备模块化接口功能，产品结构上可提供外部模块安装接口，接口承载力拒≥960Nm。 手术灯具备照度稳定技术，保证十年寿命周期内照度稳定。
	医用电子						2.1按压频率:102次/分钟，实际按压频率误差士1次/分钟。 07020133102 2.2按压深度:52mm，实际按压深度误差:±2mm。 2.3按压深度调节范围:按压深度在30-55mm内连续可调，调节步进幅度为1mm。 2.4按压频率调节范围:按压频率在100-120次/分钟内连续可调，调节步进幅度为1次/分钟。 2.5按压释放比:50±5%。 2.6按压模式:30:2模式(30次按压后，3秒通气暂停)，连续模式(连续按压)。 3、基本参数:3.1工作温度:-5°C~+45° C. 3.2存储温度:-40° C~+70° C。 5.1锂电池具有电量指示灯和电量检查按键具有电量指示，中可连续工作时间>10分钟。 可以选择下列措施进行紧急关5.2紧急情况的措施:当主机发生错误，不可继续工作时闭:A、短按“启/停”按键，暂停按压。B、短按

3	生理参数检测仪器设备	便携式心肺复苏仪	110,000.00	1	台	110,000.00	“开/关”按键，禅正技压.C、长按“开/关”按键2秒，关闭主机。 5.3按压头手动归位:当主机发生错误，若按压头为归位，能够手动将按压头推回零位。5.4抗振性能:频率循环范围5Hz-35Hz-5Hz，振幅值0.35mam，振动循环15次后，实际按压频率与按压频率设定值误差≤士1次/分钟，实际按压深度与按压深度设定值误差≤土0.2厘米。 5.5防撞性能:加速度50m/s2，脉冲持续时间11ms，碰撞1000次后，实际按压频率与按压频率设定值误差≤士1次/分钟，实际按压深度与按压深度设定值误差≤±0.2厘米。 12、复苏数据参数: 6.1显示屏:具有不小于2.8英寸OLED显示屏，无可视角度问题，适合在户外强光环境下显示数据清晰可见 6.2监测参数:至少监测按压深度、按压频率、中断时间、按压时间，并可统计CCF。
4							
5							