

单一来源采购专家论证意见表

时间: 2024.3.12

预算单位	绥德县医院		
使用单位	绥德县医院		
项目名称	绥德县医院骨科手术专用床采购项目		
项目金额	预算 28 万元		
专家论证意见	<p>1. 现有骨科手术专用床牵引器(过路)由厂家授权陕西复西商贸有限公司供货。</p> <p>2. 为降低我县骨科专用手术床与原有牵引器配套使用,建议单一来源采购。</p> <p>3. 符合《政府采购法》第三十一条第三项相关规定。</p>		
	专家姓名	刘红川	职称
	工作单位	政府招标网专家库	



单一来源采购专家论证意见表

时间: 2024. 3. 12.

预算单位	绥德县医院		
使用单位	绥德县医院		
项目名称	绥德县医院骨科手术专用床采购项目		
项目金额	预算 28 万元		
专家论证意见	<p>现有骨科牵引床 (迈瑞) 是由原厂授权经销商陕西西奥西商贸有限公司提供, 为了与此设备配套, 建议采用单一来源, 采购方式</p>		
	专家姓名	刘中哲	职称 副高
	工作单位	绥德县中医院 (有专家库)	



单一来源采购专家论证意见表

时间: 2024.3.12⁹

预算单位	绥德县医院		
使用单位	绥德县医院		
项目名称	绥德县医院骨科手术专用床采购项目		
项目金额	预算 28 万元		
专家论证意见	<p>1. 因绥德县医院原有骨科牵引架由迈瑞公司生产, 授权经销商为陕西西奥西商贸有限公司, 并从该公司采购。</p> <p>2. 次需骨科手术床 1 台, 为 35 原骨科牵引架配套, 建议从原授权公司采购。</p> <p>建议采用单一来源采购方式。</p>		
	专家姓名	张伟	职称
	工作单位	绥德县中医医院	
			绥德县中医医院 骨科



