

合同编号：

陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）

货物采购合同书

项目名称：榆神府煤炭开采区地下水监测与保护研究

合同名称：便携式水位计及井深测量仪采购

甲方：陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）

乙方：北京中科光大自动化技术有限公司

签订时间：2025 年 8 月



依照《中华人民共和国民法典》及其它相关法律法规的规定，《榆神府煤炭开采区地下水监测与保护研究》项目需求，甲方通过询价进行采购，确定乙方为本次便携式水位计及井深测量仪采购项目货物供应商。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同，以资共同遵照执行：

一、合同内容

序号	货物名称	单价	数量	报价	备注
1	便携式水位计	7600.00 元	1 个	7600.00 元	500m
2	便携式井深测量仪	21900.00 元	1 个	21900.00 元	600m
合计	大写：贰万玖仟伍佰元整			小写：¥29500.00 元	

二、合同金额

1.合同总价：

人民币： 贰万玖仟伍佰元 整（¥： 29500.00 元）。

2.合同总价包含运费及应缴纳的全部税款等费用。

三、交货期

自合同签订之日起 10 个工作日内送至甲方指定地点。

四、结算方式

甲方收到所有货物，经验收合格后，乙方向甲方提供合同总金额的增值税普通发票，甲方在收到乙方正式发票 20 个工作日内，向乙方一次性转账支付人民币： 贰万玖仟伍佰元整（¥： 29500.00 元）。

乙方收款账户信息如下：

企业名称： 北京中科光大自动化技术有限公司

统一信用代码： 91110105723559393

营业地址：北京市朝阳区望京中环南路甲 2 号 22 层 A2502

电话号码：010-64837725

开户银行：中国银行股份有限公司北京世纪中心支行

账号：344156033502

五、验收与质保

1.货物送达至甲方指定地点后，由甲方组织验收，验收合格后，方可支付相关费用。本验收仅为对货物品类、数量、外观 的验收，不构成对货物质量的最终认可。

2.若货物没有通过验收，乙方应按验收要求，进行整改，符合验收条件后，再次组织验收。

3.产品保修期为壹年（人为损坏及易耗品除外），时间从甲方验收合格之日起计算。

4.保修期内乙方需对产品出现的质量问题免费维修或免费更换配件；质保期满后，只收取成本费用。乙方应在收到甲方通知的 48 小时内响应，提供维修更换服务。

六、双方权利与义务

1.乙方所供的货物必须具备合格证，合格证应包含产品执行标准、产品名称、型号、规格、等级、生产单位、生产日期等内容。

2.除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，每逾期一日应按合同金额标准向甲方支付 1‰ 的违约金。逾期满 15 日的，视为根本性违约，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿全部损失壹万元整。

3.乙方货物质量不符合合同要求或 国家质量要求的，应立即更换；经更换仍不能满足要求，或 10 日内未完成修理重作更换的，甲方有权解除

合同，乙方 应退还全部已支付款项，并承担违约金壹万元整。

七、争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，如不能协商一致，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。



八、其它

合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效（合同的服务承诺长期有效）。

附件：货物技术参数

（以下为盖章页，无正文）

甲 方		乙 方	
单位名称 (盖章)	 陕西省地质环境监测 总站(陕西省地质灾 害中心用章 6101030355119	单位名称 (盖章)	 北京中科光大自动化 技术有限公司 1701052069388
法人或委托 代理人 (签字)		法人或委托 代理人 (签字)	
通讯地址	西安市雁塔北路 100 号	通讯地址	北京市朝阳区望京中 环南路甲 2 号 22 层 A2502
电话 (传真)	029-87851090	电话 (传真)	010-64837725
开户银行	建设西安和平门支行	开户银行	中国银行股份有限公司 北京世纪中心支行
账号	610017637000525010 33	账号	344156033502
日期	2015 年 8 月 25 日	日期	2015 年 8 月 28 日

附件：货物技术参数

1.便携式水位计

- (1) 测量深度范围：500m，用户也可根据实际需求定制测线长度；
- (2) 分辨率：测量分辨率达到毫米；
- (3) 最大测量误差： $\leq \pm 0.05\%$ ，达到国家标准 ISO 规定的二级水位计精度标准；
- (4) 探头材质：采用耐腐蚀 316L 不锈钢制造，并用护罩保护；
- (5) 线缆卷轴材质：采用专用合金材料制造，把手和支架为一体化结构；
- (6) 使用电池：普通 4 节 5 号电池；
- (7) 使用环境： $-30^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$,相对湿度 85%；
- (8) 探测到水面的指示：探头到达井水水面时，发出声光报警；
- (9) 适用测井的材质：适合所有材质井管的水位测量，包括绝缘材料做成的井管；
- (10) 其他功能：不用时，拧紧制动旋钮，可以防止线盘转动和线缆脱落；
- (11) 测试功能：有防撞式测试按钮，按下时声光报警，可以知道水位计电池等是否正常工作。

2.便携式井深测量仪

- (1) 准确度: $\leq \pm 6\text{cm}$ (600cm 测线长度);
- (2) 分辨力: 0.1cm;
- (3) 工作环境: $-30^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$, $\leq 95\%\text{RH}(+40^{\circ}\text{C}\text{时})$;
- (4) 工作电压: DC+6V,允许电压偏差 $\pm 15\%$;
- (5) 静态功耗: $\leq 0.2\text{mA}$;
- (6) 测缆直径: $\leq 3\text{mm}$;
- (7) 测缆材质: 聚氨酯, 内部含有抗拉伸芳纶丝;
- (8) 测缆范围: 0 ~ 600m;
- (9) 悬锤直径: $\leq 3\text{cm}$;
- (10) 悬锤质量: $\leq 2\text{KG}$;
- (11) 悬垂材质: 316L 不锈钢;
- (12) 测缆极限抗拉强度: 479N。