

宝鸡妇幼保健院 GE 彩超升级项目单一来源论证签到表(采购单位)

序号	参加单位	参加人	职务	备注
1	宝鸡市妇幼保健院	陈辉	医学装备科科长	
2	- - -	王成林	科长	
3				
4				
5				

论证时间：2025 年 09 月 18 日

宝鸡妇幼保健院 GE 彩超升级项目单一来源论证签到表(论证专家)

序号	姓名	职 称	工作单位	专 业	联系电话	签到时间
1	刘瑞斌	副主任医师	省专家库	医学设备	13891720100	9:00
2	李敏	高工	省专家库	医疗设备	13659172512	9:00
3	魏建文	中级	省专家库	有损设备	15129300059	9:00

论证时间：2025 年 09 月 18 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：魏建文	
	职称：中级	
	工作单位：省立医院	
项目信息	项目名称：宝鸡妇幼保健院 GE 彩超升级项目	
	供应商名称：陕西捷瑞医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 宝鸡妇幼保健院彩超生产厂家为GE(通用)产品,通用电气医疗系统贸易(中国)有限公司为中国总代理商,而陕西捷瑞医疗器械有限公司为通用指定售后服务商。本项目为宝鸡妇幼保健院GE彩超升级项目,考虑彩超设备专业性升级的必要性、一致性、可靠性和安全性,只能由通用指定的售后服务商予以升级,本项目具有唯一性。 故:建议本项目采取单一来源方式进行采购	
专业人员签字	魏建文	日期:2025年9月18日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李永强	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 宝鸡市人民医院	
项目信息	项目名称: 宝鸡妇幼保健院 GE 彩超升级项目	
	供应商名称: 陕西捷瑞医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 宝鸡市妇幼保健院于2017年购入GE E8彩超, 原机购价300万左右, 现已投入使用8年, 因图像质量模糊, 探头衰减严重, 为节约成本, 现拟升级GE原厂的硬件(后端处理, 通用板, 图像处理器, 主板, 电源板, 更换探头和探头线等), 软件(二维立体血流显示技术, 胎儿颅脑自动识别分析软件等)。 根据通用电气(医疗设备系统贸易(上海)有限公司提供的信息, 陕西捷瑞医疗器械有限公司为陕西省及二级以上医院GE产品、软硬件升级的授权经销商。 建议该项目采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	李永强	日期: 2025年 9月 18日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	郭敏
	职称:	高工
	工作单位:	省专水库
项目信息	项目名称:	宝鸡妇幼保健院 GE 彩超升级项目
	供应商名称:	陕西捷瑞医疗器械有限责任公司
专业人员论证意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 本项目涉及GE彩超升级范围涵盖硬件、软件部分,其中图像处理器、4口探头接口板、腹部四维探头、超声、驱动系统技术等都是GE公司专有技术、算法和软件升级口令,为保障设备升级前后之款,硬件兼容性和升级后拓展功能的实现,建议采用GE原厂技术授权供应商执行项目。另外,陕西捷瑞医疗器械有限责任公司系本项目GE原厂唯一授权参与方,其备件和技术均得到GE原厂保障,且采用单一来源方式采购符合国家相关法律、法规要求,故建议采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	郭敏	日期:2025年9月18日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见汇总表

项目信息	项目名称：宝鸡妇幼保健院 GE 彩超升级项目	
	供应商名称：陕西捷瑞医疗器械有限责任公司	
专业人员 论证汇总 意见	(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由) 本项目涉及GE彩超升级范围涵盖软件、硬件相关部分(彩超升级),其中图像处理器、4口探头接口板、腹部四维探头线形、驱动电路技术等都是GE公司专有技术、算法和软件升级等。为保证设备升级前后软件、硬件兼容性、适配性,升级后扩展功能的实现,建议采用GE公司技术授权供应商执行本项目。陕西捷瑞医疗器械有限责任公司系本项目GE总代理唯一授权供应商,其备件和技术均得到GE总代理保障。采用单一来源方式采购符合国家相关法律法规要求,本项目具有唯一性。故建议采用单一来源方式采购。	
专业人员 签字	赵丰瑞 赵文 高敏	日期:2025年9月18日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。